

Anexa 30 Compresor aer cu 6 pistoane, Model: AC1800, Cattani S.p.A, Italia

Declaratie de Conformitate – nu este dispozitiv medical

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
Compresor pentru unit stomatologic Diplomat care instituția are în dotare și fiind dat că sunt piese de schimb și locul amenajat sistemului centralizat de asigurare cu aer a instalațiilor, se solicită Confirmare de la producătorul Diplomat precum că modelul de compresor oferit este acceptat în lucru cu uniturile existente în instituție, inginer specializat în deservirea utilajului dat. Livrarea, instalarea, asistența tehnică, instruirea tehnică a inginerului instituției să fie inclusă în preț. -Pentru a asigura lucrul a 20-25 unituri dentare (55N l/min per unit); -Dotat cu minim 3 motoare trifazice de 50 Hz- cu puterea totală de 9.75 KW – 22.6 A - Fără ulei -Rezervor aer – minim 300 litri; -Aer livrat la presiunea de 5 bar: minim 1428 Nl/min; -Nivel de zgomot maxim 82.5 dB(A); -Dimensiuni maxime 1800 mm x 1100 mm x 1100mm; -Greutatea maximă = 394 kg (greutatea brută maxim 441 kg); -Pentru a asigura lucrul a 20 – 25 unituri dentare (55Nl/min per unit) Garanție min 24 luni;	Compresor pentru unit stomatologic Diplomat care instituția are în dotare și fiind dat că sunt piese de schimb și locul amenajat sistemului centralizat de asigurare cu aer a instalațiilor, se solicită Confirmare de la producătorul Diplomat precum că modelul de compresor oferit este acceptat în lucru cu uniturile existente în instituție, inginer specializat în deservirea utilajului dat. Anexam scrisoarea de confirmare Livrarea, instalarea, asistența tehnică, instruirea tehnică a inginerului instituției inclusă în preț. -Asigura lucrul a 20-25 unituri dentare (55N l/min per unit); -Dotat cu 3 motoare trifazice de 50 Hz- cu puterea totală de 9.75 KW – 22.6 A - Fără ulei -Rezervor aer – 300 litri; -Aer livrat la presiunea de 5 bar: 1428 Nl/min; -Nivel de zgomot 82.5 dB(A); -Dimensiuni: 1800 mm x 1100 mm x 1100mm; -Greutatea: 394 kg (greutatea brută 441 kg); -Capabil de a asigura lucrul a 20 – 25 unituri dentare (55Nl/min per unit) Garanție 24 luni; Specificatii pe site oficial: https://www.cattani.it/en/prodotto/ac-1800-six-cylinder-triple-head-compressor-with-six-air-driers/

WE LOVE WHAT WE DO.

[Home](#) | [Company](#) | [Quality](#) | [Certifications](#) | [Contacts](#) | [News](#) | [CUSTOMER Reserved Area](#) | [APP Reserved Area](#) | [English](#) ▾



[Products](#) | [Magnolia Products](#) | [Cattani world network](#) | [Download Area](#) | [Gallery](#) | 🔍

Six cylinder triple head compressor

[Products](#) > [Dental equipment](#) > [CATTANI Air Care horizontal oil-less compressors](#) > [Six cylinder triple head compressor](#)

AC 1800 – Six-cylinder, triple-head compressor, with six air driers



Item 013594 (400V 50Hz 3~)

3 three-phase motors 50 Hz – total 9.75 kW – 22.6 A.
Air tank 300 litres
Produced air with delivery pressure at 5
real bar; 1428 N l/min.
Sound pressure level 82.5 dB (A)
W= 1800 mm D= 1100 mm H=1100 mm
Net Weight= 394 kg (Gross Weight= 441 kg)
Suggested for 20-25 dental units (55 N l / min per unit)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

(ai sensi dell'Allegato II lettera A Direttiva 2006/42/CEE)

EC-DECLARATION OF CONFORMITY (in accordance with the Enclosure II, letter A, of the Directive 2006/42/EEC)
DECLARATION DE CONFORMITE CE (aux termes de l'Annexe II, lettre A, de la Directive 2006/42/CEE)
EG-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG (gemäß der Anlage II, Buchstabe A, der EG-Richtlinie 2006/42EWG)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE (de acuerdo con el Anexo II, letra A, de la Norma 2006/42/CEE)

CATTANI S.p.A.
Via Natta 6/a-Parma-Italy

1. Marca **CATTANI S.p.A.**
Brand - Marque - Marke - Marca

2. Tipo
Type - Type - Typ - Tipo

Tutti i compressori di nostra produzione inclusi :

Oil-less compressors:
AC100-AC200-AC300-AC310-AC400-AC410-AC600-AC610-AC900-
AC1200-AC1800-

3. Numero di serie...

Serial number - Numéro de série - Seriennummer - Número de serie
(vedi allegati, see enclosures, voir annexes, siehe Anlagen, ver anexos)

sono costruiti secondo le Direttive: 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2006/42/CEE - 2011/65UE-RoHS

conform with the following Directives: 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2006/42/EEC - 2011/65/UE-RoHS
sont conformes aux Directives suivantes : 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2006/42/CEE - 2011/65 /UE -RoHS
den folgenden EG-Richtlinien entsprechen: 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2006/42/EEG - 2011/65/UE- RoHS
son conformes a las siguientes Normas: 2014/35/UE - 2014/30/UE - 2006/42/CEE - 2011/65/UE- RoHS

Norme armonizzate/nazionali di riferimento: CEI EN 60204-1/2006, CEI EN 60034.1 (06-2004)

Harmonized/national reference standards: CEI EN 60204-1/2006 CEI EN 60034.1(06-2004)
Normes harmonisées/nationales de référence : CEI EN 60204-1/2006, CEI EN 60034.1 (06-2004)
Harmonisierte/inländische Bezugsnormen: CEI EN 60204-1/2006, CEI EN 60034.1 (06-2004)
Normas armonizadas/nacionales de referencia: CEI EN 60204-1/2006, CEI EN 60034.1 (06-2004)

.....**Parma**.....**13/12/2017**..... **.Ing. Ennio Cattani.**
Luogo - Place - Lieu - Ort - Lugar **Data** - Date - Date - Datum - Fecha

Direttore Tecnico e persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico - indirizzo: via Natta 6/a Parma Italy
Technical Manager and authorized person to draw up the technical file- Directeur Technique et personne autorisée à constituer le dossier technique
Technischer Direktor und berechtigte Person, die technischen Unterlagen zusammenzustellen- Director Técnico y persona autorizada a constituir el fascículo técnico

Тендер: ocds-b3wdp1-MD-1750054101563 от 16 июня 2025,

IP USMF „Nicolae Testemițanu”

«Настоящим письмом, мы Diplomat Dental, подтверждаем что модель компрессора AC1800 от производителя Cattani, Италия, является совместимой для работы с стоматологическими креслами Diplomat и не затрагивает гарантию установок, при условии его подключения обученным нами инженером. Компания GBG-MLD SRL, которая является авторизованным представителем марки на рынке Республики Молдова, может провести данную работу».

DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Tel.: 00421/33/7954111
IČO: 36 222 089, IČ DPH: SK2020168882

.....
Ing. Robert Gogola
директор по производству
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.

Piešťany,
01.07.2025r.