

Anexa la Specificații tehnice (F4.1)

Nr.	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
	Lot 19 Modul de iluminare (Module Light Bulb)pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900		
19.1	Modul de iluminare (Module Light Bulb)pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900	Oferta prevede: - Bloc/ modul de iluminare Superlux 300 pentru microscopul chirurgical OPMI Pentero 900 - instalarea și resetarea contor - verificarea mecanică și motorizată a funcțiilor sistemului - verificarea componentelor optice și mecanice - curățarea suprafețelor optice a microscopului și ghidului de lumină - verificarea componentelor mecanice mobile ale microscopului - curățarea și lubrifierea nodurilor mecanice (la necesitate) - verificarea funcționalității minerilor microscopului - verificarea sistemului Zoom - verificarea sistemului de video înregistrare, camerei video - verificarea sursei de lumină (HLQ) - curățarea sursei de lumină de praf - verificarea integrității acoperirii lămpii - verificarea conductelor de alimentare a sursei de lumină, contactelor mufelor; - Verificarea electrică și mecanică a ștativului - verificarea conexiunilor cablurilor, bazei rotabile a ștativului, funcționalității cheilor de transportare pe axa 1, 2 și 3 - verificarea funcționalității frânelor magnetice pe toată axa, unde aceasta se utilizează - curățarea sistemului de ventilare - calibrarea axei 2 și 3 - verificarea sistemului de autobalansare - verificarea spațiului de stocare pe HD a microscopului, parametrilor BIOS - curățarea blocului calculatorului - calibrarea display-ului	
		NOTA: Spectrul de lucrări sus-menționate este necesar de efectuat înainte de a instala și reseta contorul, în scopul asigurării bunei funcționări a modului de iluminare nou. Toate lucrările vor fi efectuate de către inginerul autorizat al producătorului Carl Zeiss	