

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713362372051									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă									
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE									
Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	6.	Saltea anti escare gradul I, cu celule tip fagure	Saltea anti escare gradul I, cu celule tip fagure	QDC-303, CU COMPRESOR	China	Gunagdong Yuehua Medical Instrument	Dimensiuni aproximative: 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm Celule tip fagure (formă de bule):minim 130 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție, Celule tip fagure conectate în două grupe A și B, Greutatea maximă suportată minim 110 Kg, Compresor cu presiune alternanta - da, Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute, Cârlige pentru fixare de marginea patului, arginea patului Nivel de zgomot redus, Debitul de aer 4-9 litri/min, Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg, Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz	Dimensiuni aproximative: 200x90, înălțime 7cm Celule tip fagure (formă de bule): 130 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție, Celule tip fagure conectate în două grupe A și B, Greutatea maximă suportată 135 Kg, Compresor cu presiune alternanta - da, Ciclul de umflare / dezumflare 12 minute, Cârlige pentru fixare de marginea patului - 2 cârlige Nivel de zgomot redus, Debitul de aer 6-7 litri/min, Presiunea reglabila la ieșire 50-100 mmHg, Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz	

16.	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator) capacitate mare	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator) capacitate mare	ORBB 30x3 Vertical MAX EFFECT	Ucraina	Bactosfera	Volum efectiv de prelucrare 250 m ³ /oră, ±50 m ³ /oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme, Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului, Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar, Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore, Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții, Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare, Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil, Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB, Număr ventilatoare pentru recirculare minim 1, Consum de energie ≤ 1200 W/oră, Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz, Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan, prezentarea testărilor eficacității dispozitivului medical.	Volum efectiv de prelucrare 200 m ³ /oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme, Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului, Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar, Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore, Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical fără restricții, Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare, Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil, Nivelul maximal de zgomot 18 dB, Număr ventilatoare pentru recirculare 2, Consum de energie 110 W/oră, Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz, Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan, cablu 3m. Cu telecomandă.	CE/ISO/Declaratie de conformitate
-----	---	---	-------------------------------	---------	------------	--	--	-----------------------------------

17.	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator) capacitate medie	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator) capacitate medie	ORBB 15x2 Vertical	Ucraina	Bactosfera	Volum efectiv de prelucrare 100 m3/oră, ±20 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme, Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului, Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar, Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore, Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții, Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului, Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil, Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB, Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1, Consum de energie ≤ 1200 W/oră, Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz, Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan, prezentarea testărilor eficacității dispozitivului medical	Volum efectiv de prelucrare 200 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme, Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului, Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar, Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV 9000 ore, Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții, Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului, Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil, Nivelul maximal de zgomot 18 dB, Număr ventilatoare pentru recirculare aer 2, Consum de energie 50 W/oră, Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz, Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan, prezentarea testărilor eficacității dispozitivului medical, cablu 3m. Cu telecomandă.
-----	--	--	--------------------	---------	------------	--	---

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova