

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdb1-MD-1581921874072 din 23 martie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Seturi pentru operații cardiocirurgicale și Articole de uz medical pentru Anestezie și Terapie intensiva cardiocirurgicale pentru an 2020

Nr lot	Denumirea bunurilor	Modelul articulului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Stan dard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Cateletere venoase periferice	Vasofix Certo	Germani a	B/Brau n	G-24.Lungimea 19 mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghenecontrast c.Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparateelor și valvă specială ce protejeaza fluxul retrograde de singe f.scrisoare informative si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare g.prezentarea de mostre, catalog si sersoare informativa, care confirma calitatea si proprietatile ofertei la momentul licitatiei	corespunde	ISO, CE
		Vasofix Certo	Germani a	B/Brau n	G-22 .Lungimea 25 mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghenecontrast c.Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparateelor și valvă specială ce protejeaza fluxul retrograde de singe f.scrisoare informative si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare g.prezentarea de mostre, catalog si sersoare informativa, care confirma calitatea si proprietatile ofertei la momentul licitatiei	corespunde	ISO, CE
		Vasofix Certo	Germani a	B/Brau n	G-20.Lungimea 33mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghenecontrast	corespunde	ISO, CE

Specificații tehnice (F4.1)

					c. Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe f. scrisoare informative și catalogul producătorului care confirmă calitatea produsului pentru achiziționare g. prezentarea de mostre, catalog și scrisoare informativă, care confirmă calitatea și proprietățile oferite la momentul licitației		
		Vasofix Certo	Germani a	B/Brau n	G-18. Lungimea 45mm. Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Renghencontrast c. Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe f. scrisoare informative și catalogul producătorului care confirmă calitatea produsului pentru achiziționare g. prezentarea de mostre, catalog și scrisoare informativă, care confirmă calitatea și proprietățile oferite la momentul licitației	corespunde	ISO, CE
		Vasofix Certo	Germani a	B/Brau n	G-16. Lungimea 50mm. Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Renghencontrast c. Cu port periferic pentru introducerea i/v a preparatelor și valvă specială ce protejează fluxul retrograde de singe f. scrisoare informative și catalogul producătorului care confirmă calitatea produsului pentru achiziționare g. prezentarea de mostre, catalog și scrisoare informativă, care confirmă calitatea și proprietățile oferite la momentul licitației	corespunde	ISO, CE
12	Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor comp”, “Perfuzor FM”	Perfuzor syringe 50 ml	Germani a	B/Brau n	50 ml, Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip “Perfuzor Spritze” pentru aparatul de perfuzie “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril	corespunde	ISO, CE
		Perfuzor syringe	Germani a	B/Brau n	20 ml, Transparente Fara latex	corespunde	ISO, CE

Specificatii tehnice (F4.1)

		20 ml			Piston de cauciuc Seringa tip" Perfuzor Spritze"pentru aparatul de perfuzie"Perfuzor compact", "Perfuzor fin" Steril		
13		Perfusor tubing line pvc 1.L 150 cm 1.5x2.7	Germani a	B/Brau n	Lungime 1,5-2,0 m Tip "male-female" Obligator Diametrul intern 1,5 mm Rezistente la compusii medicamentosi Obligator Transparent Obligator Steril Obligator Transparente, Rezistente la contactul cu antiseptici Transparent inclusiv si locusul conexiunilor Polivinilclorid (PVC)	corespunde	ISO, CE
14		Exadrop	Germani a	B/Brau n	Sistema Intrafix Material: poliuretan Cu regulator al vitezei de perfuzie de la 0 pina la -250 ml/ora Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare ml/h Steril Transparenta ISO №13485, CE	corespunde	ISO, CE
15	Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat	Mini Spike Standart Plus with fluidfilter	Germani a	B/Brau n	Echivalent"Mini-SpikePlus", Dimensiunea filtrului: 0.45-5.0 mkm Efect bactericid a filtrului de aer Obligator Steril Obligator Posibilitatea de folosire multipla Obligator Pastrarea solutiilor sterile24 ore Prezentarea de mostre la momentul licitatiei Obligator ISO №13485, CE	corespunde	ISO, CE
16	Ac cu filtru pentru colectarea solutiilor	Combi Red capacele male/fem	Germani a	B/Brau n	Pentru sisteme de infuzie, perfuzie și catetere Tip male-female Steril: Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	corespunde	ISO, CE

Specificații tehnice (F4.1)

		ale					
17		Discofix C-3 Red (robinet tridirecțional)	Germani a	B/Brau n	Tip DiscofixR Plus Rezistent la influența chimică a medicamentelor Obligatori: Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool Rotă robinetului 360° Rezistent la presiune ≥ 4 bari Steril Obligatori	corespunde	ISO, CE
18	Robinete 3-direcționale	Discofix C-3 Blue (robinet tridirecțional)+25 cm tube	Germani a	B/Brau n	Tip Discofix-C Transparent Obligatori Lungimea 10 cm, Rezistent la presiune ≥ 4 bari Rotă robinetului 360° Steril Obligatori	corespunde	ISO, CE
35	Robinete 3-direcționale cu prelungitor	Pleurocan B set complet pentru drenaj continu pleural și toracic	Germani a	B/Brau n	Ref 4462505 *ac cu bizon scurt 3,35 x 78 mm pentru puncționare; • seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock ; • robinet cu trei căi de culoare albă prevăzută cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock ; • punghă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm, pentru colectare; • valvă unidirecțională; • cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm, radioopac, prevăzută cu înveliș de protecție din PVC; • sterilizare cu EO;	corespunde	ISO, CE
43	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale	Certofix duo S720	Germani a	B/Brau n	Bilumen. Nomenclatura solicitată: G-16-16 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renghencontrast c. Cu marcaj al lungimii cateterului d. Cu conductor metalic tip "j" e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magsistral și electrocardiografie	corespunde	ISO, CE

Specificații tehnice (F4.1)

				Intracardiaca ISO13485, CE	l=20 cm	corespunde	ISO, CE
		Certofix set p/u cateletriza rea duo HF S 720	Germani a	B/Brau n	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-14-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renighencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d. Cu conductor metalic tip "j" e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca ISO13485, CE		
		Certofix set p/u cateletriza rea trio S 715	Germani a	B/Brau n	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renighencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d. Cu conductor metalic tip "j" e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca ISO13485, CE	corespunde	ISO, CE
		Certofix set p/u cateletriza rea trio paed S 513	Germani a	B/Brau n	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-20-22-22 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renighencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d. Cu conductor metalic tip "j" e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca ISO13485, CE	corespunde	ISO, CE
		Certofix set p/u cateletriza rea trio HF S	Germani a	B/Brau n	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-12-12 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renighencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d. Cu conductor metalic tip "j" e. Cu cablu pentru ECG-control al	corespunde	ISO, CE

Specificații tehnice (F4.1)

		1215			poziției cateterului în vasul magistral și electrocardiografie intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE		
		Certofix set p/u cateteriza rea quattro V 815	Germani a	B/Brau n	Quatrolumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18- 18-14 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Renighecontrast c. Cu marcaj al lungimii cateterului d. Cu conductor metalic tip "j" e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral și electrocardiografie intracardiaca L=15 cm ISO 13485, CE	corespunde	ISO, CE

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Perepelîia Igor În calitate de: Director general

Ofertantul: Tetis Internațional Co S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3