

Specificații tehnice (F4.1)

(Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8)

Numărul licitației:	21021069	Data: 19.03.2020	Alternativa nr.: ____
Denumirea licitației:	<i>Servicii de reparare și întreținere (mentenanță) a echipamentului medical, inclusiv piese de schimb</i>	Lot: 11, 12, 16, 17	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs - cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 11						
50421000-2	<i>Autoclav</i>	Getinge HS33		Prod. Getinge Group	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	
50421000-2	<i>Masina de spalat instrumente</i>	Getinge GE 15		Prod. Getinge Group	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	
	Lotul 12						
50421000-2	<i>Autoclav</i>	Euroklav 23s		Prod. MELAG	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	
50421000-2	<i>Masina de spalat instrumente</i>	Melaclean		Prod. MELAG	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor	

						neprevăzute	
50421 000-2	<i>Masina de sigilare</i>	Melaseal 100+		Prod. MELA G	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	
	Lotul 16						
50421 000-2	<i>Autoclav</i>	Kronos S23		Prod. Newme d Srl	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	
50421 000-2	<i>Sterilizator</i>	Panacea 2431v		Prod. Hilditc h Group Ltd	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	
50421 000-2	<i>Masina de spalat instrumentele</i>	PLUSHE R WDC 8		Prod. TBT Turkua z Biyom edikal Teknol ojiler	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	Mentenanța, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute	
	Lotul 17						
50421 000-2	<i>Distilator</i>	Nuve ND8		Prod. Nuve Co.	Nu produce volumul necesar de apă distilată, necesită înlocuirea elementelor încălzitoare.	Diagnosticarea echipamentului, înlocuirea pieselor uzate verificarea funcționalității dispozitivului.	
50421 000-2	<i>Autoclav</i>	Nuve OT-32 VS		Prod. Nuve Co	Necesită înlocuirea garniturii usii.	Diagnosticarea echipamentului, înlocuirea pieselor uzate verificarea funcționalității dispozitivului.	
50421 000-2	<i>Autoclav</i>	Nuve OT-32 VS		Prod. Nuve	Eroare imprimantei și panoului de control.	Diagnosticarea echipamentului,	

				Co.		inlocuirea pieselor uzate verificarea funcționalității dispozitivului.	
50421 000-2	<i>Sterilizator</i>	Kronos s23		Prod. Newme d Srl	Defect mecanic – interior	Diagnosticarea echipamentului, inlocuirea pieselor uzate verificarea funcționalității dispozitivului.	
	Total lot						
		TOTAL					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Tudor Ciuciu** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC “Invest-Fond” SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Uzinelor 9/1**