

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1687531737099 / 21083291 din: 14.07.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 19)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Monitor Holter TA	ABPM50	Contec	China	Descriere Dispozitivul înregistrează tensiunea arterială pe o perioadă de până la 48 ore monitorizând parametrii în timpul repausului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de presiune De diagnostic 30-300 mmHg Display LCD, LED da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V DC Baterie reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 25 h Indicatori vizuali dezermetizare status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Accesorii Set de manjete marimea large adult 3 buc. Set de manjete marimea adult 3 buc. Set de manjete marimea pediatric 3 buc. Softul necesar pentru analiza Holter TA pe PC da Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei da	Descriere Dispozitivul înregistrează tensiunea arterială pe o perioadă de până la 48 ore monitorizând parametrii în timpul repausului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de presiune De diagnostic 30-300 mmHg Display LCD, LED da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V DC Baterie reîncărcabilă nu Timp operare autonomă ≥ 25 h Indicatori vizuali dezermetizare status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Accesorii Set de manjete marimea large adult 3 buc. Set de manjete marimea adult 3 buc. Set de manjete marimea pediatric 3 buc. Softul necesar pentru analiza Holter TA pe PC da Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei da	CE/ISO

19	Audiometru pentru screeningul audiologic	8106845 ERO•SCAN Diagnostic DPOAE/TEOAE with printer	Germania	MAICO Diagnostics GmbH	Centrifugă, microhematocrit Parametru Specificația Viteza de rotație maximală Maximală, rpm ≥ 12000 rpm Setări Setarea vitezei Rotor Raza rotorului ≥ 8 cm Capacitatea Tipul tuburilor Tuburi capilare de 75 mm Rotore disponibile, cu diferite unghiuri Cu diferite unghiuri da Timp (timer) Gama de timp $0 \geq 60$ min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Da Indicatori Indicator vizual și acustic Da Debalansare Da Pornire/oprire Da Depășirea vitezei Da Capac deschis Da Disply Digital Da Nivel de zgomot ≤ 70 dB Da Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare Da	Centrifugă, microhematocrit Parametru Specificația Viteza de rotație maximală Maximală, rpm ≥ 12000 rpm Setări Setarea vitezei Rotor Raza rotorului ≥ 8 cm Capacitatea Tipul tuburilor Tuburi capilare de 75 mm Rotore disponibile, cu diferite unghiuri Cu diferite unghiuri da Timp (timer) Gama de timp $0 \geq 60$ min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Da Indicatori Indicator vizual și acustic Da Debalansare Da Pornire/oprire Da Depășirea vitezei Da Capac deschis Da Disply Digital Da Nivel de zgomot ≤ 70 dB Da Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare Da	CE/ISO
20	Centrifuga, microhematocrit	BKC-MH12-B	China	Biobase	Centrifugă, microhematocrit Parametru Specificația Viteza de rotație maximală Maximală, rpm ≥ 12000 rpm Setări Setarea vitezei Rotor Raza rotorului ≥ 8 cm Capacitatea Tipul tuburilor Tuburi capilare de 75 mm Rotore disponibile, cu diferite unghiuri Cu diferite unghiuri da Timp (timer) Gama de timp $0 \geq 60$ min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Da Indicatori Indicator vizual și acustic Da Debalansare Da Pornire/oprire Da Depășirea vitezei Da Capac deschis Da Disply Digital Da Nivel de zgomot ≤ 70 dB Da Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare Da	Centrifugă, microhematocrit Parametru Specificația Viteza de rotație maximală Maximală, rpm ≥ 12000 rpm Setări Setarea vitezei Rotor Raza rotorului ≥ 8 cm Capacitatea Tipul tuburilor Tuburi capilare de 75 mm Rotore disponibile, cu diferite unghiuri Cu diferite unghiuri da Timp (timer) Gama de timp $0 \geq 60$ min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Da Indicatori Indicator vizual și acustic Da Debalansare Da Pornire/oprire Da Depășirea vitezei Da Capac deschis Da Disply Digital Da Nivel de zgomot ≤ 70 dB Da Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare Da	CE/ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301