

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1774531239864 din 24.04.2026

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 13)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Sondă endovaginală DM000324134	Sondă endovaginală compatibilă cu dispozitivul medical USG Mirror2 Touch model EC4-9	China	Shenzhen Lanmage Medical Technology Co., Ltd.	Sondă endovaginală compatibilă cu dispozitivul medical USG Mirror 2 Touch, China (anul producerii 2023)	Da , Sondă endovaginală EC4-9 compatibilă cu dispozitivul medical USG Mirror2 Touch, China (anul producerii 2023). Vezi pag.7 din specificația atașată a producătorului „Technical Specification” sintagma “EC4-9 Endocavity array probe”. Vezi fotografia atașată a acestei sonde. ***Notă: În anul 2023, acest model a fost retras oficial din procesul de fabricație. La momentul scoaterii din producție, din stocul global rămas, au fost donate 13 USG-uri Mirror2 Touch către Republica Moldova. Prezenta procedură de achiziție reprezintă ultima ocazie pentru Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemitanu" de a mai obține această sondă. Producătorul a finalizat recent fabricarea ultimului lot de sonde dedicate acestui model. După epuizarea stocului actual, sondele nu vor mai fi produse.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Serana Grup SRL,
mun.Chisinau, str.31 August 1989,
nr.64, of.40