



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul licitatiei: 21362273	Data: 28.02.2025
Denumirea licitatiei: Servicii de deservire a surselor de gaze medicale	

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor solicitate	Cantitate	Denumirea lucrărilor propuse
Lot 2. Lucrări de mentenanță preventivă pentru generatorul de oxigen Inmatec IMT-PO 3450 0V (stația veche)			
I. Kit de mentenanță de 2000 ore Compresor Bottarini KS 97			
1	Înlocuire cartuș filtru de ulei	1	Înlocuire cartuș filtru de ulei Oil filter cartridge KS97
2	Înlocuire filtru de aspirare		Înlocuire filtru de aspirare Suction filter KS 96 KDV37
3	Înlocuire filtru de separare de ulei		Înlocuire filtru de separare de ulei Oil separ. filter KS 96 G471063
4	Înlocuire garnitură pentru filtru de separare de ulei		Înlocuire garnitură pentru filtru de separare de ulei Separator filter gasket DS55-75
5	Înlocuirea valvei termostatică, 71 °C		Înlocuirea valvei termostatică, 71 °C

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Mixing valve element, 71 °C
6	Înlocuire kit de mentenanță pentru valva de presiune minimă		Înlocuire kit de mentenanță pentru valva de presiune minimă Minimum pressure valve kit KS-58-67
7	Înlocuire mufă de alamă pentru scurgerea uleiului de 1/2"		Înlocuire mufă de alamă pentru scurgerea uleiului de 1/2" Oil unload brass plug 1/2"
8	Înlocuire cartuș pentru filtru F070W		Înlocuire cartuș pentru filtru F070W Filter cartridge F070W
9	Înlocuire ulei 40 l		Înlocuire ulei 40 l
10	Set de rulmenți	1	Înlocuire Rulmenți SFK-6314-2z/c3 Scoatere / Punere Rulmenți: 2 bucăți Curățare Supape admisie, sens și minimă presiune Spălarea colectorului termostatic Curățarea vasului separator Schimbare Furtun admisie D100: 1 bucăți
II. Sistem de filtrare a gazului			
1	Purja de condens de aproximativ 210m3/h	3	Purja de condens de aproximativ 210m3/h
2	Verificarea punctului de rouă, temperatura, presiunea și umnitatea la ieșirea rezervorului de oxigen	1	Verificarea punctului de rouă, temperatura, presiunea și umnitatea la ieșirea rezervorului de oxigen
Cerințe față de furnizor			
1	Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local		Da
2	La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate la etapa		Da

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	verificării punctului de rouă, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen. Se va indica concentrația maximă de oxigen generată la 10 m ³ /h, 20 m ³ /h, 30 m ³ /h.		
3	Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă	Da	
4	Certificat de instruire a inginerului pentru compresoare cu șurub și stație de generare a oxigenului Inmatec	Da	
5	Certificat de testare a dispozitivului de verificare a punctului de rouă	Da	
Lot 3 – Lucrări de mentenanță preventivă pentru generatorul de aer medical BOGE S 20-2			
I	Descrierea lucrărilor solicitate	Cantitate	Descrierea lucrărilor propuse
1	Înlocuirea kitului de mentenanță pentru 3000 de ore pentru 3000 de ore pentru compresorul de aer cu șurub BOGE S 20-2 (include cartușul filtrului de aspirare, separator de ulei, filtrul de ulei, set de uzură pentru regulatorul de ulei, set de uzură MPV)	2	Da, Setul contine: Filtru de lubrificare cu rotare – 1 buc. Separator aer/Ulei – 1 buc. Duză + Filtru metal sintetizat – 1 buc. Piese de uzură MPV – 1 set Piese de uzură Regulator de ulei - 1 set Element de filtru aer – 1 buc. CAIRPAC 3000 pentru compresor cu șurub S 20-28, 10, 13 S 24-2 10/13
2	Înlocuirea kitului de mentenanță pentru purja de condens KA32SC0L0	2	Da, KA32SC0L0 0,8/16 bar; 230 VAC/50-60 Hz
3	Filtru element pentru cartuș 030AA separator de ulei, rata de filtrare 0.01μm, eficiența de filtrare 0.01mg/m ³	2	Da, OIL-X Evolution/ 0.01 mg/m ³ (tip XDH030SMA)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

4	Filtru element steril pentru cartuș P-SRF 04/20	2	Da, tip P-EAS0420
5	Curățirea și lubrifierea filtrului ciclonic de model WS030EBFX.	2	Da, curățarea și ungerea elementelor interioare
6	Înlocuirea filtrului panou	6	Da, înlocuirea filtrului panou
7	Înlocuirea filtrului de particule, vapori și vapori de ulei pentru cartuș 020ACS, eficiența de filtrare 0.003 mg/m ³	2	Da tip XDH025CAS
8	Înlocuirea filtrului de particule și vapori și vapori de ulei pentru cartuș 030AR, rata de filtrare 1μm	2	Da, tip XDH030RD1
9	Înlocuirea uleiului 10 L	2	Da
10	Verificarea punctului de rouă, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat	2	Da
II	Cerințe față furnizor		
1	Toate lucrările vor fi efectuate sub supravegherea inginerului local		Da
2	La finalul lucrărilor se va emite un raport de efectuare a lucrărilor cu indicarea tuturor lucrărilor efectuate și a valorilor măsurate		Da
3	Lucrările de mentenanță vor fi înscrise în jurnalul de gardă		Da
4	Certificat de instruire a inginerului pentru compresoare cu șurub		Da
5	Certificat de testare a dispozitivului de verificare a punctului de rouă		Da

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul licitatiei: 21362273				Data: 28.02.2025			
Denumirea licitatiei: Servicii de deservire a surselor de gaze medicale							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea serviciilor	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
	2	Lucrări de mentenanță preventivă pentru generatorul de oxigen Inmatec IMT-PO 3450 0V (stația veche)					
	I	Kit de mentenanță de 2000 ore Compresor Bottarini KS 97	1	82.160,00	98.592,00	82.160,00	98.592,00
	II	Sistem de filtrare a gazului	1	14.000,00	16.800,00	14.000,00	16.800,00
Total Lot 2						96.160,00	115.392,00
	3	Lucrări de mentenanță preventivă pentru generatorul de aer medical BOGE S 20-2	2	60.404,00	72.484,80	120.808,00	144.969,60
Total Lot 3						120.808,00	144.969,60
TOTAL						216.968,00	260.361,60

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.