

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de ocds-b3wdp1-MD-1645190443141 din 06.03.2022

Obiectul de achiziție: ervicii de mentenanță a utilajului medical

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|---|-----------------|---------------|--|--|------------------------|
| Lot 1. | | | | | | |
| Mentenanța anuală pentru Analizator automat KIMAsed auto 16 | - | - | - | Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Curățarea sistemului mecanic caroseria; Curățarea sistemului pentru casete; Dezinfectarea tuburilor conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a grupului optic; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Curățarea sistemului mecanic caroseria; Curățarea sistemului pentru casete; Dezinfectarea tuburilor conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a grupului optic; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | |
| Lot 2. | | | | | | |
| Mentenanța anuală pentru Analizator biochimic Medica Easylite Na/K | - | - | - | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | |
| Lot 3. | | | | | | |
| Mentenanța anuală pentru Analizator hematologic PCE-210 | - | - | - | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | |
| Lot 4. | | | | | | |
| Mentenanța anuală pentru Analizator hematologic Mindray BC-5150 | - | - | - | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | |
| Lot 5. | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mentenanța anuală pentru Analizator imunologic Tecan Sunrise | - | - | - | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia;Curățarea părților de lucru;Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia;Curățarea părților de lucru;Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |
| Lot 6. | | | | | |
| Mentenanța anuală pentru Analizator biochimic BIOBASE BK-400 | - | - | - | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru;Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Verificare și calibrarea pompei de vacuum; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru;Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Verificare și calibrarea pompei de vacuum; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |
| Lot 7. | | | | | |
| Mentenanța anuală pentru Analizator biochimic semi-automat CLINDIAG SA-20 | - | - | - | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru;Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată. Verificare și calibrarea pompei de aspirație; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru;Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată. Verificare și calibrarea pompei de aspirație; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |
| Lot 8. | | | | | |
| Mentenanța anuală pentru Aparat radiografie dentară 5/12 | - | - | - | Verificarea vizuală a aparatului(integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | Verificarea vizuală a aparatului(integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |
| Lot 11. | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|
| Mentenanța anuală pentru Mașină de anestezie ATESE 2000 | - | - | - | <p>Controlul funcționării circuitelor electrice; Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Controlul funcționării sistemelor pneumatice; Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare; Controlul funcționării sistemului de apreciere a FiO2; Calibrarea senzorului de oxigen; Controlul funcționării regimurilor de ventilare; Controlul funcționării sistemului termic al umidificatorului; Controlul de ermetizare generală a circuitului respirator; Controlul funcționării regimurilor de semnalizare; Controlul vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaaliilor/blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Curățirea/lubrifierea de praf a dispozitivului în interior de 2 ori pe an; Verificarea scurgerilor de curent; Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG, SpO2, NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; Verificarea dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre: volumul I.E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.</p> | <p>Controlul funcționării circuitelor electrice; Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Controlul funcționării sistemelor pneumatice; Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare; Controlul funcționării sistemului de apreciere a FiO2; Calibrarea senzorului de oxigen; Controlul funcționării regimurilor de ventilare; Controlul funcționării sistemului termic al umidificatorului; Controlul de ermetizare generală a circuitului respirator; Controlul funcționării regimurilor de semnalizare; Controlul vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaaliilor/blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Curățirea/lubrifierea de praf a dispozitivului în interior de 2 ori pe an; Verificarea scurgerilor de curent; Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG, SpO2, NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; Verificarea dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre: volumul I.E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.</p> | |
| Lot 12. | | | | | | |
| Mentenanța anuală pentru Mașină de anestezie Maquet Flow-i | - | - | - | <p>Controlul funcționării circuitelor electrice; Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Controlul funcționării sistemelor pneumatice; Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare; Controlul funcționării sistemului de apreciere a FiO2; Calibrarea senzorului de oxigen; Controlul funcționării regimurilor de ventilare; Controlul funcționării sistemului termic al umidificatorului; Controlul de ermetizare generală a circuitului respirator; Controlul funcționării regimurilor de semnalizare; Controlul vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaaliilor/blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Curățirea/lubrifierea de praf a dispozitivului în interior de 2 ori pe an; Verificarea scurgerilor de curent; Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG, SpO2, NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; Verificarea dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre: volumul I.E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.</p> | <p>Controlul funcționării circuitelor electrice; Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Controlul funcționării sistemelor pneumatice; Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare; Controlul funcționării sistemului de apreciere a FiO2; Calibrarea senzorului de oxigen; Controlul funcționării regimurilor de ventilare; Controlul funcționării sistemului termic al umidificatorului; Controlul de ermetizare generală a circuitului respirator; Controlul funcționării regimurilor de semnalizare; Controlul vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaaliilor/blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Curățirea/lubrifierea de praf a dispozitivului în interior de 2 ori pe an; Verificarea scurgerilor de curent; Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG, SpO2, NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; Verificarea dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre: volumul I.E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.</p> | |
| Lot 13. | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mentenanța anuală pentru Sterilizator cu aburi ППД-400-2 | - | - | - | Verificarea sistemii de dozare a apei; Testarea pompei de vacuum și de aer; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împământare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cât și de apă; Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare); Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice; Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | Verificarea sistemii de dozare a apei; Testarea pompei de vacuum și de aer; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împământare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cât și de apă; Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare); Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice; Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |
| Lot 14. | | | | | |
| Mentenanța anuală pentru Sterilizator cu aburi BK-75 | - | - | - | Verificarea sistemii de dozare a apei; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împământare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (puncte de conexiune și fixare); Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | Verificarea sistemii de dozare a apei; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împământare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (puncte de conexiune și fixare); Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |
| Lot 15. | | | | | |
| Mentenanța anuală pentru Spălător de microplăci Tecan Hydroflex | - | - | - | Verificarea sistemii de dozare; Testarea pompei de vacuum; Verificarea vizuală a aparatului p/u integritatea componentelor mecanice; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice; Controlul funcționării circuitelor electrice; Curățarea grupului optic, Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Controlul funcționării sistemelor pneumatice; Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaaliilor/bloc urilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Curățirea/lubrifierea de praf a dispozitivului în interior; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | Verificarea sistemii de dozare; Testarea pompei de vacuum; Verificarea vizuală a aparatului p/u integritatea componentelor mecanice; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice; Controlul funcționării circuitelor electrice; Curățarea grupului optic, Controlul funcționării a sistemelor mecanice; Controlul funcționării sistemelor pneumatice; Controlul funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivului și regimurilor de afișare; Depistarea defectelor al pieselor/elementelor/detaaliilor/bloc urilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; Curățirea tuturor filtrelor de praf; Curățirea/lubrifierea de praf a dispozitivului în interior; Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |
| Lot 16. | | | | | |
| Mentenanța anuală pentru Analizator VSH Mindray XC-40B | - | - | - | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Dezinfectarea tuburilor conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. | Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Dezinfectarea tuburilor conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local. |
| Lot 17. | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| Mentenanța anuală pentru Analizator VSH Mindray XC-40B | - | - | - | <p>Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Dezinfectarea tuburilor conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.</p> | <p>Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Dezinfectarea tuburilor conform manualului tehnic; Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.</p> | |
|--|---|---|---|---|---|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____