

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1638865969407 din 16.01.2022
Obiectul achiziției: Lista suplimentară a consumabilelor medicale, consumabile de laborator, materialelor de sutură pentru anul 2022

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 14. Cîmp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale	75x90 cm, cu orificiu	Turcia	Nurteks Tekstil ve Medikal San. Dis. Tic. A.S (Broche)	Cu orificiu, dimensiunile 75x90 cm	Cu orificiu, dimensiunile 75x90 cm	CE, ISO
Lot 27. Cearsaf chirurgical u/f 240x140cm steril	Modelul: 140 X 240 cm, steril	Turcia	Nurteks Tekstil ve Medikal San. Dis. Tic. A.S (Broche)	Material neșesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, nu mai puțin de 65 g/m.p., Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător pe suport hirtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale)	Material neșesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, 75 g/m.p., Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani. se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător pe suport hirtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale)	CE, ISO

Lot 28. Cearșaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, aperturi 25x25 cm cu apertură adezivă	Modelul: 140 X 240x300 cm, steril, Nr. catalog va fi atribuit la executarea comenzii individuale perfecte conform specificației tehnice solicitate în cadrul LP ocds-b3wdp1-MD-1638865969407	Turcia	Nurteks Tekstil ve Medikal San. Dis. Tic. A.S (Broche)	Material neșesut 5 straturi SSMMS , nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hirtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala)	Material neșesut 5 straturi SSMMS , 75 g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii - parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hirtie avizate cu ștampila umedă *Bunul poate fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala)	CE, ISO
Lot 29. Cearșaf TUR 180/250x200 cm, gaura 20x10 cm cu leggins incorporat pentru picioare și pungă pentru colectarea separabilului	Modelul: Cearșaf TUR 180/250x200cm gaura 20x10cm+punga p/u colect.separabilului, steril, Nr. catalog va fi atribuit la executarea comenzii individuale perfecte conform specificației tehnice solicitate în cadrul LP ocds-b3wdp1-MD-1638865969407	Turcia	Nurteks Tekstil ve Medikal San. Dis. Tic. A.S (Broche)	Material neșesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hirtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala)	Material neșesut 5 straturi SSMMS, 75 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hirtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - disponibile în IMSP(achiziționate în cadrul LP ocds-b3wdp1-MD-1638865969407)	CE, ISO
Lot 30. Lama p/u bisturiu steril N10	Lama p/u bisturiu steril N10	Turcia	Nurteks Tekstil ve Medikal San. Dis. Tic. A.S (Broche)	Lama p/u bisturiu steril N10	Lama p/u bisturiu steril N10	CE, ISO
Lot 31. Lama p/u bisturiu steril N22	Lama p/u bisturiu steril N11	Turcia	Nurteks Tekstil ve Medikal San. Dis. Tic. A.S (Broche)	Lama p/u bisturiu steril N11	Lama p/u bisturiu steril N11	CE, ISO

Lot 32. Musama medicala tip.A	Mușama medicală tip A pe bază de țesătură de bumbac. 45 mx85cm.	Federația Rusa	Yaroslavlavlirezintehnica	Mușama medicală tip A pe bază de țesătură de bumbac. 45 mx85cm.	Mușama medicală tip A pe bază de țesătură de bumbac. 45 mx85cm.	DC, aviz sanitar
Lot 33. Para de cauciuc B-3	IRIGATOR DE TIP PARĂ B-3	Kievguma	Ucraina	Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	DC, aviz sanitar
Lot 34. Sort de protecție polietilena	ȘORT MEDICAL, BETA tex 60 g/m.p. L=120 cm	Polonia	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k.	Sort de protecție polietilena, de unica folosinta	Sort de protecție polietilena, de unica folosinta	CE, ISO
Lot 51. Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 18,	CATETER FOLEY, model- 3-way, silicone-coated latex, sterile CH 18	Polonia	Zarys International Group	1.Dimensiuni: CH 18, (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	1.Dimensiuni: CH 18, (F), lungimea 400mm, balon simetric rotund cu volumul 30 ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	CE, ISO
Lot 52. Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 20,	CATETER FOLEY, model- 3-way, silicone-coated latex, sterile CH 20	Polonia	Zarys International Group	1.Dimensiuni: CH 20, (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	1.Dimensiuni: CH 20, (F), lungimea 400mm, balon simetric rotund cu volumul 30 ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	CE, ISO

Lot 53. Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH22,	CATETER FOLEY, model- 3-way, silicone-coated latex, sterile CH 22	Polonia	Zarys International Group	1.Dimensiuni: CH 22, (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	1.Dimensiuni: CH 22, (F), lungimea 400mm, balon simetric rotund cu volumul 30 ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	CE, ISO
Lot 54. Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 24,	CATETER FOLEY, model- 3-way, silicone-coated latex, sterile CH 24	Polonia	Zarys International Group	1.Dimensiuni: CH 24, (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	1.Dimensiuni: CH 24, (F), lungimea 400mm, balon simetric rotund cu volumul 30 ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	CE, ISO
Lot 92. Indicatori fizico chimici sterilizare abur (strip) Utilizare externă 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa)	134/5 N1000 universal, N1000 interne în set cu registru	Federația Rusa	Medtest	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	DC, aviz sanitar
Lot 93. Indicatori sterilizare abur (strip) Utilizare externa, 121 ° C timp de 5 minute, presiune 0,11 +0,01(MPa)	121/5 N1000 externe în set cu registru	Federația Rusa	Medtest	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 121 ° C timp de 5 minute, presiune 0,11 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 121 ° C timp de 5 minute, presiune 0,11 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	DC, aviz sanitar

Lot 94. Indicatori sterilizare abur (strip) Utilizare internă, 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa)	134/5 N1000 interne în set cu registru	Federația Rusa	Medtest	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea in interiorul casoletelor, cutiilor metalice , alte ambalaje si este conceput pentru a indica dacă aburul a pătruns până la punctul de plasare a benzii(strip) . Funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea in interiorul casoletelor, cutiilor metalice , alte ambalaje si este conceput pentru a indica dacă aburul a pătruns până la punctul de plasare a benzii(strip) . Funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	DC, aviz sanitar
Lot 96. Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 150mm x 200 metri	Ambalaj (rulou) pt sterilizare DISPOTECH, 150 mm × 200 m, pentru autoclav	Italia	Dispotech	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	CE, ISO
Lot 97. Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 200mm x 200 metri	Ambalaj (rulou) pt sterilizare DISPOTECH, 200 mm × 200 m, pentru autoclav	Italia	Dispotech	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	CE, ISO
Lot 98. Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 250mm x 200 metri	Ambalaj (rulou) pt sterilizare DISPOTECH, 250 mm × 200 m, pentru autoclav	Italia	Dispotech	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici :– plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie.– prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene)– rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici :– plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie.– prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene)– rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	CE, ISO
Lot 99. Respirator, tip de protecție N95 sau mai mare	Model: FAGO S 101 Filtering Half Mask. Class: FFP2 NR. Brand name: Fago	Turcia	Fago Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Respirator N95 sau FFP2 sau cu grad de protecție mai mare, care asigură o respirabilitate bună cu un design care nu se lipește de gură (de exemplu, nas de față, cu cupă (Eng-duckkill, cupshaped)	Respirator cu grad de protecție mai mare, care asigură o respirabilitate bună cu un design care nu se lipește de gură (de exemplu, nas de față, cu cupă (Eng-duckkill, cupshaped)	CE, ISO

Lot 104. Prezervative	Pentru investigatii ultrasonografice endocavitare	Oland	Romed	Pentru investigatii ultrasonografice endocavitare	Pentru investigatii ultrasonografice endocavitare	CE, ISO
Lot 109. Robinet tridirectional	KT-002	Polonia	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k.	Robineți infuzional cu trei căi (albastru, galben, rosu),360° pentru infuzia de lunga durata cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteralinfuziei.Fara latex	Robineți infuzional cu trei căi (albastru, galben, rosu),360° pentru infuzia de lunga durata cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteralinfuziei.Fara latex	CE, ISO
Lot 121. Pelicula compatibilă cu aparatul SONY pentru USG	OpStar Plus 6100-S	Turcia	ERENLER MEDIKAL	Pelicula compatibilă cu aparatul SONY pentru USG	Pelicula compatibilă cu aparatul SONY pentru USG OpStar Plus 6100-S Ultrasound Thermal Printer Paper	CE, ISO
Lot 126. Mănuși plumbate	Plumb 0,50 mm Pb 80/kV 7,5	Ucraina	Oniko	Plumb 0,50 mm Pb 80/kV 7,5	Plumb 0,50 mm Pb 80/kV 7,5	CE, ISO
Lot 127. Guleraș plumbat	Plumb 0,50 mm Pb 80/kV. Lungimea 50 cm	Ucraina	Oniko	Plumb 0,50 mm Pb 80/kV. Lungimea 50 cm	Plumb 0,50 mm Pb 80/kV. Lungimea 50 cm	CE, ISO
Lot 167. Fusta plumbată	Marimea(L), 0,35 PB,	Ucraina	Oniko	Marimea(L), 0,35 PB,	Marimea(L), 0,35 PB,	CE, ISO
Lot 168. Fusta plumbată	Marimea(M), 0,35 PB	Ucraina	Oniko	Marimea(M), 0,35 PB	Marimea(M), 0,35 PB	CE, ISO
Lot 169. Fusta plumbată	Marimea(XL), 0,35 PB,	Ucraina	Oniko	Marimea(XL), 0,35 PB,	Marimea(XL), 0,35 PB,	CE, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23