



Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5,]

Numărul procedurii de achiziți: ocds-b3wdp1-MD-1775460782302_06.04.2026
Obiectul achiziției: Autoclav cu tocător integrat în cadrul proiectului Interreg Next RO-MD (ROMD00318)

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul S.C. LABORATORIUM S.R.L	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
1	Autoclav cu tocător integrat	Autoclav cu tocător integrat, Model: T300	FRANTA	ECODAS	Descrierea utilajului: Autoclav destinat neutralizării deșeurilor medicale (solide și lichide) în deșeuri municipale prin sterilizare cu abur saturat, cu tocător integrat pentru reducerea volumului deșeului. Cerințe funcționale de sterilizare: -Capacitate de funcționare: continuu 24/7 -Posibilitatea efectuării a două încărcări de tocare a deșeurilor înaintea unui singur ciclu de sterilizare. -Dotat cu platformă metalică pentru operarea și deservirea tehnica a echipamentului.	Descrierea utilajului: Autoclavul T300 este destinat neutralizării deșeurilor medicale (solide și lichide) în deșeuri municipale prin sterilizare cu abur saturat, cu tocător integrat pentru reducerea volumului deșeului. Cerințe funcționale de sterilizare: -Capacitate de funcționare: continuu 24/7 - Exista posibilitatea efectuării a două încărcări de tocare a deșeurilor înaintea unui singur ciclu de sterilizare, dar prezinta un risc de contaminare infectioasa pentru operator. - Este dotat cu platformă metalică pentru operarea și deservirea tehnica a echipamentului.	Brosura pag 1-25 Pag 11 inclus Pag 13



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul S.C. LABORATORIUM S.R.L	Standarde de referință
					Proces tehnologic: pre vacuum, urmat de expunere la abur saturat, post-vacuum. CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE	Proces tehnologic: Pre-vacuum, urmat de expunere la abur saturat (138° C, 3,5 bar), post-vacuum.	Pag 10+ Pompa de vacuum inclusă ca și accesoriu
					Programe: <ul style="list-style-type: none"> • Deșeuri medicale solide. • Deșeuri medicale lichide. • Deșeuri medicale solide cu inactivarea prionilor CERINȚE MINIME – ELIMINATORII	Programe pentru: <ul style="list-style-type: none"> • Deșeuri medicale solide. • Deșeuri medicale lichide. • Deșeuri medicale solide cu inactivarea prionilor 	Pag 4
					Eficiența sterilizării, confirmată prin raport de încercări (testări microbiologice) de laborator acreditat, ce confirmă eficiența solicitată: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq 10^{-18}$ • Pentru deșeuri lichide: (SAL) $\geq 10^{-6}$ • Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor: (SAL) $\geq 10^{-6}$ CERINȚE MINIME – ELIMINATORII	Eficiența sterilizării, confirmată prin raport de încercări (testări microbiologice) de laborator acreditat, ce confirmă eficiența solicitată: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq 10^{-18}$ • Pentru deșeuri lichide: (SAL) $\geq 10^{-6}$ • Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor: (SAL) $\geq 10^{-6}$ 	Conform certificatului atașat de la BIORISK
					Expoziția: ≤ 20 min CERINȚE MINIME – ELIMINATORII	Expoziția: 10 min	Pag 11
					Evacuarea deșeurilor sterilizate: automatizat printr-o ușă separată de cea	Evacuarea deșeurilor sterilizate: automatizat printr-o ușă separată de cea	Pag 11



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul S.C. LABORATORIUM S.R.L	Standarde de referință
					utilizată pentru încărcare, folosind mecanism dedicat.	utilizată pentru încărcare, folosind descarcarea gravitațională	
					Parametri tehnici: Camera de sterilizare: Volum 200 – 250 L; orizontală; din oțel inoxidabil 304 CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE	Parametri tehnici: Camera de sterilizare: Volum 600 L; verticală; din oțel inoxidabil 316L	Pag 15+ 13+11
					Camera de încărcare/tocare: Volum 300 – 350 L; verticală; din oțel inoxidabil 304 CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE	Camera de încărcare/tocare: Volum 350 L; verticală; din oțel inoxidabil 316L	Pag 15+ 13+11
					Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥ 600 L CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE CRITERIU DE EVALUARE – se punctează capacități superioare	Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: 700 L/ora, in doua transe, 350 L/transa/30 min	Pag 15+ 13+11
					Temperatura de sterilizare program pentru deșeuri solide: >134° C CERINȚĂ MINIMĂ ELIMINATORIE	Temperatura de sterilizare program pentru deșeuri solide: 138°C	Pag 10
					Timp ciclu standard complet: ≤60 min CERINȚĂ MINIMĂ ELIMINATORIE CRITERIU DE EVALUARE – se punctează capacități superioare	Timp ciclu standard complet: 30 de min	Pag 10
					Reducere volum deșeuri: ≥95 % CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE CRITERIU DE EVALUARE – se punctează capacități superioare	Reducere volum deșeuri: 80-95% in functie de natura deșeurilor	Pag 15
					Nivel zgomot: ≤65 dB	Nivel zgomot: 65 dB	Pag 15



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul S.C. LABORATORIUM S.R.L	Standarde de referință
					<i>CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE</i> <i>CRITERIU DE EVALUARE – se punctează capacități superioare</i>		
					Dimensiuni maxime (L x l x A): 3000 × 3000 × 2000 mm	Dimensiuni maxime (L x l x H): 270x210x330 cm	Pag 15
					Înălțime maximă cu ușa de încărcare deschisă: 3500 mm	Înălțime maximă cu ușa de încărcare deschisă: 3300 mm	Pag 15
					Program lichide: Da	Program lichide: Da	Pag 16
					Program de sterilizare pentru prioni: Da	Program de sterilizare pentru prioni: Da	Pag 16
					Construcție și componente principale	Construcție și componente principale	Pag 10+11 +13+1 5-16
					Tocător integrat: Din oțel rezistent la uzură; cu minim doi arbori (axe), cu mecanism reversibil; mecanismul este sterilizat cu abur la fiecare ciclu,	Tocător integrat: Din oțel rezistent la uzură; cu doi arbori (axe), cu mecanism reversibil; mecanismul este sterilizat cu abur la fiecare ciclu,	
					Mecanism de evacuare a deșeurilor după sterilizare: Da	Are mecanism de evacuare a deșeurilor după sterilizare	Pag 13+16
					Mecanism de mixare continuă a deșeurilor pe durata întregului ciclu de sterilizare: Da	Are mecanism de mixare continuă a deșeurilor pe durata întregului ciclu de sterilizare	Pag 13+16



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul S.C. LABORATORIUM S.R.L	Standarde de referință
					Generator de abur: Da, integrat.	Generator de abur: Da, integrat.	Pag 11+15
					Pompă de vid: Da, integrată, fără ulei, aer evacuat prin filtru HEPA 0,2 µm.	Pompă de vid: Da, integrată, fără ulei, aer evacuat prin filtru HEPA 0,2 µm.	Accesorii incluse
					Compresor de aer: Da, fără ulei	Compresor de aer: Da, fără ulei	Pag 15
					Stație de prelucrare a apei utilizate pentru sterilizare: Da, integrată, cu dedurizator automat	Are stație de prelucrare a apei utilizată pentru sterilizare, integrată și cu dedurizator automat	Pag 13+11
					Sistem de lubrifiere centralizată: Da, automatizat, pentru rulmenți, lanțuri și mecanism tocare. <i>Toate aceste cerințe minime – ELIMINATORII</i>	Are sistem de lubrifiere centralizată, automatizat, pentru rulmenți, lanțuri și mecanism tocare.	Pag 15
					Siguranță și protecția operatorului:	Siguranță și protecția operatorului:	
					• Program de urgență, care în caz de eroare, sterilizează cu abur saturat deșeurile înainte deschiderii capacului.	• Prevazut cu program de urgență în caz de eroare, și sterilizează cu abur saturat deșeurile înainte deschiderii capacului.	Pag 16
					• Test de etanșitate efectuat automat înainte fiecărui ciclu, care nu permite pornirea ciclului în cazul detectării scurgerilor.	• Se efectuează un test de etanșitate automat înainte fiecărui ciclu, care nu permite pornirea ciclului în cazul detectării scurgerilor.	Pag 16
					• Jurnal electronic și imprimantă integrată pentru monitorizarea următorilor parametri: temperatură, presiune, timp, numărul ciclului.	• Prevazut cu jurnal electronic și imprimantă integrată pentru monitorizarea următorilor parametri: temperatură,	Pag 16



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul S.C. LABORATORIUM S.R.L	Standarde de referință
					Înregistrarea parametrilor este efectuată în fiecare minut. Posibilitatea stocării datelor înregistrate USB/SD și transmitere date online.	presiune, timp, numărul ciclului. Înregistrarea parametrilor este efectuată în fiecare minut. Si are posibilitatea stocării datelor înregistrate USB/SD și transmiterea acestor date online.	
					• Platforma/scară pentru a încărca deșeurile sau deservi dispozitivul	• Are platforma/scară pentru a încărca deșeurile sau deservi dispozitivul	Pag 13
					• În caz de pană de curent, la reluarea alimentării cu energie electrică, programul continuă din punctul în care a fost întrerupt. <i>Toate aceste cerințe minime – ELIMINATORII</i>	• În cazul unei pene de curent, la reluarea alimentării cu energie electrică, programul continuă din punctul în care a fost întrerupt.	Pag 16
					Instalare, garanție, service și training • Garanție minim 24 luni, cu mentenanță. Să se prezinte graficul de mentenanță planificată. <i>CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE CRITERIU DE EVALUARE – se punctează capacități superioare</i>	Instalare, garanție, service și training • Garanție 24 luni, cu mentenanță. Se prezinta graficul de mentenanță planificată.	Inclus a A se vedea planul de mentenanța atasat
					• Instalarea și conectarea echipamentului la rețelele spitalului vor fi asigurate de	• Furnizorul asigură montarea, punerea în funcțiune și racordarea echipamentului la	Inclus



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Nr. Lot	Denumire Bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ Serviciului oferat	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul S.C. LABORATORIUM S.R.L	Standarde de referință
					furnizor. <i>CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE</i>	rețelele unității medicale, în timp ce beneficiarul are obligația de a asigura infrastructura necesară de utilități (punctele de conectare la apă și energie electrică).	
					• Timp de intervenție service: ≤48 h la fața locului <i>CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE</i>	• Timp de intervenție service: 48 h la fața locului	Inclus
					La telefon intervenția obligatorie maxim 1H. • Instruire operatori și tehnicieni (la locație), după instalare și la solicitare în caz de necesitate. <i>CERINȚE MINIME – ELIMINATORII</i>	Timp de intervenție la telefon maxim 1H. • Instruire operatori și tehnicieni (la locație), după instalare și la solicitare în caz de necesitate.	Inclus

NOTA: LABORATORIUM SRL își asumă responsabilitatea pentru conformitatea completă a echipamentului cu legislația UE și națională aplicabilă, inclusiv obținerea oricăror avize/autorizații necesare.

Parametrii tehnici sunt demonstrați prin documente oficiale emise de producător sau de laborator de testare.

Am luat la cunostinta ca parametrii care depășesc cerințele minime vor fi punctați conform criteriilor de evaluare stabilite în documentația de atribuire (Anunț și metodologie de evaluare).

Am luat la cunostinta ca neîndeplinirea oricărei cerințe minime conduce la respingerea ofertei și se clasează ca neconformă.

a. Garanție

Autoclavul cu tocător integrat, T300 are o garanție de **24 de luni**. Perioada de garanție începe de la data procesului verbal de recepție a produsului.

Garanția acoperă toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

- ii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);
- iii. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- iv. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- v. înlocuirea părților defecte;
- vi. instalarea în starea inițială;
- vii. testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametri detaliați în propunerea tehnică prezentată având ca referință pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice din Caietul de sarcini.

Eventualele defecte identificate de către Beneficiar vor fi transmise Furnizorului Laboratorium, împreună cu produsul în speță, în vederea reparării sau înlocuirii, după caz.

Perioada de garanție se va prelungi cu perioada scursă de la data semnalizării defectului / transmiterii produsului defect și până la data remedierii și livrării produsului reparat / înlocuit la Beneficiar, după caz.

b. Livrare, ambalare, etichetare, transport

Termenul de livrare este de maxim 9 luni de la data semnării contractului de ambele părți.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de autoritatea/entitatea contractantă. Fiecare produs va fi însoțit de documentația tehnică aferentă și de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul Laboratorium va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul va fi prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului, Contractantul Laboratorium va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului Laboratorium.

Destinația de livrare este: **Mun. Chisinau, str. Nicolae Testemitanu nr.29**

Contractantul Laboratorium este responsabil pentru livrarea în termenul menționat mai sus și a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

c. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Ținând cont de greutatea și/sau volumul produselor livrate, Contractantul Laboratorium va lua în considerare, livrarea directă în clădirile și sălile indicate de beneficiar, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare și va fi dotat cu echipamente specifice de manipulare / ridicare eventual necesare.

d. Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Ofertantul Laboratorium are următoarele obligații principale:

- a. mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;
- b. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;
- c. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;
- d. transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului;
- e. colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;
- f. reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante;
- g. asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;
- h. prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract;
- i. colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligațiile principale ale Ofertantului Laboratorium devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale

Autoritatea contractantă are următoarele obligații principale:

- a) desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;
- b) asigura infrastructura necesară de utilități (punctele de conectare la apă și energie electrică).**
- c) punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini;



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

- d) asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;
- e) mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;
- f) colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului;
- g) asigurarea acurateții oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului;
- h) monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului;
- i) notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului;
- j) verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

e. Documentații ce vor fi furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul Laboratorium le va livra autorității contractante în cadrul contractului sunt:

- Declarația de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă;
- Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislația aplicabilă;
- Garanția produselor emisă de furnizor.

f. Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și reprezentanții Autorității contractante. Recepția produselor se poate realiza după livrarea, identificarea și verificarea produselor, la fiecare locație de livrare în parte.

Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

admiterea recepției cu sau fără obiecții, sau suspendarea recepției,



Dacă este cazul, Comisia de recepție poate recomanda suspendarea recepției când:

- i. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate;
- ii. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
- iii. se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;
- iv. Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică Contractantului Laboratorium decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu va depăși *90 de zile* de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul Laboratorium nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

sau

respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

g. Modalități și condiții de plată

Contractantul Laboratorium va emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale.

Plățile în favoarea Contractantului Laboratorium se vor efectua în termen de *90 de zile* de la data prezentării conform transelor prevăzute în bugetul proiectului ROMD00318 și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționat *numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective*. Facturile vor fi trimise către persoana de contact de la Beneficiar, spre informare.



Laboratorium
Together. A Step Forward™

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner
Thermal Analysis and Chromatography

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Factura va fi emisă numai după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, acceptat, după livrare. Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a. declarația de conformitate și / sau certificatul de conformitate;
- b. procesul verbal de acceptanță.

h. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea contractantă verifică la *intervale stabilite și comunicate prin Caietul de sarcini* dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.

Data: 11.06.2026

IONUȚ MELINTE, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze pentru și în numele S.C. LABORATORIUM S.R.L.