



INSTITUTUL NAȚIONAL DE METROLOGIE

CERTIFICAT DE APROBARE DE MODEL

Nr. 1002

Data 28.12.2016

Valabil până la „28” decembrie 2026

În conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016, la recomandarea Consiliului Tehnico Științific din cadrul Institutului Național de Metrologie, prin hotărârea Institutului Național de Metrologie Nr. 035, punctul 2 din „28” decembrie 2016 se eliberează prezentul certificat de aprobare de model ce denotă că mijlocul de măsurare aprobat poate fi utilizat în Republica Moldova în domeniile de interes public

CONTOR DE APĂ RECE ȘI CALDĂ tip DS-(modificarea SU, SRP, MRP)

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

producător “SERVOSTAL” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova,
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

cu nr. **I-0975:2016** din „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare” (partea I).

Pentru modelul aprobat se stabilește obligatoriu verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare: – 60 luni (pentru contoare de apă cu DN15 – DN20);
– 24 luni (pentru contoare de apă cu DN25 – DN50).

Acest certificat atestă conformitatea modelelor cu cerințele prevăzute în

SM SR EN 14154-1+A1:2010; SM SR EN 14154-3+A1:2010.

(reglementarea de metrologie legală)

Conformitatea a fost stabilită prin încercările metrologice în scopul aprobării de model descrise în raportul parte componentă a dosarului nr. 994, care cuprinde 60 file.

Pe fiecare mijloc de măsurare livrat se va aplica, prin grija solicitantului, marcajul aprobării de model, care atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat.

DIRECTOR



L. Meleci

ANATOLIE MELENCIUC



INSTITUTUL NAȚIONAL DE METROLOGIE

CERTIFICAT DE APROBARE DE MODEL

Nr. 1001

Data 28.12.2016

Valabil până la „28” decembrie 2026

În conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016, la recomandarea Consiliului Tehnico Științific din cadrul Institutului Național de Metrologie, prin hotărârea Institutului Național de Metrologie Nr. 035, punctul 1 din „28” decembrie 2016 se eliberează prezentul certificat de aprobare de model ce denotă că mijlocul de măsurare aprobat poate fi utilizat în Republica Moldova în domeniile de interes public

CONTOR DE APĂ RECE tip DS-CC

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

producător “SERVOSTAL” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova,
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

cu nr. I-0974:2016 din „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare” (partea I).

Pentru modelul aprobat se stabilește obligatoriu verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare 24 luni (pentru contoare de apă cu DN50 – DN150).

Acest certificat atestă conformitatea modelelor cu cerințele prevăzute în

SM SR EN 14154-1+A1:2010; SM SR EN 14154-3+A1:2010.

(reglementarea de metrologie legală)

Conformitatea a fost stabilită prin încercările metrologice în scopul aprobării de model descrise în raportul parte componentă a dosarului nr. 993, care cuprinde 39 file.

Pe fiecare mijloc de măsurare livrat se va aplica, prin grija solicitantului, marcajul aprobării de model, care atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat.

DIRECTOR



A. Meleuciuc

ANATOLIE MELENCIUC



INSTITUTUL NAȚIONAL DE METROLOGIE

CERTIFICAT DE APROBARE DE MODEL

Nr. 1003

Data 28.12.2016

Valabil până la „28” decembrie 2026

În conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016, la recomandarea Consiliului Tehnico Științific din cadrul Institutului Național de Metrologie, prin hotărârea Institutului Național de Metrologie Nr. 035, punctul 3 din „28” decembrie 2016 se eliberează prezentul certificat de aprobare de model ce denotă că mijlocul de măsurare aprobat poate fi utilizat în Republica Moldova în domeniile de interes public

CONTOR DE APĂ RECE ȘI CALDĂ tip DSF-(modificarea CF, CI)

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)

producător “SERVOSTAL” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova,
(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

cu nr. I-0976:2016 din „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare” (partea I).

Pentru modelul aprobat se stabilește obligatoriu verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 24 luni (pentru contoare de apă cu DN50 – DN200).

Acest certificat atestă conformitatea modelelor cu cerințele prevăzute în

SM SR EN 14154-1+A1:2010; SM SR EN 14154-3+A1:2010.

(reglementarea de metrologică legală)

Conformitatea a fost stabilită prin încercările metrologice în scopul aprobării de model descrise în raportul parte componentă a dosarului nr. 995, care cuprinde 44 file.

Pe fiecare mijloc de măsurare livrat se va aplica, prin grija solicitantului, marcajul aprobării de model, care atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat.

DIRECTOR



L. Meleț

ANATOLIE MELENCIUC