

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1757659992161 din 12 septembrie 2025
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea sondei pentru măsurători otoacustice conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni</u>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sondă pentru aparat de masurare otoacustică (OAE) compatibil cu: MAICO ERO SCAN	Sonda pentru Maico EroScan 8600341	Germania	Maico Diagnostics GmbH	Sondă pentru măsurători otoacustice (OAE) compatibile cu dispozitivul MAICO ERO SCAN screening/diagnostic), utilizate la testarea auditivă a nou-născuților și copiilor. Cerințe tehnice minime: • Compatibilitate certificată cu toate versiunile MAICO ERO SCAN. • Suport pentru DPOAE și/sau TEOAE conform capabilităților aparatului. • Microfon cu zgomot de fond scăzut, răspuns dinamic adecvat pentru OAE. • Difuzoare calibrate pentru intervalul 1–6 kHz (DPOAE) și 1–4 kHz (TEOAE). • Certificat de calibrare conform IEC 60318-4 / echivalent. • Compatibilitate cu eartips de unică folosință (diverse dimensiuni).	Sonda originala de la producator Maico Diagnostics GmbH. Sondă pentru măsurători otoacustice (OAE) compatibile cu dispozitivul MAICO ERO SCAN screening/diagnostic), utilizate la testarea auditivă a nou-născuților și copiilor. • Compatibilitate certificată cu toate versiunile MAICO ERO SCAN. • Suport pentru DPOAE și/sau TEOAE conform capabilităților aparatului. • Microfon cu zgomot de fond scăzut, răspuns dinamic adecvat pentru OAE. • Difuzoare calibrate pentru intervalul 1–6 kHz (DPOAE) și 1–4 kHz (TEOAE). • Certificat de calibrare din uzina va fi livrat împreună cu sonda. • Compatibilitate cu eartips de unică folosință • Conector dedicat MAICO, cablu flexibil 1.1m	CE ISO DM000650983

			• Conector dedicat MAICO, cablu flexibil $\geq 1,5$ m. • Materiale biocompatibile, rezistente la dezinfectare. Documente obligatorii în ofertă: • Fișa tehnică a sondei. • Declarație de compatibilitate cu MAICO ERO SCAN (producător/distribuitoare autorizat). • Termeni garanție și service. Testare și recepție: • Verificare vizuală (integritate, marcaj, conector). • Montare pe dispozitiv și rulare „probe check” conform manualului MAICO. • Validare calibrare și nivel zgomot conform fișei tehnice. • Acceptarea se face numai pentru sondele care trec testele. Consumabile incluse: Tub sonda – 500 buc Olive pentru nou nascuti 3-5mm, de tip flanged – 100 buc Olive 4-7mm, de tip flanged – 200 buc Olive 5-8mm, de tip flanged – 200 buc	• Materiale biocompatibile, rezistente la dezinfectare. • Fișa tehnică a sondei. • Declarație de compatibilitate cu MAICO ERO SCAN (producător/distribuitoare autorizat). • Termeni garanție și service. Testare și recepție: • Verificare vizuală (integritate, marcaj, conector). • Montare pe dispozitiv și rulare „probe check” conform manualului MAICO. • Validare calibrare și nivel zgomot conform fișei tehnice. Consumabile incluse: 8513132 (5 set x 100 buc)- Tub sonda 8012964 (100 buc) Olive pentru nou nascuti 3-5mm, de tip flanged 8012966 (2 set x 100 buc) Olive 4-7mm, de tip flanged 8012968 (2 set x 100 buc) Olive 5-8mm, de tip flanged	
--	--	--	--	---	--

Semnat

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova