

Specificații tehnice (F4.1)

Cererea ofertelor de prețuri nr. 21007871						Data: „27” Mai 2019	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:	"achiziționarea reactivelor, calibratori, material de control și consumabilelor pentru IMSP Centrul de Sănătate Comrat"					Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		Lor 2. Reagenți și material de control pentru analizator de urina H 500 (sistem închis)					La câștigul lotului 2 vom dona un analizator de urina U500 de generație nouă	
2.1	336965 00-0	Teste pentru urina 10 parametre pentru analizator DIRUI H-500 (100teste/set)	Mission 10U	SUA	ACON	Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebuie sa fie compatibili cu analizorul de urina H-500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose). Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	La câștigul lotului 2 vom dona un analizator de urina U500 de generație nouă. Teste dispun de declaratia CE. Testele sunt compatibile cu analizorul de urina Mission U500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose). Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător.	Certificat CE; ISO
2.2	336965 00-0	Urine control (Negative)	U021-011	SUA	ACON	Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător	Control dispun de declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător	Certificat CE; ISO
2.3	336965 00-0	Urine control (Pozitive)	U021-011	SUA	ACON	Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător	Control dispun de declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător	Certificat CE; ISO
6		Lot 6. Reagenti pentru investigațiile						
6.1	336965 00-0	Antigen cardiopilinei pentru MRS 70ml	03.07.3k	Federația Rusă	EKOLAB	7 fl x 10 ml (complect No.2)	set = 7 fl x 10 ml , 2000 teste	Certificat ISO
14		Lot 14. Voapsea pentru investigațiilor fitologice						
14.1	336965 00-0	Gramm Kit	K001	INDIA	HIMEDIA		Grams Stain-Kit. Compozitie: Gram's Crystal Violet (S012)(Solution A) Crystal Violet 2.000 gm Ethyl alcohol,95% 20.000 ml Gram's Crystal Violet (S012)(Solution B) Ammonium oxalate 0.800 gm Distilled Water 80.000 ml . Gram's Decolourizer(S032) Ethyl alcohol, 95% 50.0 ml Acetone 50.0 ml Gram's Iodine(S013) Iodine 1.000 gm Potassium iodide 2.000 gm Distilled water 300.000 ml Safranin O 0.500 gm Ethyl alcohol, 95% 100.000 ml	Certificat CE; ISO
16		Lot 16. Vesela de laborator						

16.1	336965 00-0	Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2.5 ml, capac de cauciuc, cu etichetă.	318540	ITALIA	SYNTESYS		Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2.5 ml, cu capac, cu etichetă.	Certificat CE; ISO
17		Lot 17. Vesela de laborator						
17.1	336965 00-0	Eprubetă din polimetilmetacrilat cu granule, volum sînge 5 ml + catalizator de coagulare, capac, cu etichetă (F 12x86).	318423	ITALIA	SYNTESYS		Eprubetă din polimetilmetacrilat cu granule, volum sînge 5 ml + catalizator de coagulare, capac, cu etichetă (F 12x86).	Certificat CE; ISO
18		Lot 18. Vesela de laborator						
18.1	336965 00-0	Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă, volum sînge 2.5 ml, cu capac, cu etichetă	318614	ITALIA	SYNTESYS		Eprubetă cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă, volum sînge 2.5 ml, cu capac, cu etichetă	Certificat CE; ISO
19		Lot 19. Vesela de laborator						
19.1	336965 00-0	Eprubetă cu gel, volum sînge 5 ml, + catalizator polimetilmetacrilat, capac, cu etichetă (F 12x86)	318279	ITALIA	SYNTESYS		Eprubetă cu gel, volum sînge 5 ml, + catalizator polimetilmetacrilat, capac, cu etichetă (F 12x86)	Certificat CE; ISO
23		Lot 23. Vesela de laborator						
23.1	336965 00-0	Eprubete polisterol la urina 10- 12ml cu capac, con	318159+ 318165	ITALIA	SYNTESYS		Eprubete polistiren pentru urina 12ml cu capac, conica	Certificat CE; ISO
24		Lot 24. Vesela de laborator						
24.1	336965 00-0	Eprubete polisterol la urina 10- 12ml fara capac, conic	318159	ITALIA	SYNTESYS		Eprubete polistiren pentru urina 12ml fără capac, conica	Certificat CE; ISO
28		Lot 28. Vesela de laborator						
28.1	336965 00-0	Virfuri galbene 5-200 mkl	318260	ITALIA	SYNTESYS		Virfuri galbene 0-200 mkl	Certificat CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chişinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9