



ООО «МиниМед», 241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Паспорт

Кюветы стеклянные ТУ 4320-012-29508133-2009

1. Назначение

Предназначены для измерения оптических показателей в фотометрии в приборах КФК-2, КФК-3 и их модификациях.

2. Основные технические характеристики

Наименование	Длина опт. пути, мм	Габаритные размеры, мм	Внутренние размеры, мм
Кювета 1 мм	1	5 × 24 × 37	1 + 0,05 × 19 × 34
Кювета 3 мм	3	7 × 24 × 37	3 + 0,05 × 19 × 34
Кювета 5 мм	5	9 × 24 × 37	5 + 0,05 × 19 × 34
Кювета 10 мм	10	14 × 24 × 37	10 + 0,05 × 19 × 34
Кювета 20 мм	20	24 × 24 × 37	20 + 0,1 × 19 × 34
Кювета 30 мм	30	34 × 24 × 37	30 + 0,1 × 19 × 34
Кювета 50 мм	50	54 × 24 × 37	50 + 0,2 × 19 × 34
Кювета 100 мм	100	104 × 24 × 37	100 + 0,2 × 19 × 34
Кювета 10 × 10 мм	10	12,5 × 12,5 × 45	10 ± 0,01 × 10 × 43
Кювета 10 × 10 мм с прозрачными стенками	10	12,5 × 12,5 × 45	10 ± 0,01 × 10 × 43
Кювета 10 × 5 мм	10	12,5 × 12,5 × 45	10 ± 0,01 × 5 × 43
Кювета 13 × 20 × 42 мм	13	18 × 24,5 × 45	13 + 0,05 × 20 × 42

1. Кюветы изготовлены из оптического стекла марки К-8 по технологии УФ склеивания.
2. Химически устойчивы к действию кислот (кроме плавиковой) и разбавленных щелочей.
3. Область спектра от 315 до 980 нм.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие кювет стеклянных требованиям ТУ 4320-012-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.