

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Spitalul Raional Dondușeni.

Numărul achiziției comerciale: 21035958, ocds-b3wdp1-MD-1612528535294.							Data: 16.02.2021	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2021.							Lot:	pag. 1 din 1
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

1	33000000-0	Set pentru determinarea ASO (latex+test cu control + și -)	ASLO-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	(latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe	Set pentru determinarea ASO (latex+test cu control + și -). Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33000000-0	Set pentru determinarea RF (latex+test cu control + și -)	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	(latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe	Set pentru determinarea RF (latex+test cu control + și -). Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33000000-0	Set pentru determinarea CRP (latex+test cu control + și -)	CRP-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	(latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe	Set pentru determinarea CRP (latex+test cu control + și -). Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Reactivi și consumabile pentru Reader 300, sistem închis.

1	33000000-0	Teste p/u urină 11 indice	DAC-11	Moldova	Dac-SpectroMed	p/u Reader 300, set N100	Teste pentru determinarea rapidă a 11 parametri în urină la aparatul Reader 300. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33000000-0	Material de control (proteină, glucoză în urină) cu 2 nivele cunoscute	Uri-Control-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	p/u Reader 300	Material de control (proteină, glucoză în urină) cu 2 nivele cunoscute (2fl x 8ml). Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Reactivi și consumabile pentru Helena.

1	33000000-0	Set p/u TTPA	APTT-DAC-EA	Moldova	Dac-SpectroMed	Set 4x4ml CaCl 0.02mol/l 1x16 ml, compatibil cu Helena	Set pentru determinarea timpului de protombină parțial activată (TTPA). Set 4fl x 4ml, CaCl 0.02mol/l 1x16 ml, compatibil cu coagulometrul Helena. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33000000-0	Set p/u determinarea timpului de protombină, uscat, ISI 1.08	Prothrombin-DAC-ISI	Moldova	Dac-SpectroMed	Set 10fx10ml compatibil cu Helena	Set pentru determinarea timpului de protrombină, cu ISI 1.08, set 10fl x 10ml, compatibil cu coagulometrul Helena. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33000000-0	Set p/u determinarea fibrinogenului în sânge prin metoda Clauss	Fibrinogen-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Set Reagent 6fl ml/3 ml+ diluent 1flx18 ml compatibil cu Helena	Set pentru determinarea fibrinogenului în sânge prin metoda Clauss (6fl x 3ml + diluent 1fl x 15ml), compatibil cu coagulometrul Helena. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33000000-0	Plasma de control 4 parametri patologice	Control Plasma L2	Moldova	Dac-SpectroMed	Fl 2 ml compatibil cu Helena	Plasma de control patologică (fl 2ml), compatibil cu coagulometrul Helena. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33000000-0	Plasma de control 4 parametri normal	Control Plasma L1	Moldova	Dac-SpectroMed	Fl 2 ml compatibil cu Helena	Plasma de control normală (fl 2ml), compatibil cu coagulometrul Helena. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
6	33000000-0	Cuvă p/u coagulometru	colorimetric cup German TECO	China	Dong	Set 1000 buc compatibil cu Helena	Set de cuve compatibile cu coagulometrul Helena. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

6	33000000-0	Expres troponina I c	Tn I-WB-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	-	Expres - test (cartuș) Troponin I . Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
7	33000000-0	Set p/u determinarea Hb în sânge + standard p/u 3 l	Hb Chr - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	-	Set pentru determinarea fotocolorimetrică a hemoglobinei în sânge. Reagent concentrat (1:100) 3fl x 10ml = 3000ml reagent de lucru cu standard inclus în set. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
8	33000000-0	Set expres teste anticorpilor Helicobacter pilori IgG	HP-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	-	Expres - test (cartuș) anticorpilor Helicobacter pilori IgG. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
9	33000000-0	HBsAg	HBsAg	China	WT	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Set penru determinarea HBsAg , 96 teste. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
10	33000000-0	Anti HCV sumar	HCV-Ab	China	WT	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Set pentru determinarea Anti HCV sumar , 96 teste. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
11	33000000-0	Expres teste p/u determinarea sângelui occult în mase fecale	FOB-F-Strip-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	-	Expres teste pentru determinarea sângelui occult în mase fecale, în ambalaj individual. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

12	33000000-0	Expres teste-card p/u 5 markeri hepatitei virale B	HBV Multi 5-S-Panel-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	-	Expres teste-card p/u 5 markeri hepatitei virale B. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
13	33000000-0	Container p/u urină cu capac, 100ml	Urine container 120 ml in PP with red screw cap apart, with frosted label	Italia	FL	-	Containere nesterile, din plastic, pentru colectarea urinei, cu capac, volumul 120ml, cu etichetă, gradate. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
14	33000000-0	Hârtie termo, L 5cm, pentru Reader	Printer Paper CR300_CS	Corea	DFI	-	Hârtie termo L 5cm, pentru printer la aparatul Reader 300. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
15	33000000-0	Pipete virusologice sterile p/u an. generală a sângelui	Sterile serological pipettes - graduated, sterile, Pyrogen-free/1 ml, cottoned, grad. 1/100 - individually wrapped	Italia	Aptaca	-	Pipete virusologice pentru analiza generală a sângelui, sterile, gradate, vol. 1ml, ambalate individual. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
16	33000000-0	Eprubete plastice conice p/u centrifugare de la 10- până la 12 ml	test tube 16x100 mm 10 ml conical, without rim, graduated, in PP	Italia	FL	-	Eprubete din plastic, conice fără capac, 10ml, pentru centrifugare. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
17	33000000-0	Eprubete Citrat Na 3,8% p/u coagulograma volum sânge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă cu etichetă	test tube 12x56 mm with 0,25 ml of Sodium Citrate (3,8 %) yellow cap for 2,25 ml of blood (Coagulation)	Italia	FL	-	Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sânge 2-3ml, cu capac, cu etichetă. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
18	33000000-0	Eprubetă cu K3EDTA 0,25 ml p/u an. generală a sângelui din sânge periferic	Pediatric collection tube with capillary	China	RMD	-	Eprubetă cu capilar cu K3EDTA pentru analiza generală a sângelui din sânge periferic, 500mkl. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
19	33000000-0	Dozator automat cu verificare metrologică 1000-5000 ml	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	-	Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000mkl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
20	33000000-0	Dozator automat cu verificare metrologică 200-1000 ml	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	-	Pipete automate cu volum ajustabil 200-1000mkl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
21	33000000-0	Dozator automat cu verificare metrologică 50-200 ml	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	-	Pipete automate cu volum ajustabil 50-200mkl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
22	33000000-0	Dozator automat cu verificare metrologică 5-50 ml	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	-	Pipete automate cu volum ajustabil 5-50mkl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
23	33000000-0	Test cardij D dimer, p/u tromboze	D-Dimer-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	-	Expres- test (cartuș) pentru determinarea <i>D-dimerilor, pentru tromboze.</i> Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnăt:_____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 16.02.2021

Valabilitatea ofertei - 60 zile.