



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1775463484930 din 27.04.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice beneficiare (repetat)

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 16.04.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice beneficiare (repetat) "

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1775463484930 din 27.04.2026

pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la data de 25.08.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 16.04.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1775463484930 din 27.04.2026**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice beneficiare (repetat)**

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1		Componenta femurală cimentată	FEMORAL PS, RIGHT / LEFT UFPSRE00-K UFPSRH00-K UFPSRD00-K UFPSLF00-K UFPSLE00-K UFPSLG00-K UFPSRG00-K UFPSRC00-K UFPSRF00-K UFPSLD00-K UFPSLC00-K UFPSRB00-K UFPSLB00-K UFPSLH00-K	SUA	MAXX ORTHOPEDIC S, INC.	Componenta femurală cimentată -Sa fie confecționată din aliaj de Co-Cr , cimentată Variante stanga/ dreapta -Sa prezinte fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini și o textură specială pentru o bună fixare a cimentului -Deschidere posterioară intercondiliana pentru permiterea implantării țigelor centromedulare - Design care sa permita flexie de minim 130° -Varianta cu posterostabilizare - Condilii femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei -Sa prezinte congruenta intre raza condiliilor femurali si inserutul tibial -Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra patelui -Sa reproduca distantele antroposterioare native cu minim 18 de profile -Minim 10 dimensiuni pentru fiecare membru in parte -Suprafata articulara sa fie lustruita -Suprafata de implantare sa fie rugoasa - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componenta femurală cimentată - confecționată din aliaj de Co-Cr =Brosura "Freedom-IFU_all languages pag 1," -cimentată -Variante stanga/ dreapta =Brosura "Freedom Knee Brochure pag 1," - Sa prezinte fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini și o textură specială pentru o bună fixare a cimentului =Brosura " Freedom Knee Brochure pag 2" -Design care permite flexie de pina la 155° =Brosura "Freedom Knee Brochure pag 1 -2" -Varianta cu posterostabilizare = Brosura "Freedom Knee Brochure pag 1" -Condilii femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei = Brosura "Freedom Knee Brochure pag 1-2", -Sa prezinte congruenta intre raza condiliilor femurali si inserutul tibial =Brosura "Freedom Knee Brochure pag 1-2", -Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra patelui = Brosura "Freedom Knee Surgical Technique," -8 dimensiuni pentru fiecare membru in parte = Brosura "Freedom Knee Brochure pag 1" -Suprafata articulara sa fie lustruita = Brosura "Freedom Knee Brochure pag 1" -Suprafata de implantare sa fie rugoasa = Brosura "Freedom Knee Brochure pag 1-2" - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000623285 DM000623288 DM000623284 DM000623279 DM000623278 DM000623280 DM000623287 DM000623283 DM000623286 DM000623277 DM000623276 DM000623282 DM000623275 DM000623281
3.2		Componenta tibială	TIBIAL BASE PLATE MTUUX100-K MTUUX200-K MTUUX300-K MTUUX400-K MTUUX500-K MTUUX600-K MTUUX700-K MTUUX800-K	SUA	MAXX ORTHOPEDIC S, INC.	Componenta tibială -Sa fie confecționată din aliaj de titan -Sa respecte forma anatomica a tibiei, cu variatii stanga /dreapta -Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale destinate creșterii rezistenței și stabilizării rotaționale -Componenta tibială sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitățile intraoperatorii -Profilul platoului tibial sa fie asimetric -Sa prezinte modularitate, dimensiuni uzuale de tije sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur -Sistem de prindere periferica a inserutului de polietilena -Dimensiuni: minim 10 in total pentru fiecare membru in parte -Sa prezinte un dop filetat distal pentru fixarea tije de extensie - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Componenta tibială - confecționată din aliaj CoCrMo = Brosura "Freedom-IFU_all languages pag 1," - este universală=Freedom Knee Brochure pag 1 - Profilul platoului tibial este simetric si se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei =Brosura " Freedom Knee Brochure pag 1-2," -prezinta modularitate, dimensiuni uzuale de tije sunt compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur =Brosura "Freedom Knee Brochure pag 1," Fixarea inserutului de polietilen pe tije să se facă prin sistem de prindere =Brosura " Freedom Knee Brochure pag 2," -Dimensiuni: 8 universale =Brosura "Freedom Knee Brochure pag 1" ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000623620 DM000623615 DM000623616 DM000623614 DM000623618 DM000623621 DM000623619 DM000623617
3.3	Lot 3.Proteza totala de genunchi complet anatomica	Insert tibial	TIBIAL LINER PS MLPSXD314-K;MLPSXH714-K;MLPSXD114-K;MLPSXF314-K;MLPSXE509-K;MLPSXB109-K;MLPSXG711-K;MLPSXF517-K;MLPSXH711-K;MLPSXH709-K;MLPSXF709-K;MLPSXG517-K;MLPSXF511-K;MLPSXE317-K;MLPSXD117-K;MLPSXG514-K;MLPSXF714-K;MLPSXC114-K;MLPSXH717-K;MLPSXE314-K;MLPSXF509-K;MLPSXF317-K;MLPSXE514-K;MLPSXE311-K;MLPSXB114-K;MLPSXE511-K;MLPSXC109-K;MLPSXC117-K;MLPSXG709-K;MLPSXD111-K;MLPSXG717-K;MLPSXD311-K;MLPSXC309-K;MLPSXC311-K;MLPSXE309-K;MLPSXF711-K;MLPSXG509-K;MLPSXD317-K;MLPSXG714-K;MLPSXD309-K;MLPSXF717-K;MLPSXF514-K;MLPSXD109-K;MLPSXC314-K;MLPSXE517-K;MLPSXC111-K;MLPSXF309-K;MLPSXB111-K;MLPSXG511-K;	SUA	MAXX ORTHOPEDIC S, INC.	Insert tibial -Sa fie confecționat din polietilena UHMWPE -Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa -Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni uzuale de tije sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur -Modalitatea de implantare: insert detasabil cu sistem de prindere periferica a inserutului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale (tip pana) -Dimensiuni multiple: min 10 inaltime de inseruti cu crestere de 1mm -Varianta cu posterostabilizare - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) =Brosura "Freedom-IFU_all languages pag 1," - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa = Brosura "Freedom Knee Brochure pag 2" - Sa prezinte modularitate deosebită, dimensiuni uzuale de tije sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur= Brosura " Freedom Knee Brochure pag 1," - Modalitate de fixare: insert detasabil cu sistem de prindere periferica a inserutului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale (tip pana) = Brosura "Freedom Knee Surgical Technique" - -Dimensiuni multiple: 4 inaltime de inseruti cu crestere de 2 -3 mm -Varianta cu posterostabilizare=Brosura " Freedom Knee Brochure pag 1" -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000623489;DM000623521;DM000623485;DM000623501;DM000623495;DM000623471;DM000623516;DM000623506;DM000623520;DM000623519;DM000623507;DM000623514;DM000623504;DM000623494;DM000623486;DM000623500;DM000623482;DM000623474;DM000623513;DM000623509;DM000623477;DM000623522;DM000623493;DM000623503;DM000623502;DM000623497;DM000623492;DM000623473;DM000623496;DM000623475;DM000623478;DM000623515;DM000623484;DM000623518;DM000623488;DM000623479;DM000623480;DM000623491;DM000623508;DM000623511;DM000623490;DM000623517;DM000623487;DM000623510;DM000623505;DM000623483;DM000623481;DM000623498;DM000623476;DM000623499;DM000623472;DM0006235

3.4	Set de instrumente gratuit în folosință	RJPSX400-RK Freedom Knee instrument set	SUA	MAXX ORTHOPEDIC S, INC.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. = broșura "Freedom Knee Surgical Technique"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000623630
3.5	Motor oscilant si reamer în custodie	NS-1511, Surgical Oscillating Saw ND-3511 Burghiu	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. =broșura "RUIJIN_motor_oscilant_reamer"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000691189 DM000691183
3.6	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310, Oscillating saw	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant = Broșura " lame"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000431017

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poiana Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775463484930 din 27.04.2026												
Obiectul achiziției: Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice beneficiare (repetat)												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
3.1	Lot 3. Proteza totala de genunchi complet anatomica	Componenta femurala cimentata	bucată	70	13 860.00	13 860.00	970 200.00	970 200.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
3.2		Componenta tibiala	bucată	70	9 240.00	9 240.00	646 800.00	646 800.00		33100000-1	-	-
3.3		Insert tibial	bucată	70	4 105.50	4 105.50	287 385.00	287 385.00		33100000-1	-	-
3.4		Set de instrumente gratuit în folosiță	bucată	2	gratuit în folosiță	gratuit în folosiță	gratuit în folosiță	gratuit în folosiță		33100000-1	-	-
3.5		Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	4	gratuit în folosiță	gratuit în folosiță	gratuit în folosiță	gratuit în folosiță		33100000-1	-	-
3.6		Lame pentru motor oscilant	bucată	65	300.00	360.00	19 500.00	23 400.00		33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	1 923 885.00	1 927 785.00				
						TOTAL Oferta	1 923 885.00	1 927 785.00				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1775463484930 din 27.04.2026
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

-Termenul restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării

-Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului

Va asigura tot spectrul de marimi ale protezelor pina la epuizarea completa a stocului pentru a asigura selectarea exacta a marimii necesare si siguranta actului chirurgical. • Înlocuirea implantelor utilizate în maxim 72 ore. • Prezentarea studiilor clinice și statistice din registre internaționale - legate în special de rata de supraviețuire a implantelor respective (oferite). • În cazul unor implantate noi, va asigurăm instruire cu personal calificat cu instrucțiunea scrisă detaliată sau workshop online, sau asistența în timpul intervențiilor chirurgicale (legat de utilizarea instrumentarului specific). • posibilitatea furnizării unor implantate în minim de timp posibil în cazul apariției unor situații neprevăzute intraoperator • Produsele oferite la fiecare poziție din lot vor fi de la un singur producător (cu excepția motoarelor oscilante, alizoare și lamele pentru motoare și restrictorul pentru canal femoral).

Data completării: 16.04.2026

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator
SRL Biosistem mld _____

(semnătura)