

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1650350215545

Obiectul achiziției: Consumabile medicale

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	Test -indicator de sterilitate 132/20 extern nr. 1000	(extern) 132/20 N1000	Federatia Rusa	Medtest	Ambalaj de hârtie cu 10 foi, a câte 100 de fișii culor, indicator chimic marcat conform regimului de sterilizare Clasa 4 ISO 11140 de unică folosință pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Pe ambalaj să fie indicat denumirea, marca, lotul și data fabricației, termenul de valabilitate nu mai mic de 3 ani. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	Ambalaj de hârtie cu 10 foi, a câte 100 de fișii culor, indicator chimic marcat conform regimului de sterilizare Clasa 4 ISO 11140 de unică folosință pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Pe ambalaj să fie indicat denumirea, marca, lotul și data fabricației, termenul de valabilitate nu mai mic de 3 ani. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	aviz sanitar
33600000-6	Boxe pentru colectarea deșeurilor medicale - volum 1,0l	1 L	Federatia Rusa	Elamed	Cutie din plastic rigid prevăzut cu mîner rezistent pentru transportare, pe partea superioară cu capac special cu orificii pentru deșeurile ascuțite de stergere/lamelor de bisturiu care permit introducerea și împiedică scoaterea lor, etichetate în limba română: categoria deșeurilor colectate, pictograma "Pericol biologic" cu galben, capacitatea recipientului (l sau kg), linia de marcare a nivelului maxim de umplere data începerii utilizării, denumirea instituției și secției, persoana responsabilă.	Cutie din plastic rigid prevăzut cu mîner rezistent pentru transportare, pe partea superioară cu capac special cu orificii pentru deșeurile ascuțite de stergere/lamelor de bisturiu care permit introducerea și împiedică scoaterea lor, etichetate în limba română: categoria deșeurilor colectate, pictograma "Pericol biologic" cu galben, capacitatea recipientului (l sau kg), linia de marcare a nivelului maxim de umplere data începerii utilizării, denumirea instituției și secției, persoana responsabilă.	ISO, aviz sanitar
33600000-6	Hîrtie pentru ambalat instrumente și material de pansament, lingerie medicală, articole medicale din cauciuc, sticlă, cu test indicator de control. Mărimia 50 x 200	50 x 200	Italia	Dispotech	Rolă din hîrtie măr. 50x200 p/u ambalat instrumente, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de valabilitate nu mai puțin de 5 ani. Ambalaj exterior cutie din carton	Rolă din hîrtie măr. 50x200 p/u ambalat instrumente, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de valabilitate nu mai puțin de 5 ani. Ambalaj exterior cutie din carton	ISO, aviz sanitar
33600000-6	Hîrtie pentru ambalat instrumente și material de pansament, lingerie medicală, articole medicale din cauciuc, sticlă, cu test indicator	75x200	Italia	Dispotech	Rolă din hîrtie măr. 75x200 p/u ambalat instrumente, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de valabilitate nu mai puțin de 5 ani. Ambalaj exterior cutie din carton	Rolă din hîrtie măr. 75x200 p/u ambalat instrumente, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de valabilitate nu mai puțin de 5 ani. Ambalaj exterior cutie din carton	ISO, aviz sanitar

	de control. Mărimea 75 x 200					conformitate cu EN 868-5. Termenul de valabilitate nu mai puțin de 5 ani. Ambalaj exterior cutie din cart	
33600000-6	Hîrtie pentru ambalat instrumente și material de pansament/lingerie medicală, articole medicale din cauciuc, sticlă, cu test indicator de control. Mărimea 100 x200	100x200	Italia	Dispotech	Rolă din hîrtie măr.100 x200 p/u ambalat instrumente, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului.Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de valabilitate nu mai puțin de 5 ani. Ambalaj exterior cutie din cart	Rolă din hîrtie măr.100 x200 p/u ambalat instrumente, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului.Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de valabilitate nu mai puțin de 5 ani. Ambalaj exterior cutie din cart	ISO, aviz sanitar
33600000-6	Hîrtie pentru ambalat instrumente și material de pansament, lingerie medicală, articole medicale din cauciuc, sticlă, cu test indicator de control. Mărimea 150 x 200	150x200	Italia	Dispotech	Rolă din hîrtie măr.150x200 p/u ambalat instrumente, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului.Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de valabilitate nu mai puțin de 5 ani. Ambalaj exterior cutie din cart	Rolă din hîrtie măr.150x200 p/u ambalat instrumente, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului.Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de valabilitate nu mai puțin de 5 ani. Ambalaj exterior cutie din cart	ISO, aviz sanitar
33600000-6	Hîrtie pentru ambalat instrumente și material de pansament, lingerie medicală, articole medicale din cauciuc, sticlă, cu test indicator de control. Mărimea 200 x 200	200x200	Italia	Dispotech	Rolă din hîrtie măr.200x200 p/u ambalat instrumente, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului.Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de valabilitate nu mai puțin de 5 ani. Ambalaj exterior cutie din cart	Rolă din hîrtie măr.200x200 p/u ambalat instrumente, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului.Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de valabilitate nu mai puțin de 5 ani. Ambalaj exterior cutie din cart	ISO, aviz sanitar
33600000-6	Musama medicală	Musama medicală	Federatia Rusa	Yaroslavli rezinoteh nica	Culoare albă pe pînză	Culoare albă pe pînză	ISO, aviz sanitar

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina

În calitate de: specialist în achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23,21