

**Pretul reviziilor si interventiilor pentru un sistem chirurgical CArm,
model Opescope Acteno,
Shimadzu, Japonia**

Nr. d/o	Data, Luna si anul	Lucrarile efectuate	Pretul fara TVA Lei MD	Pret cu TVA Lei MD
1	2	3	4	5
1	Dupa semnarea contractului	Revizie 1	30.000,00	36.000,00
2	A 7 luna dupa semnarea contractului	Revizie 2	30.000,00	36.000,00
3	Interventiile de depanare la solicitare*		00,00	00,00
	Total		60.000,00	72.000,00

*Activitatile la solicitare nu sunt taxate in oferta prezenta.

Descrierea Lucrarilor:

	a. Activitati la solicitare: <u>sunt incluse</u> ▪ Se intervine in maxim 1 ora prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; ▪ Se intervine in maxim 24 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; ▪ Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; ▪ Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat;
--	---

- Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice;
- b. Activitati de mentenanta :**
- **Revizie nr.1**
 - Profilaxia sistemului(lubrifiere,suflare cu jet de aer,etc)
 - Calibrarea/ajustarea parametrilor fizico-radiologici
 - Calibrarea/ajustarea modulelor mecanice
 - Verificarea collimatorului, calibrarea la necesitate
 - Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului).
 - Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului)
- **Revizie nr.2**
 - Calibrarea/ajustarea parametrilor fizico-radiologici (la necesitate)
 - Calibrarea/ajustarea modulelor mecanice (la necesitate)
 - Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului).
 - Update software
 - Verificarea modulelor electrice
 - Testare calitate imagine
- c. Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service)**
- *Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare).*
- Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar;

	▪ Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); ▪ In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). ▪ Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul). ▪ Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;
--	--