

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul Achiziției cu costuri mici: 21023629/ oc ds-b3wdp1-MD-1590646314312	Data: 09-18.06.2020	Alternativa nr.-
Denumirea: consumabilele medicale pentru hemodializă	Lot:	Pagina 1 din 1

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Modelul articolul	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	336000 00-6	Kit terapii CRRT (Omniset Kit)	Omniset kit / Kit terapii CRRT, B.Braun Avitum AG	Germania	B.Braun Avitum AG	Setul trebuie sa fie alcătuit din segmente de tubulatura, liniisicamere de deaerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitul trebuie sa contina: Linie arteriala cu linii auxiliare pentru heparina si citrate; Linievenoasa cu linie auxiliara pentruinfuziacalciumisipunga cu volum de minim 2 L. pentrusolutia de clatire Liniepentrusolutia de dializat, dotat cu punga de incalzire; Linie de substitutie; Linie de evacuare 1 punga effluent cu volum de 7 L; Filtru cu membrana din DIAPES; 5 filtre pentru protectia porturilor de presiune; Kitul trebui esa fie destinat tuturor terapiilor CRRT si sa fie disponibile in 3 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse intre 0,8mp si 1,6 mp; Kitul trebuie sa permita un flux de sange cuprins intre 10 ml/min si 500 ml/min Primingul setului trebuiesa se realizeze cu maxim 1000ml ser; Setul trebuie sa aiba marcaj CE	Setul alcătuit din segmente de tubulatura, liniisicamere de deaerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitul contine: Linie arteriala cu linii auxiliare pentru heparina si citrate; Linievenoasa cu linie auxiliara pentruinfuziacalciumisipunga cu volum de minim 2 L. pentrusolutia de clatire; Linie de evacuare 1 punga effluent cu volum de 7 L; Filtru cu membrana din DIAPES; 5 filtre pentru protectia porturilor de presiune; este destinat tuturor terapiilor CRRT si disponibil in 3 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse intre 0,8mp si 1,6 mp; Kitul permite un flux de sange cuprins intre 10 ml/min si 500 ml/min; Primingul se realizeaza cu maxim 1000ml ser	CE
2	336000 00-6	Pungă de golire cu volum de 7 L. (Colecting bag Omnisept)	Pungă de golire cu volum de 7 L., steril (Colecting bag Omnisept)	Germania	B.Braun Avitum AG	Punga trebuie sa aiba un port de golire si unul pentru conectarea liniei effluent Prossul trebuie sa detina marcaj CE	Punga are un port de golire si unul pentru conectarea liniei effluent	CE
3	336000 00-6	Soluție de electroliti pe baza de biocarbonat pentru hemofiltrare	Soluție concentrata de electroliti pe baza de biocarbonat pentru hemofiltrare	Germania	B.Braun Avitum AG	Solutia trebuiesa fie destinata terapiilor CRRT si sa fie fara lactat. Trebuie sa aiba 2 moli potasiu si o osmolaritate mai mare de 295 mOsm/l Concentratia de bicarbonate sa fie cuprinsa intre 34 si 36 mmol/l, iar pH-ul solutiei sa fie cuprins intre 7-8; Trebuie sa fie ambalata in pungi de polietilena, dublu compartimentate- electroliti si solutia tampon	Solutia destinata terapiilor CRRT si fara lactat. Are 2 moli potasiu si o osmolaritate mai mare de 295 mOsm/l Concentratia de bicarbonate sa fie cuprinsa intre 34 si 36 mmol/l, iar pH-ul solutiei sa fie cuprins intre 7-8; ambalat in pungi de polietilena, dublu compartimentate- electroliti si solutia tampon	CE
4	336000 00-6	Cateter cu mandren	HIGH FLOW DOUBLE LUMEN CATHETER/ Cateter cu mandren	Germania	JOLINE GmbH and CO.KG	Material: Poliuretan termosenzitiv (Tecoflex)- ax radioopac; Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodynamic; Mandren preinserat pentru insertie usoara ; Ac punctie 18 G; Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.89 / 700 mm; Sectiuni (arterial si venoasa) impartite in mod egal; 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock; Dilator 12 Fr	Material: Poliuretan termosenzitiv (Tecoflex)- ax radioopac; Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodynamic; Mandren preinserat pentru insertie usoara ; Ac punctie 18 G; Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.89 / 700 mm; Sectiuni (arterial si venoasa) impartite in mod egal; 2 porturi de injectare/ conectare tip luer lock; Dilator 12 Fr	CE
5	336000 00-6	Cateter cu mandren	HIGH FLOW DOUBLE LUMEN CATHETER/ Cateter cu mandren	Germania	JOLINE GmbH and CO.KG	Material: Poliuretan termosenzitiv (Tecoflex)- ax radioopac; Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodynamic; Mandren preinserat pentru insertie usoara ; Ac punctie 18 G Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.97 / 700 mm; Sectiuni (arterial si venoasa) impartite in mod egal; 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock; Dilator 13 Fr	Material: Poliuretan termosenzitiv (Tecoflex)- ax radioopac; Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodynamic; Mandren preinserat pentru insertie usoara ; Ac punctie 18 G; Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.97 / 700 mm; Sectiuni (arterial si venoasa) impartite in mod egal; 2 porturi de injectare/ conectare tip luer lock; Dilator 13 Fr	CE
6	336000 00-6	Cartuş absorbant (Cytosorb)	KIT CYTOSORB PT SEPSIS / Cartuş absorbant (Cytosorb)	United States	CytoSorbents Corporation	Cartus dedicate adsorbției citokinelor, bilirubinei, mioglobinei, hemoglobinei libere, amoniului, acizilor biliari, toxinelor de clostridium perfringens, exotoxinelor streptococcus pyogenes, precum, si ale staphylococcus aureus. Materialul adsorbant trebuie sa fie polimer biocompatibil.Compatibil cu orice aparat pentru hemofiltrare/hemoperfuzie si circulatie extracorporeala (CEC, ECMO), putand fi inclus in circuitele de epurare extracorporeala cu ajutorul adaptorilor specifici. Trebuie sa poata fi folosit in oriceterapie CRRT, HP, HD, anticoagulare cu heparina sau citrat.Volumul cartusului trebuiesa fie de 300 ml.Adsorberul trebuie sa fie folosit in tratamente de 24 de ore. Pentru primingul adsorberului trebuie sa fie nevoie de aproximativ 2 l ser fiziologic neheparinizat. Selectivitatea molecular a pentru substantele adsorbite trebuie sa fie pana la 55.000 DaltoniVolumul de extracorporeal residual trebuie sa nu depaseasca 150 ml. Trebuie sa functioneze cu fluxuri cuprinse intre 100 si 700ml/min. Trebuie sa fie preumplut cu clorura de sodiu 0,9% Dispozitivul trebuie sa detina marcaj CE pentru adsorbtia citokinelor, bilirubinei si mioglobinei. Adsorberul trebuie sa nu indeparteze albumina, heparina, antitrombina III, fibrinogen sau electroliti (cum ar fi calciul). Sterilizare- raze gamma Durata de viata: 3 ani	Cartus dedicate adsorbției citokinelor, bilirubinei, mioglobinei, hemoglobinei libere, amoniului, acizilor biliari, toxinelor de clostridium perfringens, exotoxinelor streptococcus pyogenes, precum, si ale staphylococcus aureus. Materialul adsorbant - polimer biocompatibil. Compatibil cu orice aparat pentru hemofiltrare/ hemoperfuzie si circulatie extracorporeala (CEC, ECMO), putand fi inclus in circuitele de epurare extracorporeala cu ajutorul adaptorilor specifici. poate fi folosit in oriceterapie CRRT, HP, HD, anticoagulare cu heparina sau citrat. Volumul cartusului trebuiesa fie de 300 ml. Adsorberul trebuie sa fie folosit in tratamente de 24 de ore. Pentru primingul adsorberului este nevoie de aproximativ 2 l ser fiziologic neheparinizat. Selectivitatea molecular a pentru substantele adsorbite trebuie - pana la 55.000 Daltoni; Volumul de extracorporeal residual nu depasete 150 ml. Trebuie sa functioneze cu fluxuri cuprinse intre 100 si 700ml/min. Trebuie sa fie preumplut cu clorura de sodiu 0,9%; Adsorberul nu indeparteze albumina, heparina, antitrombina III, fibrinogen sau electroliti (cum ar fi calciul). Sterilizare- raze gamma; Durata de viata: 3 ani	CE

- Termenii și condițiile de livrare solicitati: **La comandă, după necesități în decurs de 24 ore de la solicitare, pe parcursul anului 2020**
- Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile.**

Semnat: Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor In calitate de: director
Ofertantul: „GBG-MLD,, SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65, of.607