

Specificații tehnice (F 4.1)

MTenderID: ocds-b3wdp1-MD-1771333264917						
Obiectul achiziției: “Materiale și consumabile pentru cabinetul roentghen”						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Șorț protecție radiologică pentru mături LOT 2	Libra (order code 23930)	Turcia	Radixray	Șorț de protecție pentru protecția împotriva expunerii la raze X. (Pb) fata: 0.5 mm (Pb) spate: 0.25 mm Lungimea șortului este de 120 cm. Dimensiune Umeri aproximativ - 48 cm, 53 cm. Dimensiune Soldului aproximativ - 110-125 cm, 125-140 cm. În spate total închis.	Șorț de protecție pentru protecția împotriva expunerii la raze X. (Pb) fata: 0.5 mm (Pb) spate: 0.25 mm Lungimea șortului este de 120 cm. Dimensiune Umeri aproximativ - 48 cm, 53 cm. Dimensiune Soldului aproximativ - 110-125 cm, 125-140 cm. În spate total închis. Vor fi prezentate mostre pentru testarea beneficiarului	Autorizație ANRANR, CE/ISO
Șorț protecție radiologică pentru copii LOT 3	Pediatric Apron (order code P10101)	Turcia	Radixray	Șorț de protecție pentru protecția împotriva expunerii la raze X. Pentru copii cu vârsta între 4-10 ani. Echivalent Pb: Față - 0.50 mm Spate - 0.25 mm În spate total închis.	Șorț de protecție pentru protecția împotriva expunerii la raze X. Pentru copii cu vârsta între 4-10 ani. Echivalent Pb: Față - 0.50 mm Spate - 0.25 mm În spate total închis. Vor fi prezentate mostre pentru testarea beneficiarului	Autorizație ANRANR, CE/ISO

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44