

Specificații de preț

IMSP Centrul de Sănătate Cahul

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1679488826713 din 12.04.2023 , nr.21076468									Pag.1 din 1	
Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi, piese de schimb, consumabile de laborator, vesela și articole de ustensilă, filme radiologice pentru aparatul digital și articolelelor parafarmaceutice pentru anul 2023.										
Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
LOTUL V. Specificații standard pentru reagenți privind investigații imunologice (cerințe generale pentru LotulV în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)										
5.1	33000000-0	CRP - LatexCerințe generale* + notă** (metoda latex - 100 teste), control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare	set	18	187,89	202,921	3 382,02	3 652,58	<i>Pe parcursul anului 2023, în termen de 5-10 zile de la efectuarea comenzii, la depozit IMSP CS Cahul (et.3 secția Laborator Clinic Diagnostic).</i>	MD34TRPCCF518430D000157AA
5.2	33000000-0	ASLO - Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex - 100 teste), control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare	set	18	272,00	293,760	4 896,00	5 287,68		
5.3	33000000-0	RF - Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex - 100 teste), control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare	set	18	158,00	170,640	2 844,00	3 071,52		
Total Lot							11 122,02	12 011,78		
LOTUL XIII. Specificații standard pentru veselă și articole de ustensilă de laborator (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)										
13.18	33793000-5	Teste express pentru determinarea sângelui ocult în mase fecale	buc	150	12,89	13,921	1 933,50	2 088,18		
13.20	33793000-5	Teste express pentru determinarea antigenului Helicobacter pylori în mase fecale	buc	100	27,86	30,089	2 786,00	3 008,88		
13.21	33793000-5	Teste express pentru determinarea antigenului Malaria (Plasmodium falciparum/Plasmodiumvivax) în ser / plasmă	buc	50	24,78	26,762	1 239,00	1 338,12		
Total:							17 080,52	18 446,96		

Suma totală: 18 446, 96 (Optrsprezece mii patru sute patruzeci si sase lei 96 bani) Lei .

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director
Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, Dokucaev 6. of.61

Specificatii tehnice

IMSP Centrul de Sănătate Cahul

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1679488826713 din 12.04.2023						nr.21076468	
Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi, piese de schimb, consumabile de laborator, vesela și articole de ustensilă, filme radiologice pentru aparatul digital și articolele parafarmaceutice pentru anul 2023.							Pag.1 din 1
Cod CPV	Denumirea pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33000000-0	CRP - Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex - 100 teste), control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare	CRP Latex nr.catalog 1200302	Spania	Spinreact	Cerințe generale*1.Ofertantul prezintă certificatul CE sau echivalentul lui, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile depășire) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul câștigător în termen de 5 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție 3. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99.9%și specificitatea100%. Test sistemele să conțină nu mai puțin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. 4. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godelu. Să fie posibil de a testa cite o probăNotă ** In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Procedura de efectuare să nu necesite aparatul suplimentar și să conțină cit mai puține etape. Durata efectuării investigației să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratori și standardele după deschidere să fie stabile. La toate investigațiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanții vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenții, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).	Conform Cerintelor Nr. Inregistrarii la AMDM-DM000370706	ISO, CE.
33000000-0	ASLO - Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex - 100 teste), control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare	ASLO Latex nr.catalog 12002102	Spania	Spinreact	Cerințe generale*1.Ofertantul prezintă certificatul CE sau echivalentul lui, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile depășire) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul câștigător în termen de 5 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție 3. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99.9%și specificitatea100%. Test sistemele să conțină nu mai puțin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. 4. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godelu. Să fie posibil de a testa cite o probăNotă ** In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Procedura de efectuare să nu necesite aparatul suplimentar și să conțină cit mai puține etape. Durata efectuării investigației să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratori și standardele după deschidere să fie stabile. La toate investigațiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanții vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenții, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).	Conform Cerintelor Nr. Inregistrarii la AMDM-DM000370698	ISO, CE.
33000000-0	RF - Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex - 100 teste), control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare	RF Latex nr.catalog 1200202	Spania	Spinreact	Cerințe generale*1.Ofertantul prezintă certificatul CE sau echivalentul lui, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile depășire) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul câștigător în termen de 5 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție 3. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99.9%și specificitatea100%. Test sistemele să conțină nu mai puțin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. 4. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godelu. Să fie posibil de a testa cite o probăNotă ** In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Procedura de efectuare să nu necesite aparatul suplimentar și să conțină cit mai puține etape. Durata efectuării investigației să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratori și standardele după deschidere să fie stabile. La toate investigațiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanții vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenții, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).	Conform Cerintelor Nr. Inregistrarii la AMDM-DM000370701	ISO, CE.
33793000-5	Teste express pentru determinarea sângelui ocult în mase fecale	FOB cassetta nr. Catalog TFO-602	China	AllTest	Teste express pentru determinarea sângelui ocult în mase fecale	FOB- Cassetta-Teste express pentru determinarea sângelui ocult în mase fecale Nr. Inregistrarii la AMDM-DM000377425	ISO, CE.
33793000-5	Teste express pentru determinarea antigenului Helicobacter pylori în mase fecale	H.Pylory Ag nr. Catalog IHP-602	China	AllTest	Teste express pentru determinarea antigenului Helicobacter pylori în mase fecale	H.Pylory Ag-Teste express pentru determinarea antigenului Helicobacter pylori în mase fecale Nr. Inregistrarii la AMDM-DM000377308	ISO, CE.
33793000-5	Teste express pentru determinarea antigenului Malaria (Plasmodium falciparum/Plasmodiumvivax) în ser / plasmă	Malaria p.f./p.v. nr.catalog IMPV-402	China	AllTest	Teste express pentru determinarea antigenului Malaria (Plasmodium falciparum/Plasmodiumvivax) în ser / plasmă	Malaria p.f./p.v.-Teste express pentru determinarea antigenului Malaria (Plasmodium falciparum/Plasmodiumvivax) în ser / plasmă Nr. Inregistrarii la AMDM-DM000377313	ISO, CE.

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, Dokuceaev 6. of.61