

Specificații pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Inspectoratul General al Poliției

Numărul licitație ocds-b3wdp1-MD-1682419878316 din 11.05.2023									nr. 21079105
Denumirea licitației: Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare									Lot:
Cod CPV	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	IBAN
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22800000-8	5. Thermo-shaker pentru microtuburi (tuburi Eppendorf).	buc	1	39 800,00	47 760,00	39 800,00	47 760,00	în decurs de 90 de zile după înregistrarea contractului de către Trezoreria de stat, conform DDP Incoterms	MD68TRPCAA518410B00596AA
22800000-8	9. Sistem pentru apă ultrapurificata	buc	1	67 000,00	80 400,00	67 000,00	80 400,00		
Valoarea estimativă totală						106 800,00	128 160,00		

Suma totală: 128 160 , 00 (O sută douăzeci și opt mii o sută șaiszeci) Lei, inclusiv TVA: 21 360, 00 lei .

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Inspectoratul General al Poliției

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1682419878316 din 11.05.2023					nr.21079105		
Denumirea licitației: Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare							
Cod CPV	Denumire bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință:
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Thermo-shaker pentru microtuburi (tuburi Eppendorf).	Thermo-shaker HCM100-Pro	CHINA	DLAB	Asigura amestecarea intensiva a probelor in tuburi microtest sau placi PCR într-un mediu de control al temperaturii. Funcțiile de încălzire (pana la +100 °C), de răcire (pana la +4 °C) si de amestecare pot fi realizate in același timp, dar si independent. Se utilizează pentru analiza genetica, in extracția ADN, ARN si prepararea suplimentara a probei, extracția metaboliților din materialul celular, studiul biochimic al reacțiilor. Tip agitare: orbitală; Frecvența de agitare: 250-1600 rpm; Timp de accelerare: 3 secunde; Timp operare: 96 ore; Afışaj: LCD; Încălzire cu interval de temperatură de la + 4°C la +100°C; Viteza de încălzire: 5°C/min; Viteza răcire: 5°C/min, de la +100°C la +25°C; 1,8 °C / min, de la +25 °C la +4 °C; Temperatura maximă: +100°C; Acuratețe temperatura: ±0,5 °C; Stabilitate temperatura: ±0,1 °C; Rezoluție temperatura: 0,1 °C; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz	Asigura amestecarea intensiva a probelor in tuburi microtest sau placi PCR într-un mediu de control al temperaturii. Funcțiile de încălzire (pana la +100 °C), de răcire (pana la +0,1 °C) si de amestecare pot fi realizate in același timp, dar si independent. Se utilizează pentru analiza genetica, in extracția ADN, ARN si prepararea suplimentara a probei, extracția metaboliților din materialul celular, studiul biochimic al reacțiilor. Tip agitare: orbitală; Frecvența de agitare: 200-1500 rpm ; Timp de accelerare: 3 secunde; Timp operare: 99 ore; Afışaj: TFT Încălzire cu interval de temperatură de la + 0,1°C la +100°C ; Viteza de încălzire: 5,5°C/min; Viteza răcire: 5°C/min, de la +100°C la +25°C; 0,5 °C / min, de la +25 °C la temp. camerei; Temperatura maximă: +100°C; Acuratețe temperatura: ±0,5 °C; Stabilitate temperatura: ±0,5 °C; Programe: 9;	ISO, CE
9.	Sistem pentru apă ultrapurificata	Sistem pentru apă ultrapurificata Crystal EX Pure EX-1005 + 13003	Lituania	Adrona	Debit de generare apa distilata: 8Litri/ora; Capacitatea rezervorului de păstrare: 16 Litri; Consumul de apa de răcire; Sistem automat de funcționare controlat de un microprocesor; Boiler si condensator din otel inoxidabil; Încălzitoare in otel inoxidabil; Material de construcție interior: otel inoxidabil; Este dotat cu filtru ce previne depunerea de calcar pe suprafețele componentelor de încălzire; Poate fi montat pe mase de lucru si/sau pereți; Produce apa distilata de calitate înalta desulfurata, degazata fără bacterii, având o conductivitate de 2,3 µS/cm la 25°C; Evaporatorul cu deflector din otel inox ușor accesibil; Condensatorul din otel inox este in interiorul rezervorului de stocare; Consum de energie scăzut, prin sistem de recirculare; Distilatul poate fi descărcat pe la robinetul de scurgere; Comutator electronic de siguranța întrerupe funcționarea distilatorului in cazul in care rezervorul este plin; Se re-pornește automat când nivelul distilatului este scăzut; Termostat de siguranța întrerupe funcționarea in cazul in care debitul de apa in rezervor este scăzut; Senzor electronic de impurități, ce oprește funcționarea in cazul unui conținut înalt de impurități in apa din evaporator; Certificate necesare instalării laboratorului genetic;	Tehnologia de osmoză inversă plus deionizare Debit de generare apa distilata: 10Litri/ora ; Capacitatea rezervorului de păstrare: 25 Litri ; Unul dintre avantajele sistemelor de deionizare este că este cea mai puțin costisitoare metodă de a atinge nivelul dorit de puritate a apei. Calitatea apei curate obtinute asigura o durata de viata mai lunga a produselor si dispozitivelor folosite. Faptul că poate funcționa automat fără efort suplimentar înseamnă că sistemele de deionizare sunt utile. Este cel mai preferat sistem dintre metodele de tratare a apei folosind cea mai recentă tehnologie. Produce apa distilata de calitate înalta desulfurata, degazata fără bacterii, având o conductivitate de 0,1 µS/cm la 25°C ; Avantajele osmozei inverse – principalele sale avantaje sunt eliminarea a până la 99,9% a impurităților la nivel molecular, posibilități largi de aplicare și o selecție largă de modele pentru orice nevoie. In momentul de fata, osmoza inversa este considerata cea mai eficienta tehnologie pentru a rezolva problema obtinerii de apa ultrapura in scopuri medicale.	ISO, CE

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6