

		Specificații tehnice							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr. _____						Data: „ ____ ” _____ 20 ____	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Electroade combinat Tip ac+bila ceramica(hibrid)	Electroade combinat Tip ac+bila ceramica(hibrid)	FM-EK0005-2(2300)	Coreea	Finemedix	Electrod hibrid combinat cu doua tipuri de cutite, pentru a acoperi toate etapele precum marcare, pretaierea, incizia si disectia cu un cutit de tip bila ceramica si tip ac.	Electrod hibrid combinat cu doua tipuri de cutite, pentru a acoperi toate etapele precum marcare, pretaierea, incizia si disectia cu un cutit de tip bila ceramica si tip ac.	DM000322893
33100000-1	17	Electrod pasiv, Lamiday Noury	Electrod pasiv, Lamiday Noury	Accesoriu OPTIMA - VPLAD2	Franta	Lamidey Noury	Electrod pasiv de o singura folosinta, cu un contact placa cu lipici, pentru maturi, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia	Electrod pasiv de o singura folosinta, cu un contact placa cu lipici, pentru maturi, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia	DM000530447
33100000-1	62	Papilotom tip 3 lumen, virf filiform	Papilotom tip 3 lumen, virf filiform	99023681 / 99023081	Germania	MTWendoskopie	Papilotom 3lumen, virf filiform 7-8 mm radiopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului, lungimea de taiera 15-20-25-30 mm (la solicitare), diametrul 1,9-2,5 mm, ungimea 200-220 cmcm, cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid)	Papilotom 3lumen, virf filiform 7-8 mm radiopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului, lungimea de taiera 15-20-25-30 mm (la solicitare), diametrul 1,9-2,5 mm, ungimea 200-220 cmcm, cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid)	DM000436718
33100000-1	63	Papilotom canular biluminar	Papilotom canular biluminar	99020051	Germania	MTWendoskopie	electrod de taiere arcuat 20- 30 mm, lungime nu mai mic de 2000 mm.	electrod de taiere arcuat 20- 30 mm, lungime nu mai mic de 2000 mm.	DM000436718
33100000-1	64	Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila	Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila	99023361 / 99023371 / 99023381	Germania	MTWendoskopie	Papilotom Tip 3Lumen, rotativ, lungimea de taiere 20- 25 mm, partial izolat 15mm, port irigare, port ghid de 0,35, diametru 5-6 Fr (2-2,8 mm) , lungimea cateter 2000-2020mm.	Papilotom Tip 3Lumen, rotativ, lungimea de taiere 20- 25 mm, partial izolat 15mm, port irigare, port ghid de 0,35, diametru 5-6 Fr (2-2,8 mm) , lungimea cateter 2000-2020mm.	DM000436718
33100000-1	75	Proba argon pentru colonoscopie / gastroscopie	Proba argon pentru colonoscopie / gastroscopie	Accesoriu OPTIMA-V11A401	Franta	Lamidey Noury	proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" aflat in dotare	proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" aflat in dotare	DM000530447

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti, str. Vasile Lupu 6