

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. oeds-b3wdp1-MD-1742393594244 din 28.03.2025						
Obiectul de achiziție: Reagenți și consumabile de laborator, pentru anul 2025						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lotul 2: Cercetarea sistemului de hemostază pentru Coagulometru X Pro (Certificat de compatibilitate)						
Set Tromboplastină, lichidă gata de lucru	A0230-100	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Set flacon 10x10 ml, cu stabilitatea reagentului timp de 30 zile după deschidere	Set flacon 10x10 ml, cu stabilitatea reagentului timp de 30 zile după deschidere. Instrucțiunea și broșura de la producător se anexează	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Plasma de control normal 7 parametri	P6001-010	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Set flacon 1x 1 ml	Set flacon 1x 1 ml. Instrucțiunea și broșura de la producător se anexează	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Plasma de control patologică 7 parametri	P6101-010	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Set flacon 1x 1 ml	Set flacon 1x 1 ml. Instrucțiunea și broșura de la producător se anexează	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Set pentru determinarea fibrinogenului	A0511-020	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Set flacon 10 x2 ml	Set flacon 10 x2 ml. Instrucțiunea și broșura de la producător se anexează	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
IBS buffer pentru fibrinogen	A0590-125	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Set flacon 1x125 ml	Set flacon 1x125 ml. Instrucțiunea și broșura de la producător se anexează	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Calibratori pentru determinarea fibrinogenului	P8001-005	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Set flacon 1x1 ml	Set flacon 1x1 ml. Instrucțiunea și broșura de la producător se anexează	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Cuve de reacție	24 100 00	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	cu codul de bare de la producător	Cuve de reacție cu codul de bare de la producător. Instrucțiunea și broșura de la producător se anexează	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul 4: Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei						

Sânge, urobilinogen, bilirubina, proteina, greutatea specifică, pH, glu-coza, nitriți, leucocite.	U031-101 (10U)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Sânge, urobilinogen, bilirubina, proteina, greutatea specifică, pH, glu-coza, nitriți, leucocite.	Sânge, urobilinogen, bilirubina, proteina, greutatea specifică, pH, glu-coza, nitriți, leucocite. Instrucțiunea și broșura de la producător se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat CE, Certificat ISO, Autorizație
---	----------------	-----	---------------------------	---	--	---

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9