

**Ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației Nr 21135050 _Reactive – 2024_,
Lotul 17 (oferte alternative), pozițiile 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 (Teste rapide la CK-MB/cTnI/Myo, CRB+hs-
CRP, D-Dimer, NT-pro BNP, PCT) v-ă aduc la cunoștință următoarele:**

Cerințe obligatorii pentru ofertele alternative pentru lotul 17 Anunț de participare.
Condiții contractuale pentru Oferte alternative:

- **Analizator complet automat** pentru investigații point-of-care
- Test rapid cantitativ
- Metoda imunofluorescență
- Imprimantă termică încorporată
- Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă
- Conectare la protocolul LIS prin ethermet

SRL «PROFILABDIAGNOSTIC»

Ofertat Analizator imunofluorescent Finecare FIA Meter Plus – FS 113, WondFo. Nu a fost anexată informație suplimentară (descriere, parametri tehnici, broșura). Informația a fost obținută de pe pagina web a producătorului Wondfo.

Ca urmare a examinării ofertei s-a constatat că este analizator manual cu un canal de testare, care presupune pregătirea testului, pipetarea manuală a probei, necesită implicarea operatorului în procesul operational, prezența permanentă la analizator pentru a introduce probele și descărcarea testului măsurat. Productivitatea analizatorului foarte joasă 4-6 teste pe oră. Operațiunile manuale aduc la greșeli de operare, pipetare și respectiv la un rezultat neveridic.

Reieșind din cele menționate, oferta operatorului economic _ProfilabDiagnostic_ nu corespunde în totalmente specificațiilor tehnice solicitate și se respinge.

SRL «IMUNOTEHNOMED»

Ofertat Analizator imunofluorescent Genrui FA 50. Urmare a examinării ofertei s-a constatat că este analizator manual cu un canal de testare, care presupune pregătirea testului, pipetarea manuală a probei, necesită implicarea operatorului în procesul operational, prezența permanentă la analizator pentru a introduce probele și descărcarea testului măsurat. Productivitatea analizatorului foarte joasă - 4 teste pe oră. Operațiunile manuale aduc la greșeli de operare, pipetare și respectiv la un rezultat neveridic.

Reieșind din cele menționate, oferta operatorului economic _Imunotehnomed_ nu corespunde în totalmente specificațiilor tehnice solicitate și se respinge.

SRL «GBG-MLD»

Ofertat Analizator imunofluorescent WS-Mi6000 WESAIL. Urmare a examinării ofertei s-a constatat că este analizator manual cu 6 canale de testare, care presupune pregătirea testului, pipetarea manuală a probei, necesită implicarea operatorului în procesul operational, prezența permanentă la analizator pentru a introduce probele și descărcarea testului măsurat. Operațiunile manuală aduc la greșeli de operare, pipetare și respectiv la un rezultat neveridic.

Reieșind din cele menționate, oferta operatorului economic _GBG-MLD_ nu corespunde specificațiilor tehnice solicitate și se respinge.

SRL «SANMEDICO»

Ofertat Analizator imunofluorescent Getein 1600, GP Getein Biotech.. Urmare a examinării ofertei s-a constatat că este analizator complet automat cu 48 probe pe bord cu productivitatea de 150 teste pe oră. Pipetarea, calibrarea și diluția probei full automată, ce nu necesită implicarea operatorului în procesul operational. Seturile de reagenți sunt dotate cu vârfuri cu filtru pentru evitarea cross-contaminării.

Reieșind din cele menționate, pentru pozițiile licitate 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 (Teste rapide la CK-MB/cTnI/Myo, CRB+hs-CRP, D-Dimer, NT-pro BNP, PCT), se propune de desemnat ca câștigător oferta operatorului economic SRL «Sanmedico», deoarece corespunde tuturor cerințelor solicitate.