

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1606830471722 din 01/12/2020

Denumirea licitației: Servicii de mentenanță, întreținere și reparație a sistemelor de depistare a substanțelor radioactive.

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii			
50800000-3	Servicii de mentenanță, întreținere și reparație a sistemelor de depistare a substanțelor radioactive	Conform informației expuse în pct.2 al Cap. II	- Înlocuire și ajustare desicant (1 lb. pe pilon). - Inspectarea cabinetelor monitoarelor portale și cutiilor de distribuție în vederea penetrărilor neautorizate, prelingerilor de apă, semnelor de rugină, lubrifiere a balamalelor. - Verificare, depanare și	Nu se aplică

			reparație a componentelor din sistemul integrat-autonom mobil MDS VAN. - Testarea complexului mobil MDS VAN in timp real cu soft specializat. - Inspectarea periodica a monitoarelor portale de tip Auto, Pasager, Tren, cu efectuarea procedurilor de testare electrică/electronică a acestora conform cerințelor Programului NSDD. - Verificare/testare, depanare si reparație a sistemului complex de încărcare a	
--	--	--	---	--

			bateriilor pentru monitoarele portale și cutiile de distribuție. - Efectuarea Testului de conformitate și completarea documentației necesare. - Înlocuirea (după caz) detectoarelor Gamma și alinierea electronică a acestora. - Inspecția periodică a sistemului de încărcare Pronautica la sistemele mobile MDS Van. - Reînnoirea periodică a firmware la Rabbit board din complex SCA-775.	
--	--	--	---	--

			- Extragerea ”fișierelor zilnice” cu analiza acestora și expedierea lor către North Pacific National Laboratory. - Menținerea periodică a detectoarelor portabile RPM-470: înlocuirea bateriilor, verificarea/curățirea conexiunilor/contactelor la plăcile electronice interne. - Restabilirea și menținerea Sistemului Național de Comunicații NSDD - De a efectua verificarea și ajustarea tensiunilor conform hărții	
--	--	--	---	--

			de tensiuni prezentata de către Oak Ridge National Laboratory sau North Pacific National Laboratory după analiza ”fișierelor zilnice”	
	TOTAL			

Semnat: _____

Numele, Prenumele: *Alexandr Braila*

În calitate de: *Director*

Ofertantul: *Agrochim Trade SRL*

Adresa: *str. Nicolae Milescu Spatarul 23 ap 216, MD-2075, Republica Moldova*