

Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:			LP nr. <u>gcds-h3wdp1-MD-1731421953079/21309991</u>				Data: <u>„12” decembrie 2024</u>		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			”Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 31)”						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	2	TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE	TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE	32116015/ 32116413/ 32116402/ 32116511/ 90R0104/ 85525922/ 85261504 /55251051/ 51640011/ 22250011/ 4171223/ 100- 013/ 100-302/ 242-008/ 280- 03S/ 351-05S	Germania/Polonia	Richard Wolf/ EMED	Descriere: TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE pentru vizualizare și intervenții chirurgicale. Troleu pentru dispozitive-1 unit: Mobil pe 4 roți antistatice echipate cu frâne de blocare, sursă de energie cu subdistribuitoare electrice integrate cu min. 6 prize (numărul de prize să asigure conectarea tuturor unităților pentru buna funcționare a sistemului); Suport pentru monitor, ajustabil pe înălțime, cu posibilitate de rotire și înclinare; 4 rafturi + Tavan pentru tastieră. Monitor medical- 1 unit: Diagonala min. 27”; Rezoluție: min. 1920 x 1080 (Full HD); Intrări video: min. DVI, VGA; Asigura transmiterea video de înaltă calitate în timp real; Unghi de vedere min. 178 grade vertical/orizontal; Cap camera FULL HD- 1 unit: Senzor 3CDD/CMOS; Sterilizabil (sa se indice metoda de sterilizare); Cameră cu capacitate Full HD, mărirea imaginii fără a pierde calitatea; Focalizare la distanță minim în diapazonul 15-30 mm ± 2mm; Cablul lungime minim 3m; Butoane ușor programabile, minim. 2. Videooperator- 1 unit: Posibilitate de capturare foto cu rezoluția min. 1920x1080p, format jpeg; Posibilitatea de capturare video de calitate înaltă; Video ieșire 2xDVI-D, 1xSDI; USB Interfață minim 2xUSB; Sursa de lumina (Integrat în videooperator sau aparte)- 1 unit: Sursa de lumina LED; Durata de funcționare, ore min. 30.000; Temperatura de culoare aprox. 6400 K; Controlului reglabil al luminozității; Pompa de aspirație și de irigare- 1 unit: Inclus cablu de alimentare, alimentare 240 VAC, 50/60 Hz; Set tuburi, irigare de unică folosință pentru utilizare cu POMPA, pachet de min 10 buc. Unitate electrochirurgicală- 1 buc: Coagulator mono/bipolar; Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc; Pedală de picior; Cablul de interconexiune electrod neutru; Electrod neutru - 2 Buc; Cablul unipolar de înaltă frecvență, lungime min. 3m , pentru utilizare coagulator mono/bipolar; Cablul bipolar de înaltă frecvență, lungime min. 4m, pentru coagulator; Să fie oferiiți și enumerați în ofertă (cu indicarea modelului/număr de articol) toți accesorii necesari pentru buna funcționare a Troleului neurochirurgical	Descriere: TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE pentru vizualizare și intervenții chirurgicale. Troleu pentru dispozitive-1 unit: - brosura pag. 8,9,10,12 Mobil pe 4 roți antistatice echipate cu frâne de blocare, sursă de energie cu subdistribuitoare electrice integrate cu 12 prize (numărul de prize să asigure conectarea tuturor unităților pentru buna funcționare a sistemului); Suport pentru monitor, ajustabil pe înălțime, cu posibilitate de rotire și înclinare; - brosura pag.10 4 rafturi + Tavan pentru tastieră - brosura pag.11 Monitor medical- 1 unit: - brosura pag.17-18 Diagonala min. 27” ; - brosura pag.17-18 Rezoluție: min. 1920 x 1080 (Full HD);- brosura pag.17-18 Intrări video: min. DVI, VGA;- brosura pag.17-18 Asigura transmiterea video de înaltă calitate în timp real;- brosura pag.17-18 Unghi de vedere min. 178 grade vertical/orizontal;- brosura pag.17-18 Cap camera FULL HD- 1 unit: Senzor 3CDD/CMOS; - brosura pag. 4-5 Sterilizabil (autoclavare); Cameră cu capacitate Full HD, mărirea imaginii fără a pierde calitatea; Focalizare la distanță minim în diapazonul 13-29 mm - brosura pag.1 Cablul lungime minim 3m; - brosura pag. 4-5 Butoane ușor programabile, minim. 2 - brosura pag. 4-5 Videooperator- 1 unit:- brosura pag. 2,3 Posibilitate de capturare foto cu rezoluția min. 1920x1080p, format jpeg; Posibilitatea de capturare video de calitate înaltă;- brosura pag. 2,3 Video ieșire 2xDVI-D, 1xSDI;- brosura pag. 2,3 USB Interfață 2xUSB;- brosura pag. 2,3 Sursa de lumina (Integrat în videooperator sau aparte)- 1 unit: Sursa de lumina LED; - brosura pag. 6,7 Durata de funcționare, ore min. 30.000; - brosura pag. 6,7 Temperatura de culoare 6500 K; - brosura pag. 6,7 Controlului reglabil al luminozității; - brosura pag. 6,7 Pompa de aspirație și de irigare- 1 unit: - brosura pag. 22,23 Inclus cablu de alimentare, alimentare 240 VAC, 50/60 Hz; - brosura pag. 22,23 Set tuburi, irigare de unică folosință pentru utilizare cu POMPA, pachet de min 10 buc. - brosura pag. 21 Unitate electrochirurgicală- 1 buc: - brosura pag. 13,16 Coagulator mono/bipolar;- brosura pag. 13,16 Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc;- brosura pag. 13,16 Pedală de picior;- brosura pag. 15 Cablul de interconexiune electrod neutru;- brosura pag. 14 Electrod neutru - 2 Buc;- brosura pag. 13,16 Cablul unipolar de înaltă frecvență, lungime min. 3m , pentru utilizare coagulator mono/bipolar;- brosura pag. 19 Cablul bipolar de înaltă frecvență, lungime min. 4m, pentru coagulator;- brosura pag. 20 Să fie oferiiți și enumerați în ofertă (cu indicarea modelului/număr de articol) toți accesorii necesari pentru buna funcționare a Troleului neurochirurgical	CE/ISO DM000567215/ DM000567199/ DM000567196/ DM000567191/ DM000567208/ DM000567208/ DM000640559/ DM000657265

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Victor GHEREG** În calitate de: **Director**.

Ofertantul: **Endo-Chirurgie SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, nr. 9.**

Specificații de preț										
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]										
Numărul licitației:			LP nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1731421953079/21309991</u> .					Data: „12” decembrie 2024.		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			”Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 31)”.							Pagina: __din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2			3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	2	TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE	TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE	bucată	1	1,610,140.00	1,932,168.00	1,610,140.00	1,932,168.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total :								1,610,140.00	1,932,168.00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Victor GHEREG** În calitate de: **Director**.

Ofertantul: **Endo-Chirurgie SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, nr. 9.**