

Specificații tehniceNumărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1652280834407**

Denumirea procedurii de achiziție: LD Utilaj si echipament delaborator , pentru anul 2022

Autoritatea contractanta : SA Apa-Canal Chisinau

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
38436300-3	7	Incubator (termostat)	TC-80	Rusia	Smolenckoe sktb	Interior de inox, volumul intern a camerei de lucru 80 litri; cu rafturi; gama de temperatură de la 20 OC la 60 OC; clasa de precizie $\pm 1,00$ OC Termostatarea la $(44 \pm 0,5)$ OC probelor, pentru investigațiile microbiologice, confirmare abacteriilor coliforme, E-coli, enterococi.	Interior de inox, volumul intern a camerei de lucru 80 litri; cu rafturi; gama de temperatură de la 20 OC la 60 OC; clasa de precizie $\pm 1,00$ OC Termostatarea la $(44 \pm 0,5)$ OC probelor, pentru investigațiile microbiologice, confirmarea bacteriilor coliforme, E-coli, enterococi.	Certifica t de conformi tate

Semnat: Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova