

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1732024212600 din 29 nov 2024, 9:30 - 20 dec 2024, 9:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 32)

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	2	Spirometru pentru PC	Spirolab	Italia	MIR	Parametri tehnici: Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Gama de volum: De la 0,025 până la 8 L; Eroare de volum: $\pm 3\%$; Gama de flux: Până la 16 l/s; Eroare de flux: $\pm 5\%$; Memorizarea tuturor testelor efectuate: obligatoriu; Parametrii măsurați: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf; Elaborare și printare raport: obligatoriu; Interfața PC: USB/RS 232; Soft licențiat inclus pentru procesarea și printarea datelor măsurate: obligatoriu;	Parametri tehnici: Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Gama de volum: De la 0 până la 10 L; Eroare de volum: $\pm 2.5\%$; Gama de flux: Până la ± 16 l/s; Eroare de flux: $\pm 5\%$; Memorizarea tuturor testelor efectuate: obligatoriu; Parametrii măsurați: FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST, FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/PEF, FEV1/VC, FEV1/FEF0.5, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEF7585, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC, FIF25, FIF50, FIF75, R50, MVVcal, PIF, IRV, VC, EVC, IVC, IC, ERV, IRV, FEV1/VC, TV, VE, RR, ti, te, ti/t-tot, TV/ti, MVV Elaborare și printare raport: obligatoriu; Interfața PC: USB/Bluetooth Soft licențiat inclus pentru procesarea și printarea datelor măsurate: obligatoriu; MIR Spiro software (1an gratis, apoi subscriere: 3000 lei cu TVA inclus pentru 1 an)	DM000323215
331 000 00-1	3	Densitometru osos cu ultrasunete	SONOST 3000	Coreea	OsteoSys	Densitometru osos cu ultrasunete Specificatie Parametru Zona de scanare Calcaneul Parametru de scanare SOS Timpul scanarii, sec ≤ 15 Rezultate T-score Z-score SOS Compensare automată a temperaturii sau tehnologie echivalenta obligatoriu Sistem de pozitionare obligatoriu	SONOST 3000 “ OsteoSys, Korea Calcaneus (Heel), pag. 2 broșura SOS, pag.2 broșura T-score pag. 2 broșura Z-score SOS Temperature compensation function, pag.2 broșura Automatic positioning probes, pag 2 broșura Da , USB, pag.46 User manual	DM000344405

						Export datelor obligatoriu Mediu de cuplare acustică gel Soft de analiza obligatoriu Display LCD integrat sau stație de lucru externă (PC) Imprimanta incorporata sau externa, sa se indice cod produsului Alimentare 200-240 V, 50 Hz Accesorii Gel USG 1 litru ≥ 1 buc, sa se indice codul produsului Hîrtie termosensibilă ≥ 10 buc, sa se indice codul produsului și marimile hîrtiei oferite (ex. 80 mm x 20 m x 12 Ext)	PACS pag.72 UserManual Da acustic gel , pag.37 User Manual Da SW ,pag 41 User Manual; FRAX, pag 77 UserManual Touch screen : 7" color TFT LCD monitor, pag 2 Brosura Built-in computer and thermal printer , pag.2 brosură AC 100V ~ 240V, 50/60Hz pag. 89 userManual GIMA P/N33288 Ultrasund gel 1L Da 10 buc - Paper type: Thermal paper with 58mm width, and minimum thickness of 0.07mm (About 80 reports are printable with one roll), pag.39 UserManual	
331 000 00- 1	4	Electrocoagulator	Excell 200MCDSe	Italia	Alsa	Parametrul Specificația: Descriere: dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă; Frecvența de lucru monopolară și bipolară: "cuprinsă înre 300 KHz și 1 MHz"; Canale de ieșire: Monopolar izolat; Comutator de mină; Comutator de picior tip pedală dublă; Bipolar. Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere ≥ 200 W; ≥ 300 Ohm; Coagulare ≥ 100 W; ≥ 300 Ohm; Bipolar: Tăiere ≥ 100 W; ≥ 50 Ohm; Coagulare ≥ 80 W; ≥ 50 Ohm; Funcție de autotestare; Canal de ieșire independentă; Indicatoare acustic și vizual; Control volum sunet; Accesorii: Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri- 2 buc., să se indice codul produsului; Electrod neutru reutilizabil, tip adult- 2 buc., să se indice codul produsului; Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri- 2 buc., să se indice codul produsului; Lame reutilizabile pentru bisturiu- 10 buc., să se indice codul produsului; Pedală dublă- 1 buc., să se indice codul produsului; Troliu (Să se indice modelul oferit): Mobil pe 4 roți; Minim 2 roți cu frînă; Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii; Compatibil cu dispozitivul.	Parametrul Specificația: Descriere: dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă; Frecvența de lucru monopolară și bipolară: "cuprinsă înre 440 KHz; Canale de ieșire: Monopolar izolat; Comutator de mină; Comutator de picior tip pedală dublă; Bipolar. Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere ≥ 200 W; ≥ 350 Ohm; Coagulare ≥ 150 W; ≥ 350 Ohm; Bipolar: Tăiere ≥ 104 W; ≥ 300 Ohm; Coagulare ≥ 120 W; ≥ 100 Ohm; Funcție de autotestare; Canal de ieșire independentă; Indicatoare acustic și vizual; Control volum sunet; Accesorii: Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri- 2 buc., Incluz in NP/A Electrod neutru reutilizabil, tip adult- 2 buc., NP/A Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri- 2 buc., MPE/CMS Lame reutilizabile pentru bisturiu- 10 buc., E1 Pedală dublă- 1 buc., DS/E Troliu H/23E Mobil pe 4 roți; Minim 2 roți cu frînă; Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii; Compatibil cu dispozitivul.	DM000051749
331 000 00- 1	6	VideoBronhoscop	BF-Q190	Japonia	Olympus	Descriere Video bronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori, compatibil cu sistemul video endoscopic Olympus EVIS EXERA III Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3- 100 mm	Da, compatibil, BF.pdf - pag 2 Da, 120 grade, BF.pdf - pag 2 Da, 0, BF.pdf - pag 2 Da, 3-100, BF.pdf - pag 2	DM000659722

						Capul distal ≤ 5,5 mm Diametrul exterior ≤ 5,1 mm Înclinarea capului distal sus/jos 210/130 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente ≥ 2,0 mm Accesorii Valvă de aspirație unica folosinta - 20 buc Valvă pentru biopsie unica folosinta - 20 buc Piesă bucală -1 unit. Compatibilitatea Compatibil cu Sistem Video Endoscopic EVIS EXERA III, CV-190&CLV-190 Olympus din dotare Metode de sterilizare Chimic Compatibil cu masina de spalat/dezinfectat endoscoape ETD-4, Olympus, din dotare Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare	Da, 4.8, BF.pdf - pag 2 Da, 4.9, BF.pdf - pag 2 Da, 210/130, BF.pdf - pag 2 Da, 4.9mm, BF.pdf - pag 2 Da, 600, BF.pdf - pag 2 Da, 2.0mm, BF.pdf - pag 2 Da, MAJ-210, 20 buc Da, MAJ-209, 20 buc Da, MB-142, 1 buc Da, compatibil, BF.pdf - pag 2 Da, chimic Da Da, reutilizabil"	
331 000 00- 1	7	VideoGastrosocp	GIF-H185	Japonia	Olympus	Descriere "Destinat investigațiilor video-gastroscopice ce permite examinarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei, compatibil cu sistemul video endoscopic Olympus EVIS EXERA III" Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul câmpului de vedere ≥ 140 grade Înclinarea câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2- 100 mm Capul distal ≤ 9.2 mm Diametrul exterior ≤ 9,5 mm Înclinarea capului distal sus/jos 210/90 grade Diametrul tubului introdus ≤ 10 mm Lungimea de lucru ≥ 1000 mm Canalul de instrumente ≥ 2,5 mm Accesorii Valvă aer/apă - 1 buc Valvă de aspirație - 1 buc Valvă pentru biopsie reutilizabila - 1 buc Piesă bucală -1 unit. Compatibilitatea Compatibil cu Sistem Video Endoscopic EVIS EXERA III, CV-190&CLV-190 Olympus din dotare Metode de sterilizare Chimic Compatibil cu masina de spalat/dezinfectat endoscoape ETD-4, Olympus, din dotare Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare	Da, NBI Da, 140, GIF.pdf - pag 2 Da, 0, GIF.pdf - pag 2 Da, 2-100, GIF.pdf - pag 2 Da, 9.2, GIF.pdf - pag 2 Da, 9.2, GIF.pdf - pag 2 Da, 210/90,GIF.pdf - pag 2 Da, 9.2mm, GIF.pdf - pag 2 Da, 1030mm, GIF.pdf - pag 2 Da, 2.8mm, GIF.pdf - pag 2 Da, MH-438, 1 buc Da, MH-443, 1 buc Da, MB-358, 1 buc Da, MB-142, 1 buc Da, GIF.pdf - pag 2 Da Da Da, reutilizabil"	DM000659728

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**