

Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor și a serviciilor furnizate, Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L., atestă că: produsul Oxigen medical lichid (O₂ - criogenic) livrat clientului S.C. „Dirove Nord” S.R.L. este conform specificațiilor acestuia, corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametri de calitate.

Nr. inmatric. Cisterna/lot: LTK 5 /0,25
Partida № 2709


No	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 6331-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de	99,50	99.80
2	Concentrația de C ₂ H ₂ , în %,	Absent	absent
3	Concentrația de CO ₂ la 1 dm ³ de oxigen lichifiat, cm ³ , nu mai mare	3,0	0.18
4	Conținutul de ulei	Absent	absent
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	reținut
6	Conținutul de acizi și baze gazoase	Reținut conform aliniatului 3.7	reținut
7	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	reținut
8	Umeditatea și impuritățile mecanice	Reținut conform aliniatului 3.9	reținut
9	Prezența mirosului	Absent	absent

Calitatea oxigenului corespunde conform GOST 6331-78

Inginer laborant: _____

Data: 28.09.2022

Laboratorul Secției de Producere



ICS "TehGaz Grup" SRL

MD-2069, or. Chişinău, str. Mesager 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

Certificat de calitate № 2966

pentru oxigen medicinal în stare lichefiată

Partida №: 2709

Numărul cisternei IITK 5 /0.25

Masa netă 9 tone

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 6331-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de	99,50	99.80
2	Concentrația de C ₂ H ₂ , în %,	Absent	absent
3	Concentrația de CO ₂ la 1 dm ³ de oxigen lichifiat, cm ³ , nu mai mare	3,0	0.18
4	Conținutul de ulei	Absent	absent
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	reținut
6	Conținutul de acizi și baze gazoase	Reținut conform aliniatului 3.7	reținut
7	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	reținut
8	Umeditatea și impuritățile mecanice	Reținut conform aliniatului 3.9	reținut
9	Prezența mirosului	Absent	absent

Calitatea oxigenului corespunde conform GOST 6331-78

Inginer laborant: _____
Laboratorul Secției de Producere

Data: 28.09.2022

