

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1772544460233](#) din 10 mart 2026

Obiectul achiziției: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 8)**

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
|---|---|-----------------|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| LOT NR.7-Endomotor cu apex locator | Endomotor cu apex locator | China | Koungsun | <p>Descriere: Dispozitiv profesional destinat tratamentelor endodontice moderne, cu localizator apex integrat, control precis al vitezei, cuplului și mișcărilor pentru siguranță și acuratețe maximă.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Sistem de control și operare:</p> <p> Tip ecran color tactil</p> <p> Reglaj luminozitate Obligatoriu</p> <p> Reglaj volum semnal Obligatoriu</p> <p>Performanțe tehnice:</p> <p> Viteză reglabilă 150 – 1000 rpm</p> <p> Cuplu reglabil 0,6 – 3,9 Ncm</p> <p> Tip motor brushless opțional</p> <p> Rotație 360° complet</p> <p> Iluminare LED integrat</p> | Conform Anexei 1 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Sistem endodontic:</p> <p>Localizator apex integrat</p> <p>Moduri de lucru Reciproc, OTR + OGP (Smart Pilot sau echivalent), ATR</p> <p>Funcții automate Auto apical reverse, Auto apical slowdown, Auto torque reverse</p> <p>Compatibilitate compatibil cu majoritatea sistemelor de ace rotative</p> <p>Alimentare baterie reîncărcabilă.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Dulgher Serghei

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ADLES SRL

Adresa: mun.Chisinau, str. Hristo Botev 19/1