

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1684507095715 / 21080839	din 03 iulie 2023
Obiectul de achiziție:	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare și Grupul II Laborator conform necesităților IMSP beneficiare	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
48	33100000-1	Analizator automat, cu chemoluminiscenta Cod 150300	CL-1200i	China	Mindray	Analizator automat, cu chemoluminiscentă Cod 150300 Parametru Specificație Descriere- Analizator automat care utilizează tehnici imunologice care implică interacțiunea unui anticorp cu un antigen și hapten Tip sistem- complet automat Tip probă urină ser plasmă singe integru Capacitate de lucru ≥ 60 probe/h Posibilitatea integrării într-un sistem informational centralizat (LIS) da Random acces da Metoda chemoluminiscentă amplificată enzimatic Nr. Probe ≥ 60 probe la bord Reagenți ≥ 25 la bord Stabilitate reagent ≥ 28 zile Afișaj alfanumeric, color Printer da Cititor cod bare da Interfață PC bidirecțională Analizatorul va fi livrat cu reagenți conform listelor de reagent solicitați da Sistem de purificare și deionizare a apei cu productivitatea conform cerințelor analizatorului (să se indice prețul separate) Teste - TSH, FT4, T4, FT3, Free PSA, PSA total, CEA, AFP, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, Prolactina, Progesteronul, FSH, LH, Estradiol, Cortizol, Testosteron, Anti-TG Ab, Anti-TPO Ab, Produse degradabile țesut osos (β cross lass au Pyrilink-D), Calcitonina, Hormonul paratiroid, Hormoni reproductive (de indicat) Limba de comunicare rom/rus Alimentarea 220 V, 50 Hz	Analizator automat, cu chemoluminiscentă Cod 150300 Parametru Specificație Descriere- Analizator automat care utilizează tehnici imunologice care implică interacțiunea unui anticorp cu un antigen și hapten Tip sistem- complet automat Tip probă urină - Manual, pagina 3-2 ser - Manual, pagina 3-2 plasmă - Manual, pagina 3-2 singe integru - Manual, pagina 3-2 Capacitate de lucru - 180 probe/h - Brosura, pagina 6 Posibilitatea integrării într-un sistem informational centralizat (LIS) da - Manual, pagina 1-27 Random acces da - Brosura, pagina 4 Metoda chemoluminiscentă amplificată enzimatic - Brosura, pagina 3 Nr. Probe - 60 probe la bord - Brosura, pagina 6 Reagenți - 25 la bord - Brosura, pagina 6 Stabilitate reagent - pînă la 56 zile - Brosura, pagina 4 Afișaj alfanumeric, color Printer da - Printer color extern Cititor cod bare da - Brosura, pagina 6 Interfață PC bidirecțională - Manual, pagina 1-4 Analizatorul va fi livrat cu reagenți conform listelor de reagent solicitați da Sistem de purificare și deionizare a apei - Analizator CL-1200i nu folosește apa și astfel nu suporta costuri suplimentare pentru sistem de pregătire a apei!!! Teste - TSH, FT4, T4, FT3, Free PSA, PSA total, CEA, AFP, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, Prolactina, Progesteronul, FSH, LH, Estradiol, Cortizol, Testosteron, Anti-TG Ab, Anti-TPO Ab, Calcitonina, Hormonul paratiroid, Hormoni reproductive (β HCG, LH, FSH, PRL, E2, E3, PROG, TESTO) - Brosura, pagina 5 Limba de comunicare rus - Soft pe CD (la instalare) Alimentarea 220 V, 50 Hz - Brosura, pagina 6	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**În calitate de: **Director**Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**