

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dotarea IMSP Spitalul Raional Glodeni cu sistem de videoendoscopie digestivă

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP "Spitalul Raional Glodeni"
2. IDNO: 1003602150721
3. Adresa: Republica Moldova, MD4901, or. Glodeni, str. Moldova nr. 29
4. Numărul de telefon/fax: Tel: 067657279 Fax: 024922963
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srglodeni@ms.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>1</b>		<b>Lotul 1 - Sistem de videoendoscopie digestivă</b>				<b>840 000</b>
1.1	33124110-9	<b>VIDEOGAS TROSCOP HDTV</b>	Buc.	1	a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau HD cu rezoluție nu mai mică de 1980x1080pixeli (1080P) b) Camp de vedere (minim): 140° c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei d) Adâncimea câmpului vizual (minim): 2-100 mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100° f) Manerul de comandă prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda minim următoarele funcții setate: - înghețarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice	

					<p>catre dispozitive de inregistrare predefinite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video</li> <li>- zoom electronic</li> <li>- modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor</li> <li>- imbunatatire a imaginii</li> <li>- modificarea contrastului</li> <li>- reducerea zgomotului imaginii endoscopice</li> <li>- cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare</li> <li>- iris</li> <li>- AGC (Automatic Gain Control)</li> <li>- cresterea si scaderea luminozitatii</li> <li>- stergerea sau afisrea datelor pe monitor</li> <li>- cronometru</li> <li>- balansul de alb</li> <li>- aprinderea sau stingerea lampei de la sursa de lumina</li> <li>- inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video</li> <li>- pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa</li> </ul> <p>g) Canal instrumentar min. 2,8 mm  h) Diametru exterior maxim al tubului de insertie: 9,2 mm  i) Cipul endoscopului sa stocheze datele de identificarea ale endoscopului care se afiseaza pe ecran  j) Lungimea de lucru (minim): 1000 mm  k) Cu conector la videoprocessor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare</p>	
1.2	33124110 -9	<b>VIDEOCOLO NOSCOP HDTV</b>	Buc.	1	<p>a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau HD cu rezolutie nu mai mica de 1980x1080pixeli (1080P)  b) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei  c) Camp de vedere (minim): 140°  d) Adancimea campului vizual (minim): 2-100 mm  e) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, st. 160°, dr. 160°  f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile care pot telecomanda minim urmatoarele functiile setate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inghetarea imaginii endoscopice</li> <li>- eliberarea imaginii endoscopice</li> </ul> <p>catre dispozitive de inregistrare</p>	

					<p>predefinite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video</li> <li>- zoom electronic</li> <li>- modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor</li> <li>- imbunatatire a imaginii</li> <li>- modificarea contrastului</li> <li>- reducerea zgomotului imaginii endoscopice</li> <li>- cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare</li> <li>- iris</li> <li>- AGC (Automatic Gain Control)</li> <li>- cresterea si scaderea luminozitatii</li> <li>- stergerea sau afisrea datelor pe monitor</li> <li>- cronometru</li> <li>- balansul de alb</li> <li>- aprinderea sau stingerea lampei de la sursa de lumina</li> <li>- inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video</li> <li>- pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa</li> <li>g) Canal instrumentar min. 3,7 mm</li> <li>h) Cu canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri</li> <li>i) Diametru exterior maxim al tubului de insertie: 13,0 mm</li> <li>j) Cipul endoscopului sa stocheze datele de identificarea ale endoscopului care se afiseaza pe ecran</li> <li>k) Cu functie de rigidizare in trepte a portiunii distale care da posibilitatea ajustarii rigiditatii colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe manerul de control al endoscopului</li> <li>l) Lungimea de lucru (minim): 1650 mm</li> <li>m) Cu conector la videoprocessor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare</li> </ul>	
1.3	33124110 -9	<b>VIDEOPROCESOR CU SURSA DE LUMINA</b>	Buc.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Unitate compacta videoprocessor cu sursa de lumina</li> <li>b) Posibilitate de configurare a limbii Romane, astfel ca toate meniurile si configurarile sa fie afisate in limba Romana</li> <li>c) Procesor imagine de inalta definitie (HDTV sau HD) cu rezolutie nu mai mica de 1920x1080pixeli (1080p)</li> <li>d) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia</li> </ul>	

					<p>capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei</p> <p>e) Cu iesire pentru semnal: VBS composite, Y/C si RGB, HD-SDI, DVI</p> <p>f) Memorie externa, conectare USB</p> <p>g) Posibilitatea de intarirea contururilor de structura pe minim 3 nivele</p> <p>h) Iris automat</p> <p>i) Reglarea tonurilor de culoare rosu/albastru/saturatie de culoare (minim): + 8 pasi</p> <p>j) Posibilitatea de etalonare automata de alb</p> <p>k) Reglarea automata a amplificarii (AGC)</p> <p>l) Contrastul sa poata fi setat in minim 3 moduri (Normal, Inalt si Sczut)</p> <p>m) Posibilitatea de schimbare a marimii imaginii endoscopice</p> <p>n) Posibilitatea de inghetare a imaginii endoscopice pe ecran</p> <p>o) Functie pre-freeze care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare imagini statice</p> <p>p) Posibilitate de zoom electronic</p> <p>q) Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor</p> <p>r) Posibilitatea de recunoastere a datelor de identificarea ale endoscopului</p> <p>s) Afişarea datelor de pacient</p> <p>t) Posibilitatea de inregistrare a datelor pentru minim 50 de pacienti (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu)</p> <p>u) Posibilitatea de inregistrare a setarilor pentru minim 20 de utilizatori</p> <p>v) Cu tastatura pt. introducerea datelor cu tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice</p> <p>w) Lampa examinare cu LED sau XENON (250Watti)</p> <p>x) Sursa de lumina echipata cu filtrele necesare tehnologiei de banda ingusta de culoare</p> <p>y) Ajustare automata a luminozitatii in minim 13 pasi</p> <p>z) Pompa de aer inclusa cu minimum 3 trepte</p>	
1.4	33124110 -9	<b>ASPIRATOR</b>	Buc.	1	<p>a) Cu borcan de minim 1 L, autoclavabil</p> <p>b) Cu filtru microbacterian (minim 5 buc.)</p>	
1.5	33124110 -9	<b>TESTER DE IMERSIBILITATE</b>	Buc.	1	<p>a) Automat</p>	
1.6	33124110 -9	<b>MONITOR LCD</b>	Buc.	1	<p>a) Pentru vizualizarea de imagini endoscopice de minim 23.6-inch</p> <p>b) Rezolutie Full HD: 1920 X 1080</p>	

					c) Intrare si iesire semnal variabila: Y/C, Composit, HDMI (compatibil cu DVI) d) Unghi de vedere minim - 178°/178°	
1.7	33124110 -9	<b>TROLIU ENDOSCOPIE</b>	Buc.	1	a) Compatibil cu echipamentul oferit b) Cu brat mobil pt. fixarea monitorului LCD c) Cu suport culisant pt. tastaura d) Cu suport pt. 2 endoscoape e) Prevazut cu roti blocabile	
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>840 000</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
1) Pentru mai multe loturi;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU SE ADMITE  
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vămuit) 2010, cu transportul Vânzătorului la comanda cumpărătorului în termen de până la 60 zile lucrătoare.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU  
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	<b>DUAE</b>	<b>Semnat și stampilat de către operatorul economic</b>	<b>Obligativiu</b>
2.	<b>Oferta</b>	<b>Confirmată prin ștampila și semnătura ofertantului (original)</b>	<b>Obligativiu</b>
3.	<b>Garanția pentru ofertă</b>	<b>Scrisoare de la bancă confirmată prin ștampila și semnătura băncii (original) sau dovada transferului pe contul cumpărătorului a sumei de 1% din valoare ofertei (original) sau copie</b>	<b>Obligativiu</b>
4.	<b>Certificat de înregistrare a întreprinderii</b>	<b>copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului (copie)</b>	<b>Obligativiu</b>
5.	<b>Certificat de atribuire a contului bancar</b>	<b>Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)</b>	<b>Obligativiu</b>
6.	<b>Certificat de la organelle Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget</b>	<b>Confirmat prin ștampila și semnătura organului abilitat (original)</b>	<b>Obligativiu</b>

7.	<i>Ultimul raport financiar</i>	<i>Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)</i>	<b>Obligativ</b>
8.	<i>Informații generale despre ofertant</i>	<i>1 Denumirea firmei; 2 Adresa firmei; 3 Adresa juridică; 4 Administratorul firmei; 5 Telefon de contact; 6 Fax; 7 Poșta electronică; 8 Rechizitele bancare</i>  <i>Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)</i>	<b>Obligativ</b>
9.	<b>CONDIȚII GENERALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilajul propus este necesar să fie certificat cu Certificate CE și/sau ISO 1345;</li> <li>- Utilajul sa fie nou și neutilizat;</li> <li>- Anul de producere: 2019;</li> <li>- Certificat de la producător, privind pregătirea inginerilor să instaleze, deservască și repara utilajul propus;</li> <li>- Manual de utilizare și reprocesare în limba de stat;</li> <li>- Garantarea posibilității reparației și a pieselor de schimb, pentru cel puțin 8 ani de la punerea în funcțiune. Timpul de intervenție maxim 24 de ore.</li> <li>- Training pentru personalul medical și cel tehnic</li> </ul>	<b>Obligativ</b>

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitatie electronică (pînă la 3 runde, pasul minim 1%)

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică  
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pretul cel mai scăzut

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
	<i>NU SE APLICĂ</i>	

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația găsită în SIA RSAP
- pe: [data] Informația găsită în SIA RSAP

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 ZILE

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
**Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**  
 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
 Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu se aplică
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 25.03.2019
32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă                   |
| sistemul de comenzi electronice                                  | Nu se acceptă                |
| facturarea electronică   | Se acceptă                   |
| plățile electronice  | Se acceptă                   |
33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU  
 (se specifică da sau nu)
34. Alte informații relevante: Respectivul contract se referă la un proiect, câștigat prin concurs și finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

*Vasili LAZARI*

Vasili LAZARI



Ex. O. Paiu tel. 067657279