

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1623872060350/ 21040887								
Denumirea licitației: Achiziționarea reagenților pentru analize medicale de laborator și consumabile/piese de schimb, prin cererea ofertelor de prețuri								
Lot	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusa	Standard
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	33696500-0	HbsAg	EIAHBG1	UK	Prestige Diagnostics	Să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori, ELISA	HBsAg ELISA (Hepatitis B Surface Antigen), 96 Teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
12	33696500-0	AntiHBsAg	EIAHBS1	UK	Prestige Diagnostics	Să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor	ANTI HBs QUANT, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
14	33696500-0	AFP	DNOV033	Germany	Novatec	Să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori, ELISA	AFP, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
18	33696500-0	Anti-TPO 96	ATPO1020	Germany	Novatec	Să fie indicate în instrucțiune normele după vîrstă, la cel puțin trei categorii de vîrstă, metoda ELISA	Anti-TPO, 96 teste in kit cu conform cerințelor	Conform cerintelor
19	33696500-0	IgE total	50-01	Germany	Astra Biotech	Să fie indicate în instrucțiune normele după vîrstă, la cel puțin trei categorii de vîrstă, metoda ELISA	Enzyme immunoassay for the quantitative, determination of CEA in human serum, 96 teste in kit, conform cerințelor	Conform cerintelor
23	33696500-0	TSH	EIATSH1	UK	Prestige Diagnostics	Să fie indicate în instrucțiune normele după vîrstă, la cel puțin trei categorii de vîrstă, metoda ELISA	TSH, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
24	33696500-0	PSA	EIAPSA1	UK	Prestige Diagnostics	Să fie indicate în instrucțiune normele după vîrstă, la cel puțin trei categorii de vîrstă, metoda ELISA	PSA, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
25	33696500-0	Toxocara canis IgG	TOCG0450	Germany	Novatec	Să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori, ELISA	Toxocara canis IgG - ELISA, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
28	33696500-0	Ascaridis lumbricoides IgG	ASCG0020	Germany	Novatec	Să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori, ELISA	Ascaridis lumbricoides IgG, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
29	33696500-0	T3 ,liber	EIAFT31	UK	Prestige Diagnostics	Să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori, ELISA	T3 ,liber 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
30	33696500-0	T4, liber	EIAFT41	UK	Prestige Diagnostics	Să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori, ELISA	T4, liber, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
31	33696500-0	Prolactin	DNOV032	Germany	Novatec	Să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori, ELISA	Prolactin, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor
32	33696500-0	Cortizol	DNOV001	Germany	Novatec	Să fie incluși, în afară de controlul „+”și „-”, calibratori, ELISA	Cortizol, 96 teste in kit conform cerințelor	Conform cerintelor

37	33696500-0	Determinarea anticorpilor H.Pylori in mase fecale, cu țel diagnostic, test rapid	D-HPAGD20	UK	RapidLabs	Cartus marca CE, sensibilitatea maximă, metoda cromatografic	Test rapid pentru detectarea calitativă a antigenului H. pylori Ag în specimenul fecal uman. Limita de detecție a testului pentru detecție pozitivă $\geq 95\%$ este de 1 ng / ml de antigen de lizat H. pylori.	Conform cerintelor
43	33696500-0	Țoliclon anti A	70501	France	DIAGAST	Flacon cu volum de 10 ml, cu pipetă dozator, ambalaj 200 doze/10 ml	Marcaj CE. Principiul hemaglutinării. Reactivii sunt ambalati in cutii de 5 sticle de 10 ml	Conform cerintelor
44	33696500-0	Țoliclon anti B	70502	France	DIAGAST	Flacon cu volum de 10 ml, cu pipetă dozator, ambalaj 200 doze/10 ml	Marcaj CE. Principiul hemaglutinării. Reactivii sunt ambalati in cutii de 5 sticle de 10 ml	Conform cerintelor
45	33696500-0	Țoliclon anti AB	70503	France	DIAGAST	Flacon cu volum de 10 ml, cu pipetă dozator, ambalaj 200 doze/5 ml	Marcaj CE. Principiul hemaglutinării. Reactivii sunt ambalati in cutii de 5 sticle de 10 ml	Conform cerintelor
46	33696500-0	Țoliclon anti D super	71010	France	DIAGAST	Flacon cu volum de 10 ml, cu pipetă dozator, ambalaj 200 doze/10 ml	Marcaj CE. Principiul hemaglutinării. Reactivii sunt ambalati in cutii de 5 sticle de 10 ml	Conform cerintelor
47	33696500-0	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 2-20mcl	D20	Polonia	HTL	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 2-20mcl, gradul de precizie $\pm 2,0 \pm 0,3$, acuratețea $\pm 2,5 \pm 0,8$. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 2-20mcl, gradul de precizie $\pm 1,5 \pm 0,3$, acuratețea $\pm 3,0 \pm 0,8$.	Conform cerintelor
48	33696500-0	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 5-50mcl	D50	Polonia	HTL	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 5-50mcl,gradul de precizie $\pm 0,8 \pm 0,4$, acuratețea $\pm 1,6 \pm 0,8$. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 5-50mcl,gradul de precizie $\pm 2,0 \pm 0,4$, acuratețea $\pm 2,5 \pm 0,8$.	Conform cerintelor
49	33696500-0	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 10-100mcl	D100	Polonia	HTL	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 10-100mcl, gradul de precizie $\pm 2,0 \pm 0,8$, acuratețea $\pm 2,5 \pm 0,8$. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 10-100mcl, gradul de precizie $\pm 0,2 \pm 0,8$, acuratețea $\pm 1,6 \pm 0,8$.	Conform cerintelor
50	33696500-0	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 50-200mcl	D250	Polonia	HTL	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 50-200mcl, gradul de precizie $\pm 2,0 \pm 0,4$, acuratețea $\pm 2,5 \pm 0,8$. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 50-250mcl. Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 50-200mcl, gradul de precizie $\pm 0,3 \pm 0,4$, acuratețea $\pm 1,0 \pm 0,6$.	Conform cerintelor
51	33696500-0	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 100-1000mcl	D1000	Polonia	HTL	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 100-1000mcl, gradul de precizie $\pm 0,4 \pm 0,15$, acuratețea $\pm 1,6 \pm 0,6$. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 100-1000mcl, gradul de precizie $\pm 0,4 \pm 0,15$, acuratețea $\pm 1,6 \pm 0,6$.	Conform cerintelor

52	33696500-0	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 1ml-5ml	D10000	Polonia	HTL	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 1ml-5ml, gradul de precizie $\pm 0,4 \pm 0,15$, acuratețea $\pm 1,6 \pm 0,6$. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 1000-10000 mcl. Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 1ml-5ml, gradul de precizie $\pm 0,6 \pm 0,2$, acuratețea $\pm 2,5 \pm 0,5$.	Conform cerintelor
53	33696500-0	Dozator semiautomat cu 8 canale,cu volum variabil	DV8-300	Polonia	HTL	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 50-300, gradul de precizie $\pm 0,4 \pm 0,15$, acuratețea $\pm 1,6 \pm 0,6$, dozatorul să posede certificat metrologic în original, emis de Organismul național de metrologie al RM La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic, emis de Organismul național de metrologie al RM	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 50-300, gradul de precizie $\pm 1,5 \pm 0,6$, acuratețea $\pm 1,6 \pm 1,0$	Conform cerintelor

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova