

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. 21218212 / ocds-b3wdp1-MD-1713521281549					Data: „___” Mai 2024		Alternativa nr.: NU
Denumirea licitației:		Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024 (repatat 3)						Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2		3		4	5	6		8
33100 000-1	1	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica	Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica / Peel Away Introducer	405104 sau 405108 sau 405112 sau 405116 sau 405120	USA	SJM /Abbott	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038”, contine valva siliconata hemostatică, care previne hemoragia si dilatator, diametru 6-10F, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 14 cm, diametru 6F-10F, cu ghid hidrofil 0.035-0.038”,. (suplimentar la cele obligatorii vom livra si alte dimensiuni, la solicitare ulterioara) <i>Atasam pagina din catalog.</i>	DM000309278, DM000309279, DM000309280, DM000309281, DM000309281,
33100 000-1	4	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala / Swartz™ Braided Transseptal Guiding Introducers SL Series 63 cm Length 8 F–8.5 F	407449, 407439, 407453, 407451	USA	SJM /Abbott	Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica,(pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatura SL0 si SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi intr-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm.	Lungimea canulei utile de 63 cm, cu ID de 8-8,5 F cu valva hemostatica, (pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral, cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatura SL0 si SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul intr-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm.	Dosar in asteptare pentru notificare, pentru a fi inregistrat in RS al AMDM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi; În calitate de: director general;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2;