

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1736167330991, conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Reactive – 2025

Denumirea bunurilor	Descrierea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 47 - 25.6. Cromatografia cu gaz							
25.6. Cromatografia cu gaz	25.6. Control Ethanol 0,2 g/l în apă sau în sânge	5190-9756	SUA	Agilent	Cerințe specifice pentru set de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare cantitativă a alcoolului în sânge. Ambalaj standard de la producătorul setului diagnostic în flacoane 1-3 ml . Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	5190-9756 Soluție standard Etanol, 20 mg/dL Cerințe specifice pentru set de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare cantitativă a alcoolului în sânge. Ambalaj standard de la producătorul setului diagnostic în flacoane 1 ml . Cerințe	

						generale: Certificat de Conformitate de la producător.	
Lotul nr. 48 - 25.7. Cromatografia cu gaz							
25.7. Cromatografia cu gaz	25.7. Control Ethanol 0,5 g/l în apă sau în sânge	5190-9757	SUA	Agilent	Cerințe specifice pentru set de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare cantitativă a alcoolului în sânge. Ambalaj standard de la producătorul setului diagnostic în flacoane 1-3 ml . Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	5190-9757 Soluție standard Etanol, 50 mg/dL Cerințe specifice pentru set de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare cantitativă a alcoolului în sânge. Ambalaj standard de la producătorul setului diagnostic în flacoane 1 ml . Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător.	
Lotul nr. 49 - 25.8. Cromatografia cu gaz							
25.8. Cromatografia cu gaz	25.8. Control Ethanol 1,0 g/l în apă sau în sânge	5190-9759	SUA	Agilent	Cerințe specifice pentru set de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare cantitativă a alcoolului în sânge. Ambalaj standard de la producătorul setului diagnostic în flacoane 1-3 ml . Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	5190-9759 Soluție standard Etanol 100 mg/dL Cerințe specifice pentru set de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare cantitativă a alcoolului în sânge. Ambalaj standard de la producătorul setului diagnostic în flacoane 1 ml . Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la	

							producător.
Lotul nr. 50 - 25.9. Cromatografia cu gaz							
25.9. Cromatografia cu gaz	25.9. Control Ethanol 2,0 g/l în apă sau în sânge	5190-9761	SUA	Agilent	Cerințe specifice pentru set de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare cantitativă a alcoolului în sânge. Ambalaj standard de la producătorul setului diagnostic în flacoane 1-3 ml . Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	5190-9761 Soluție standard Etanol 200 mg/dL	Cerințe specifice pentru set de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare cantitativă a alcoolului în sânge. Ambalaj standard de la producătorul setului diagnostic în flacoane 1 ml . Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător.
Lotul nr. 51 - 25.10. Cromatografia cu gaz							
25.10. Cromatografia cu gaz	25.10. Control Ethanol 3,0 g/l în apă sau în sânge	5190-9762	SUA	Agilent	Cerințe specifice pentru set de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare cantitativă a alcoolului în sânge. Ambalaj standard de la producătorul setului diagnostic în flacoane 1-3 ml . Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	5190-9762 Soluție standard Etanol 300 mg/dL	Cerințe specifice pentru set de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare cantitativă a alcoolului în sânge. Ambalaj standard de la producătorul setului diagnostic în flacoane 1 ml . Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător.

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibaș** În calitate de: **Director**
Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**

