

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 din 24.12.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Aplicator Clipuri	bucată	2	7814,40	9377,28	15628,80	18754,56	11. Termenul de livrare/prestare/execu-tare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
42	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220	bucată	1	240000	288000,00	240000,00	288000,00		
48	Diatermocoagulator, Cod Generic 280250	bucată	1	280000	336000,00	280000,00	336000,00		
51	Spirometru de diagnosticare, pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Cod generic 260500	bucată	1	48100,00	57720,00	48100,00	57720,00		
54	Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului ochiului. Cod generic 170500	bucată	1	9600	11520	9600,00	11520,00		
	TOTAL					593328,80	711994,56		

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul	ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 din 24.12.2023
Denumirea	procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	Aplicator Clipuri	Clip aplicator: TATL3200E2 Clipusir: TCTL3200	China	QINGDA O DMD MEDICAL TECHNO LOGY CO.,LTD	Forceps pentru aplicarea clipurilor edoscopice . Rotire 360 grade. Tip mâner non detașabil. Lungime de lucru min. 330 mm. Tip mâner Luer Lock. Clipuri în cutie a min. 250, medii.	Forceps pentru aplicarea clipurilor edoscopice . Rotire 360 grade. Tip mâner non detașabil. Lungime de lucru min. 330 mm. Tip mâner Luer Lock. Clipuri în cutie 252, medii.	DM000 390914 DM000 376542
	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220	SURTON Touch HP 400	Italia	LED SpA	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere $\geq 400\text{ W} \geq 350\text{ Ohm}$ Coagulare $\geq 150\text{ W} \geq 250\text{ Ohm}$ Bipolar Tăiere $\geq 140\text{ W} \geq 300\text{ Ohm}$ Coagulare $\geq 120\text{ W} \geq 100\text{ Ohm}$ Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Accesorii Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Cablul pentru electrod monopolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc.	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere $\geq 400\text{ W} \geq 350\text{ Ohm}$ Coagulare $\geq 150\text{ W} \geq 250\text{ Ohm}$ Bipolar Tăiere $\geq 140\text{ W} \geq 300\text{ Ohm}$ Coagulare $\geq 120\text{ W} \geq 100\text{ Ohm}$ Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Toate accesoriile solicitate sunt incluse: Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Cablul pentru electrod monopolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc.	CE/ISO

					Pedală dublă 1 buc.	Pedală dublă 1 buc.	
	Diatermo cuagulator, Cod Generic 280250	SURTON Touch HP 400 Troliu: TRST001+accesorii	Italia	LED SpA	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu Cod 280250 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere $\geq 400\text{ W} \geq 350\text{ Ohm}$ Coagulare $\geq 150\text{ W} \geq 250\text{ Ohm}$ Bipolar Tăiere $\geq 140\text{ W} \geq 300\text{ Ohm}$ Coagulare $\geq 120\text{ W} \geq 100\text{ Ohm}$ "Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Accesorii Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / penceță bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc. Troliu Să se indice modelul oferit model Mobil pe 4 roți da Minim 2 roți cu frână da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da Mîner pentru transportare da	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu Cod 280250 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere $\geq 400\text{ W} \geq 350\text{ Ohm}$ Coagulare $\geq 150\text{ W} \geq 250\text{ Ohm}$ Bipolar Tăiere $\geq 140\text{ W} \geq 300\text{ Ohm}$ Coagulare $\geq 120\text{ W} \geq 100\text{ Ohm}$ "Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Toate accesoriile solicitate sunt incluse: Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri: 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri: 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / penceță bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri: 1 buc. Pedală dublă: 1 buc. Troliu Să se indice modelul oferit model Mobil pe 4 roți da Minim 2 roți cu frână da Minim 1 coș/poliță pentru accesorii da Mîner pentru transportare da	CE/ISO

	Spirometru de diagnosticare care, pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Cod generic 260500	SPIROLAB Cod de ref: 911080	Italia	MIR SpA	Spirograf Cod 260500 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie da Parametri măsurați FVC FEV1 MVV FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV Printer intern Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate Transfer date la PC teste pacient verificare aparat up-gradare software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0\text{-}8\text{ l}$ Diapazonul de flux $\geq 0\text{-}16\text{ l/s}$ Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Afișaj Alfnumeric Control taste alfanumerice Display touchscreen min. 5 inch Interfața PC da Port USB da Baterie internă min. 4 ore Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz	A Spirograf Cod 260500 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie da Parametri măsurați FVC FEV1 MVV FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV Printer intern Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate Transfer date la PC teste pacient verificare aparat up-gradare software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0\text{-}8\text{ l}$ Diapazonul de flux $\geq 0\text{-}16\text{ l/s}$ Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Afișaj Alfnumeric Control taste alfanumerice Display touchscreen min. 5 inch Interfața PC da Port USB da Baterie internă min. 4 ore Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii	CE/ISO
--	---	--	--------	---------	---	---	--------

					Accesorii Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale sau turbine de unică utilizare Seringă de calibrare da, (doar în cazul dacă este necesară) Clește pentru nas tip adult 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric 1 buc. Hîrtir 20 buc.	Sunt incluse consumabile pentru 200 de investigații: 200 turbine de unica folosinta, calibrate de la producator Clește pentru nas tip adult 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric 1 buc. Hîrtir 20 buc.	
	Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului ochiului. Cod generic 170500	1127-P-1008	Marea Britanie	Keeler Ltd	"Oftalmoscop direct Cod 170500 Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D pasii de Dioptrii 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED 5 fante spot mare da spot mic da stea de fixatie optional jumatate de spot da filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde optional Alimentare Baterie reîncărcabilă da Încărcator de la retea 220V 50Hz da"	"Oftalmoscop direct Cod 170500 Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip: Portabil Diapazon focusare: -25D - +40 D (28 lentile) pasii de Dioptrii: 1-10; 15; 20 Sistem iluminare: LED 5 fante spot mare: da spot mic: da stea de fixatie optional jumatate de spot: da filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde optional Alimentare Baterie reîncărcabilă: da Încărcator de la retea 220V 50Hz: da	CE/ISO

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia