

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1766212168190 din 29.12.2025							
Obiectul achiziției: Gaze medicale pentru anul 2026							
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5		6	7
Lotul nr. 1 - Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri		Republica Moldova	S.C. DIROVE-NORD S.R.L.	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6.3m3) cu titlu gratuit în folosință. Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583 -		Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6.3m3) cu titlu gratuit în folosință. Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583 - 78 sau alt standard relevant aplicabil.	GOST 5583 - 78
Lotul nr. 2 - Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 10 litri (6 kg per butelie)		Republica Moldova	S.C. DIROVE-NORD S.R.L.	Calitate superioară În butelii de (6kg) 10 litri Cu titlu gratuit în folosință calitate superioară		Dioxid de carbon medical (CO2) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 10 litri (6 kg per butelie) cu titlu gratuit în folosință. Cerințe tehnice conform GOST 8050 -85 sau alt standard relevant aplicabil.	GOST 8050-85
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dilion Veaceslav În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. DIROVE-NORD S.R.L. Adresa: or. Falesti , str. Cernauti 1

