

**Certificat de calitate №1342  
pentru oxigen medicinal in stare lichifiata  
GOST 6331-78**

**Beneficiarul:** IMSP 9Regiunea Nord")

**Masa neta 12000 litri**

| № | Denumirea indicatorilor                                                                                       | Document normativ<br>GOST 6331-78  | Rezultatele<br>analizei |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Concentratia de O <sub>2</sub> , in %, nu mai putin de                                                        | 99.5                               | 99.85                   |
| 2 | Concentratia de C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> , in %                                                          | Absent                             | -                       |
| 3 | Concentratia de CO <sub>2</sub> la 1 dm <sup>3</sup> de oxygen<br>lichifiat, cm <sup>3</sup> , nu mai mare de | 3.0                                | 0.24                    |
| 4 | Continutul de ulei                                                                                            | Absent                             | abs                     |
| 5 | Continutul de CO                                                                                              | retinut conform aliniatului<br>3.6 | retinut                 |
| 6 | Continutul de acizi si baze gazoase                                                                           | retinut conform aliniatului<br>3.7 | retinut                 |
| 7 | Continutul de O <sub>3</sub> si alte gaze oxidative                                                           | retinut conform aliniatului<br>3.8 | retinut                 |
| 8 | Umeditatea si impuritatile mecanice                                                                           | retinut conform aliniatului<br>3.9 | retinut                 |
| 9 | Prezenta mirosului                                                                                            | Absent                             | abs                     |

**Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 6331-78**

**Inginer superior,**

**Bulban V.**



**Data: 02.11.2021**