

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1646139421861 din 16.03.2022						
Obiectul achiziției: Consumabile pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii Lot 18						
Teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge	VivaCheck INO X	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge compatibile cu glucometru model Viva Chec sau teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge	Compatibile cu glucometrul VivaCheck INO	CE, ISO
Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere (oferit gratuit în folosință)	VivaCheck INO X	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere (oferit gratuit în folosință)	Dispozitiv de înțepare cu 5 nivele reglabile de străpungere, oferit cu titlul gratuit	CE, ISO
Ace (oferite gratuit în folosință), sterile de unică utilizare	VivaCheck INO X	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Ace (oferite gratuit în folosință), sterile de unică utilizare	Lanțete (ace) pentru sistemul de monitorizare a glucozei din sânge, mărime ac	CE, ISO

					28G, sterile, de unică folosință, cu titlul gratuit	
Glucometru (cu titlul gratuit)	VivaCheck INO X	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Glucomentru – 2 buc (oferite gratuit în folosință) Cerințe față de glucometru: 1.1 Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie sa fie compatibile; 1.2 Dispozitiv portabil; 1.3 Ecran LCD; 1.4 Proces automat de măsurare; 1.5 Proba: sânge capilar, venos 1.6 Calibrare automată; Certificare: 1.1 Declarație cu privire la termenul de garanție a dispozitivului de 18 luni la momentul livrării – semnat electronic; 1.2 Dovada înregistrării glucometrului în registrul de stat al dispozitivelor medicale – semnat electronic;	Cu titlu gratuit Componența setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie sunt compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sânge capilar, venos, Volumul probei ≤0,5μl; f. Diapazonul de măsurare: 0,6mmol/l - 33,3mmol/l; g. Indicatorul nivelului de baterie și alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 5 secunde; i. Memoria 900 teste; j. Autonomie bateriei 1000 teste;	CE, ISO

				k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la 2 baterii (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste). A se vedea specificatia tehnica atasata.	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Șarco Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: MD-2071, mun. Chișinău, str. Durlești,4