

Specificații tehnice (F4.1)

din 13.03.2019

Numărul licitației: 21005925

Alternativa nr.

Denumirea licitației: Echipamente medicale

Conform necesităților IMSP CRDM

Lot: conform listei solicitate

Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
30199000-0	Disposable ECG Electrode Type 110, solid gel, adult	1900000110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Electrozi, autoadezivi, ECG de singura folosință pentru monitorizarea de lungă durată(Holter, diametru 55mm, gel semilichid, material respirabil, nefesut	ECG Electrode pentru adulți, non-steril, din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu presă, oval, cu diametrul de 45 mm pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat în conformitate cu ISO-10993, biocompatibil. Potențial:1 alergenic: fără latex. Domeniul de aplicare: Acut. Tip de gel: gel solid. Material: Carier: spumă PE cu adeziv acrilic medical (60 g / m ²). Senzor de nitruire: ABS, Ag / AgCl, acoperire; Burete: PET; Press-stud: oțel inoxidabil; Gel: gel adeziv solid pentru ECG; Acoperire: PET siliconat. Steril. Nu	CE
	Total lot 1						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1**, tel.022 00 08 24, fax.022 00 08 23

