

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1708599728829

Denumirea procedurii de achiziție serviciile de deservire și mentenanță a aparatului radiologic SonialVision G4

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
<u>Servicii de deservire, verificare și mentenanță a echipamentului, Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4, Shimadzu, Japonia; Sistema PACS, Clarity, SUA; Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia</u>	<u>SonialVision G4</u> <u>PACS Clarity</u> <u>DryPix 2000</u>	Japonia SUA Japonia	Shimadzu iCRco Fujifilm	<p>a. Activitati la solicitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; <input type="checkbox"/> Se intervine in maxim 48 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; <input type="checkbox"/> Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; <input type="checkbox"/> Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat; <input type="checkbox"/> Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; <p>b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie:</p>	<p>a. Activitati la solicitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; <input type="checkbox"/> Se intervine in maxim 48 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; <input type="checkbox"/> Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; <input type="checkbox"/> Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat; <input type="checkbox"/> Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; <p>b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie:</p>	CE

			<p><input type="checkbox"/> interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului o Verificarea mesei R/F, calibrarea la necesitate o Verificarea unitatii de vizualizare o Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate o Verificarea unitatii de procesare imagine o Verificare REF PC o Verificare APC o Verificare MPC o Verificarea generatorului, calibrarea la necesitate o Verificarea accesoriilor echipamentului o Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate o Verificarea detectorului, calibrarea conform manualelor de service o Verificarea ClarityPACS, efectuarea lucrarilor de profilaxie o Verificare Imprimanta Drypix 2000, efectuarea lucrarilor de profilaxie o Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). o Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) 	<p><input type="checkbox"/> interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului o Verificarea mesei R/F, calibrarea la necesitate o Verificarea unitatii de vizualizare o Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate o Verificarea unitatii de procesare imagine o Verificare REF PC o Verificare APC o Verificare MPC o Verificarea generatorului, calibrarea la necesitate o Verificarea accesoriilor echipamentului o Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate o Verificarea detectorului, calibrarea conform manualelor de service o Verificarea ClarityPACS, efectuarea lucrarilor de profilaxie o Verificare Imprimanta Drypix 2000, efectuarea lucrarilor de profilaxie o Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). o Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) o O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreținerii tubului de radiații ionizante 	
--	--	--	---	--	--

			<p>o O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreținerii tubului de radiații ionizante</p> <p><input type="checkbox"/> Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori;</p> <p>c. Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service)</p> <p><input type="checkbox"/> Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare).</p> <p><input type="checkbox"/> Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar;</p> <p><input type="checkbox"/> Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei);</p> <p><input type="checkbox"/> In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte).</p> <p><input type="checkbox"/> Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul).</p>	<p><input type="checkbox"/> Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori;</p> <p>c. Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service)</p> <p><input type="checkbox"/> Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare).</p> <p><input type="checkbox"/> Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar;</p> <p><input type="checkbox"/> Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei);</p> <p><input type="checkbox"/> In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte).</p> <p><input type="checkbox"/> Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul).</p> <p><input type="checkbox"/> Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;</p>	
--	--	--	--	--	--

				<input type="checkbox"/> Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;		
--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău