

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1619597249717 din 04.06.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Necesari suplimentari de consumabile medicale pentru anul 2021

Cod CP V	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bunuri								
33100 000-1	7	Lot 7. Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3	180 101	Turcia	Plati-med	Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura.	Conform brosurii anexate	ISO/CE
	39	Lot 39. Masca CPAP universal full face	cod 160X (1/2/3), marime S, M, L	China	DC Medical	-Masca propriu zisa : din policarbonat (PC), cu pad din membrane din silicon pentru etansare. -Pad de frunte : ajustabil, cu pad/pernuta din silicon. - Sistemul de fixare: curele din nylon cu fixare de masca prin conector de tip „buckle clip” . Fixare intre curele de tip „velcro”. -Diametrul tubului conector- 22 mm ±1 mm. -Marime masca- M, L, XL.	Conform brosurii anexate	ISO/CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Prodan Sveatoslav** În calitate de: **Director**Ofertantul: **ÎM „Dutchmed-M” SRL** Adresa: **bd. Decebal 76, of. 807/808, mun. Chișinău**