

## FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: 13.04.2019

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1552934762765

Anunț de participare Nr.:

Către: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

SRL Bio Analitica declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație modificările nr.
- b) SRL Bio Analitica se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: 5 Microscop stereoscopic, 6 Camera Video, 15 Amestecător de laborator, 16 Agitator VORTEX, 41 Diluator gravimetric automatizat
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **268990,00** (doua sute sazezeci si opt mii noua sute nouazeci si noua,00) MDL
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **322788,00** (trei sute douazeci si doua mii sapte sute optzeci si opt,00) MDL
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, Bio Analitica SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.



Semnat:

Nume: Ghenadie Rusu

În calitate de: \_Administrator

Ofertantul: SRL Bio Analitica

Adresa: str.Podul Inalt, 20/2, of.10, Chsinau

Data: 13.04.2019

### Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1552934762765 din 13.04.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament medical

Cod CPV	Denumirea bunurilor serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	5 Microscop stereoscopic	SB.1902-P	China	Euromex (Olanda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Microscop stereoscopic cu lumină transmisă diasopic cu intensitate reglabilă</li> <li>•Iluminare cu lampă halogenă 20W sau LED 3W</li> <li>• Oculare pereche WF 10x/20 mm</li> <li>• Cap trinocular, inclinat la 45°</li> <li>• Toate componente optice tratate anti-fungi</li> <li>• Distanța interpupilară ajustabilă: 55-75 mm</li> <li>• Zoom stereo: 0.7x -4.5x cu obiective parafocale</li> <li>• Magnificare: 7 x ...45 x</li> <li>• Camp de vizionare: 28.5 mm/4.4 mm</li> <li>• Distanța de lucru: 100 mm</li> </ul> <p>Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării echipamentului</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Microscop stereoscopic cu lumină transmisă diasopic cu intensitate reglabilă</li> <li>•Iluminare cu lampă LED 3W</li> <li><b>Nota:</b> setul standard conține lampa LED 1W. La setul standard este inclusă o lampa opțională LED 3W</li> <li>• Oculare pereche WF 10x/20 mm</li> <li>• Cap trinocular, inclinat la 45°</li> <li>• Toate componente optice tratate anti-fungi</li> <li>• Distanța interpupilară ajustabilă: 55-75 mm</li> <li>• Zoom stereo: 0.7x -4.5x cu obiective parafocale</li> <li>• Magnificare: 7 x ...45 x</li> <li>• Camp de vizionare: 28.5 mm/4.4 mm</li> <li>• Distanța de lucru: 100 mm</li> </ul> <p>Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării echipamentului</p>	
33100000-1	6 Camera Video	Moticam 10+	China	Motic	<p>Attachable digital C- camera Senzor: CMOS Rezoluția: 10.0MP (3664x2748) Optical calculation: 1/2,5" Output: MiniUSB</p>	<p>Attachable digital C- camera Senzor: CMOS Rezoluția: 10.0MP (3664x2748) Optical calculation: 1/2,3" Output: MiniUSB</p>	

					<p>Focusable lens: 12mm 2 variable diameter eyepiece adapters Macrotube for specimens observation Motic Images Plus 2.0 for PC and MAC</p> <p>Motic 4-dot calibration slide Others: Direct Show, TWAIN and Media Cybernetics Image Pro Plus 7 Driver Compatibility Compatibil cu Microscop Leica DM 2000</p>	<p>Focusable lens: 12mm 2 variable diameter eyepiece adapters Macrotube for specimens observation Motic Images Plus 2.0 for PC and MAC Motic 4-dot calibration slide Others: Direct Show, TWAIN and Media Cybernetics Image Pro Plus 7 Driver Compatibil cu Microscop Leica DM 2000</p>	
33100000-1	15 Amestecător de laborator	SK-L180-E + platforma SK180	China	Dragon Lab	<p>Amestecător de laborator proiectat pentru amestecarea lichidelor în recipiente cu un volum de 100 până la 1000 ml. mișcarea platformei - reciproc; frecvența maximă reglabilă a oscilațiilor platformei este de 200 kpm; Deplasarea maximă a platformei - 10 mm; Dimensiunile platformei - 315x210 mm; capacitatea platformei: baloane cu fund plat cu un volum de 1000 ml - 2 buc; 500 ml - 2 bucăți; 250 ml - 4 bucăți; 100 ml - 4 bucăți; Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării echipamentului</p>	<p>Amestecător de laborator proiectat pentru amestecarea lichidelor în recipiente cu un volum de 100 până la 1000 ml. mișcarea platformei - reciproc; frecvența maximă reglabilă a oscilațiilor platformei este de 200 rpm; Deplasarea maximă a platformei – 20mm; Dimensiunile platformei - 240x240 mm; capacitatea platformei: baloane cu fund plat cu un volum de 1000 ml - 2 buc; 500 ml - 2 bucăți; 250 ml - 4 bucăți; 100 ml - 4 bucăți; Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție 1 an din momentul instalării echipamentului</p>	
33100000-1	16 Agitator VORTEX	MX-S	China	Dragon Lab	<p>viteza ajustabilă între 0-2500 RPM - mod de lucru la atingere sau continuu (prin apăsarea butonului ON/OFF) - tip de mișcare- orbitală - amplitudine- 4 mm - eprubete- 1,5....50ml, diametru maxim</p>	<p>viteza ajustabilă între 0-2500 RPM - mod de lucru la atingere sau continuu (prin apăsarea butonului ON/OFF) - tip de mișcare- orbitală - amplitudine- 4 mm - eprubete- 1,5....50ml, diametru maxim 20</p>	

					<p>20 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- volum maxim de agitare -30 ml</li> <li>- carcasa din aluminiu</li> <li>- picioruse special proiectate tip ventuza pentru a se asigura o stabilitate bună,</li> <li>- putere motor 58 W,</li> <li>- Alimentare- 220 V, 50 Hz (cu alimentator extern 12V 500 mA),</li> </ul> <p>Deservire gratuită pe perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba româna</p>	<p>mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- volum maxim de agitare -30 ml</li> <li>- carcasa din aluminiu</li> <li>- picioruse special proiectate tip ventuza pentru a se asigura o stabilitate bună,</li> <li>- putere motor 58 W,</li> <li>- Alimentare- 220 V, 50 Hz (cu alimentator extern 12V 500 mA),</li> </ul> <p>Deservire gratuită pe perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba româna</p>	
33100000-1	41 Diluator gravimetric automatizat	DiluFlow® Elite 503 101	Franta	Interscience	<p>Diluator gravimetric automatizat pentru cântărirea și diluarea (pregătirea suspensiei inițiale) probei pentru analize sanitaro-microbiologice, Material de confecționare -oțel inoxidabil, 2 tuburi (furtun) de distribuție autoclavabile pentru diluanți, Suport pentru pachete cu probe (min 1), Recipient (borcan) autoclavabil- în complet, 3-5 litre, Compatibilitatea -cu orice recipient, Pompă de tip peristaltic, diapazon de cântărire- pîna la 1000 g., Timp de diluție - &lt;30 sec pentru 250 ml sau mai mici, Factor de diluție (automat)- de la 1/2 până la 1/999, posibilitatea de a regla masa probei și a factorului de dilutie, Acuratețe: pentru probă de cântărire, distribuirea de lichid și platforma de cantarire - 0.1 g sau mai mici, pentru masa de lichid distribuit - 99% și mai mare,</p>	<p>Diluator gravimetric automatizat pentru cântărirea și diluarea (pregătirea suspensiei inițiale) probei pentru analize sanitaro-microbiologice, Material de confecționare -oțel inoxidabil, 2 tuburi (furtun) de distribuție autoclavabile pentru diluanți (unul cu diametrul de 6.4 mm si unul cu diametrul de 3.2 mm), Suport pentru pachete cu probe (1 buc – BagRack® 400, pentru 10 pachete de 400 ml), Recipient (borcan) autoclavabil- în complet 5 litre (cod - 513001), Compatibilitatea -cu orice recipient, Pompă de tip peristaltic, diapazon de cântărire- pîna la 1000 g., Timp de diluție - &lt;30 sec pentru 250 ml sau mai mici, Factor de diluție (automat)- de la 1/2 până la 1/1000, posibilitatea de a regla masa probei și a factorului de dilutie, Acuratețe: pentru probă de cântărire, distribuirea de lichid și platforma de</p>	

				<p>Trasabilitatea completă, Afișaj- Monitor LCD , control cu microprocesor, Imprimantă în complet, Imprimarea datelor privind acuratețe, greutatea probei, factor de diluție, factor de distribuție, Alimentarea: 220-230V, 50Hz, Consumabile sulpimentare: pachete sterile pentru probe - min. 1000 bucăți, hârtie pentru impimanta. Certificat de etalonare de la producător, protocol de validare IQ, PQ, OQ, Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție min 2 an din momentul instalării echipamentului</p>	<p>cantarire - 0.1 g sau mai mici, pentru masa de lichid distribuit - 99% și mai mare, Trasabilitatea completă, Afișaj- Monitor LCD , control cu microprocesor, Imprimantă în complet, Imprimarea datelor : Greutatea probei / Greutatea totală / Factorul de diluție / Precizia diluării / Diluantul / Numărul eșantioanelor / Numărul lotului diluantului / Data / Ora / Ultima dată de calibrare / Numele operatorului / Denumirea programului Alimentarea: 220-230V, 50Hz, Consumabile sulpimentare: pachete sterile pentru probe - 1000 bucăți (BagLight® 400 PolySilk, cod 132 050), hârtie pentru impimanta . – 2 bucati (cod 521 110) Certificat de etalonare de la producător, protocol de validare IQ, PQ, OQ, Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție 2 ani din momentul instalării echipamentului</p>	
--	--	--	--	---	--	--



Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu\_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau

### Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1552934762765 din 13.04.2019									
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament medical									
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
33100000-1	5 Microscop stereoscopic	buc	2	15000,00	18000,00	30000,00	36000,00	20.12.2019	MD34TRPBAA314110 A15826AC
33100000-1	6 Camera Video	buc	1	24990,00	29988,00	24990,00	29988,00	20.12.2019	MD34TRPBAA314110 A15826AC
33100000-1	15 Amestecător de laborator	buc	4	9500,00	11400,00	38000,00	45600,00	20.12.2019	MD34TRPBAA314110 A15826AC
33100000-1	16 Agitator VORTEX	buc	2	9000,00	10800,00	18000,00	21600,00	20.12.2019	MD34TRPBAA314110 A15826AC
33100000-1	41 Diluator gravimetric automatizat	buc	1	158000,00	189600,00	158000,00	189600,00	20.12.2019	MD34TRPBAA314110 A15826AC
	<b>Total</b>					<b>268990,00</b>	<b>322788,00</b>		

Semnat:



Numele, prenumele: Ghenadie Rusu În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau



Sucursala nr.16  
Chișinău  
str. Gh. Asachi, 25/3.  
MD-2028, or. Chișinău  
Republica Moldova  
Tel: /373 022/ 303 850

**Beneficiar:**  
**Agentia Nationala Pentru Sanatate Publica**

**GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD1910200084/451**

“12” aprilie 2019

*mun. Chișinău*

1. În baza prezentării la data de 12.04.2019 de către SC “Bio Analitica” SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Podul Înalt 20/2, of. 10, numărul de identificare de stat – codul fiscal -1015600017171 (numită în continuare „Ordonator”) a cererii de participare la licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1552934762765 din 134.0219 în scopul în scopul achiziționarea utiliajului de laborator (numit în continuare „Concurs”), BC “Moldova-Agroindbank” S.A. adresa: mun. Chișinău, str. C. Tanase 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare „Garant”), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare „Garanție”) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la **7000.00 (sapte mii lei 00 bani) MDL** în favoarea Agenției Naționale Pentru Sănătate Publică (numită în continuare „Beneficiar”), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs Ordonatorul își retrace sau își modifică cererea;
- după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului, Ordonatorul:

1) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs.

2) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;

- Ordonatorul nu execută careva din condițiile specificate în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.


4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data de „12” aprilie 2019 și este valabilă pînă la data de „20” mai 2019, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate:


Directorul

sucursalei



Morcov Maria

Contabil - șef

Macovei Elena

Cont corespondent al BC "Moldova Agroindbank" S.A. – 35213805

BIC-AGRNM2X, numărul de identificare de stat- codul fiscal 1002600003778