



C 0235500

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**"Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"**

**Sectia mărimi electro radiotehnice, Chișinău**  
(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

**BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ n3.3.46-8002**

Mijloc de măsurare: **Aparat pentru masurarea circuitului faza zero**  
(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

**M417, nr. 37637, URSS**  
numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **APA-CANAL CHISINAUSA**  
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **GOST 8.409-81** și în baza rezultatelor  
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul **10**

Data eliberării: "28" martie 2019

Valabil până la: "28" martie 2020

Șeful laboratorului metrologic **Vodă Anatolie**  
(semnătura) (prenumele, numele)

Verificatorul metrolog **Savin Alexandru**  
(semnătura) (prenumele, numele)



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.  
Duplicat nu se eliberează



C 0235503

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**"Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"**

**Sectia mărimi electro radiotehnice, Chișinău**  
(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

**BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ n3.3.46-8005**

Mijloc de măsurare: **Ohmmetru**  
(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

**M416, nr. 457751, URSS**  
numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **APA-CANAL CHISINAUSA**  
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **GOST 8.409-81** și în baza rezultatelor  
(indicativul reglementării de metrologie legală)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul **2,5/4,0**

Data eliberării: "28" martie 2019

Valabil până la: "28" martie 2020

Șeful laboratorului metrologic **Vodă Anatolie**  
(semnătura) (prenumele, numele)

Verificatorul metrolog **Savin Alexandru**  
(semnătura) (prenumele, numele)



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.  
Duplicat nu se eliberează



C 0235504

**AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**"Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"**

**Sectia mărimi electro radiotehnice, Chișinău**  
(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

**BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ n3.3.46-8006**

Mijloc de măsurare: **Punte de curent continuu**  
(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

**P333, nr. 09560, URSS**  
numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant **APA-CANAL CHISINAUSA**  
(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform **GOST 8.449-81** și în baza rezultatelor  
(indicativul reglementării de metrologie legală)


este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul **0,5**

Data eliberării: "28" martie 2019

Valabil până la: "28" martie 2020

Șeful laboratorului metrologic **Vodă Anatolie**  
(semnătura) (prenumele, numele)

Verificatorul metrolog **Savin Alexandru**  
(semnătura) (prenumele, numele)



Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.  
Duplicat nu se eliberează