

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1623402250808	Data: „12” iulie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021	Lot: 35	Pagina: __din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3310 000-1	35	Autorefracto-keratometru	Autorefracto-keratometru	VISUREF 150	Carl Zeiss, Germania	Anul de producere: 2020 - 2021; Măsurări: diametrul minim al pupulei 2 mm; refracție (diapazoanele minime): sfera -25D ~ +22 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; cilindru -10 D ~ +10 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; axa 0~180°, cu pasu 1°; keratometrie (diapazoanele minime): raza de curbura a corneei 5.00~10.00 mm, cu pasu 0.01 mm; putere de refracție 33.00 ~ 67.00 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; astigmatism 0 D ~ ±10 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; axa 1~180°, cu pasu 1°; masurarea distanței interpupilară: automat; manual (20-80mm, pasu 1mm). deplasarea bazei manevrat de joystic; reglarea înălțimei barbiei motorizată: ≥50mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color ≥ 5 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).	Anul de producere: 2020 - 2021; Măsurări: diametrul minim al pupulei 2 mm; refracție (diapazoanele minime): sfera -25D ~ +22 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; cilindru 0.00 D ~ ±10 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; axa 0~180°, cu pasu 1°; keratometrie (diapazoanele minime): raza de curbura a corneei 5.00~10.20 mm, cu pasu 0.01 mm; putere de refracție 33.00 ~ 67.50 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; astigmatism 0 D ~ - 15 D, cu pasu 0.12D și 0.25D; axa 1~180°, cu pasu 1°; masurarea distanței interpupilară: automat; manual (10-85mm, pasu 1mm). deplasarea bazei manevrat de joystic; reglarea înălțimei barbiei motorizată: 65 mm, motorizat; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color - 7 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).	ISO, EC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Olesea Cucerenco** În calitate de: **Jurisconsult**

Ofertantul: **SC "Denolga Medical" SRL** Adresa: Mun. **Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 115**