



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 0(22) 222 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. Ag02-4366 din "15" 12 2021

GBG-MLD SRL
office@gbg.md

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1628154354346 din 25.08.2021 privind "Achiziția Dispozitivelor medicale, întru realizarea Programului Național de transplant pentru anul 2022", Vă comunică că conform **deciziei din 15.12.2021**, oferta companiei Dvs nu poate fi acceptată pentru loturile, după cum urmează:

Lotul nr.1 :

- Suma ofertei depuse depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform legii 131/2015 privind achizițiile publice.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice", procedura de achiziție a fost anulată.

Lotul nr.3:

Nu corespunde cerintelor

- S-a solicitat Sistem automat de închidere motorizată și protecție în 3 pași s-a oferit de cu închidere manuala
- S-a solicitat Temperatura maximă de operare – 140°C s-a oferit 138 C
- S-a solicitat Suport pentru tave – oțel inoxidabil s-a oferit Aluminiu anodizat
- S-a solicitat Material – oțel inoxidabil s-a oferit Aluminiu anodizat

Lotul nr.5:

Nu corespunde cerintelor

- S-a solicitat Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 0.5mcl-10mcl s-a oferit cu volumul 0.5mcl-5mcl

Lotul nr.6:

Nu corespunde cerintelor

- S-a solicitat Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. $\leq \pm 1,5\%$ (0.03mcl) s-a oferit $\pm 0,06$ mcl.

Lotul nr.7:

Nu corespunde cerintelor

- S-a solicitat Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. $\leq \pm 1,5\%$ (0.15mcl) s-a oferit $\pm 0,25$ mcl.

Lotul nr.8:

Nu corespunde cerintelor

- S-a solicitat Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. $\leq \pm 1,5\%$ (0.3mcl) s-a oferit $\pm 0,36$ mcl.

Lotul nr.9:

Nu corespunde cerintelor

S-a solicitat Pasul schimbului diviziunilor:1 mcL s-a oferi 5mcL.

Totodată, pentru loturile nr.5-9, nu s-au prezentat *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.

În contextul celor relatate, în temeiul art.17 alin. (5) al legii 131/2015 privind achizițiile publice, ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare) și în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 ”privind achizițiile publice” oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

**Director adjunct
Centrul pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate**



Ala GOJAN