

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1773817324696</b> din <b>27.03.2026</b>								
Obiectul achiziției: <b>Necesarul de piese de schimb, accesorii și consumabile pentru dispozitive medicale pentru anul 2026</b>								
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	33100000-1	Sensor de oxigen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650	E-77/0S	Germania	Gambert	Sensor de oxygen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650, tip MOX3. Valabile minim 12 luni din data livrării.	Sensor de oxygen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650, tip MOX3. Valabile minim 12 luni din data livrării.	ISO 13485
17	33100000-1	Bisturiu electric, reutilizabil	F4252	Italia	Fiab	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR350	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR350	ISO 13485

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**