

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1678090550735 din 20.03.2023						
Obiectul de achiziției: Consumabile Medicale						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Consumabile Medicale.Glucometru	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-211)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Dispozitiv portabil cu ecran LCD; - Proces automat de măsurare; - Volumul picăturii de sânge capilar pentru probă mai mic sau egal cu 2 microlitri; - Intervalul de măsurare a glicemiei mai mic sau egal cu 1,2 mmoli/l și mai mare sau egal cu 33 mmoli/l; - Timp de măsurare mai mic de 10 secunde; - Memorie de cel puțin 300 teste; - Calibrarea automată; - Dispozitiv de înțepare pentru fiecare glucometru; - Geantă de transport pentru fiecare set de glucometru; - Manual de utilizare pentru fiecare glucometru; - Garanția pentru glucometru de minim 2 ani; - Certificat CE, Standarte ISO 15197:2013 TOATE ACCESORIILE ȘI CONSUMABILELE TREBUIE SĂ FIE COMPATIBILE *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare.	Dispozitiv portabil cu ecran LCD; - Proces automat de măsurare; - Volumul picăturii de sânge capilar pentru probă mai mic sau egal cu 0,5 microlitri; - Intervalul de măsurare a glicemiei mai mic sau egal cu 1,1 mmoli/l și mai mare sau egal cu 33,3 mmoli/l; - Timp de măsurare mai mic de 10 secunde; - Memorie de 300 teste; - Calibrarea automată; - Dispozitiv de înțepare pentru fiecare glucometru; - Geantă de transport pentru fiecare set de glucometru; - Manual de utilizare pentru fiecare glucometru; - Garanția pentru glucometru de minim 2 ani; - Certificat CE, Standarte ISO 15197:2015 TOATE ACCESORIILE ȘI CONSUMABILELE SUNT COMPATIBILE *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție sunt reflectate în Broșura de la producător (se anexează). Numărul de înregistrare în Registrul de Stata al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale-BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM- DM000399134;	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Consumabile Medicale. Teste /Benzi pentru evaluarea glicemiei, în set cu lanțete	BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS+ON CALL® LANCETS (G133-211)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Compatibil cu glucometrul. Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrare. - Garantarea prezenței testelor (bandețelor) în farmacii pentru a fi cumpărate de pacienții cu necesități de a determina glicemia mai frecvent decât cea programată; *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare.	Compatibil cu glucometrul ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM. Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrare. - **corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție sunt reflectate în Broșura de la producător (se anexează). . Numărul de înregistrare în Registrul de Stata al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale-BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS-DM000399183; ON CALL® LANCETS-DM00039551	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
--	---	-----	------------------------	---	--	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9